

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durești str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL “ASCHIM CI”	Cod: ПИ-5.10-1	
		Ediția: 5	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 111/4 din 23.04.2019	Data: 30.11.18	
		Pagina 1 din 2	

Pentru încercări au fost prezentate eșantioanele:

Praf pentru curățat OV, m.c. „Demo”.

în baza cererii Nr. 111 din 16.04.2019, eșantioanele au fost prelevate de firma S.C. “Rodital-Lux” SRL

Producător: S.C. “Rodital-Lux” SRL, mun. Chișinău, com Bubuieci, str. Ștefan cel Mare 14/1.

Solicitant: S.C. “Rodital-Lux” SRL, mun. Chișinău, com Bubuieci, str. Ștefan cel Mare 14/1.

Data primirii eșantioanelor: 16.04.2019

Încercările s-au început: 16.04.2019

Încercările s-au finalizat: 23.04.2019

**Cantitatea eșantionului
prezentat pentru încercări:**

1 ambalaj x 500 gr

Locul efectuării încercărilor: LÎ SRL „Aschim CI”

Scopul încercării: periodice

conform SM GOST R 51696:2003 «Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale»

1. Denumirea documentului normativ ce determină cerințele pentru producție și metode de încercări:

SM GOST R 51696:2003 «Produse chimice de uz casnic. Condiții tehnice generale»

SM GOST R 50550:2005 «Produse chimice de uz casnic.

Metoda de determinare a indicelui de activitate a ionilor de hidrogen pH».

SM GOST R 51022:2006 «Produse chimice de uz casnic.

Metode de determinare a agentului activ de suprafața anionic»

SM GOST R 50551:2006 «Produse chimice de uz casnic.

Metoda de determinare a clorului activ»

SM GOST R 51020:2006 «Produse chimice de uz casnic.

Metode de determinare a reziduului (abrazivului) insolubil în apă»

2. Condițiile de executare a încercărilor: temperatura aerului $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$

3. Caracteristica eșantioanelor:

Eșantionul a fost prezentat în flacon polimeric, 500 g.

Data fabricării – 30.10.2018, termen de valabilitate – 30.10.2023.

4. Rezultatele încercărilor prezentate în tabel – pagina 2 a raportului

2003-MD, mun. Chișinău, or. Durlăști str. T. Vladimirescu, 70 fax/tel (022) 74 22 61 e-mail: labaschim@mail.ru	Laboratorul de încercări al SRL “ASCHIM CI”	Cod: ПИ-5.10-1	
		Ediția: 5	
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 111/4 din 23.04.2019	Data: 30.11.18	
		Pagina 2 din 2	

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Tabel

Denumirea încercărilor și (sau) a caracteristicilor (parametrilor)	Valori conform SM GOST R 51696:2003 pct. 3.2.1	Indicile DN pentru metodele de încercări	Valori efective
			Praf pentru curățat OV, m.c. „Demo”.
1	2	3	4
Aspectul exterior	Conform DN la produs	vizual	Praf pulverulent
Culoarea	-“-	vizual	alb cu incluziuni
Mirosul	-“-	organoleptic	plăcut
Indice de activitate a ionilor de hidrogen, (pH), sol. hydr.1 %	tab. 1, ind.1 3,0-11,5	SM GOST R 50550:2005	9,87±0,03
Fracția masică a agentului activ de suprafață anionic (recalculat la lauril sulfat de Na), %	tab. 1, ind. 5 max 35	SM GOST R 51022:2006	0,169 ± 0,002
Fracția masică a clorului activ, %	tab. 1, ind. 9 max 8	SM GOST R 50551:2006	0
Fracția masică de reziduu (abraziv) insolubil în apă, %	tab.1,ind. 10 max. 90	SM GOST R 51020:2006	99,89 ± 0,33

Semnături: Șef LÎ al SRL „Aschim CI”

Executant tehnic



N. Varzari

M. Gaina

*Rezultatele încercărilor se referă doar la eșantioanele supuse încercărilor.
Prezentul raport nu poate fi reprodus total sau parțial fără autorizarea scrisă a laboratorului de încercări al SRL “Aschim CI”.*

La solicitarea clientului LÎ SRL “Aschim CI” poate să demonstreze incertitudinea de măsurare estimată (nivel de încredere de P = 95 %, factor de acoperire k=2).