

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE

Approbation du Système d'assurance Qualité de la Production / Approval of Production Quality Assurance System

ANNEXE V point 3 Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

ANNEX V section 3 DIRECTIVE 93/42/EEC concerning medical devices

Pour les dispositifs de classe IIb ou III, un certificat CE de type est requis

For class IIb or III devices, a EC type certificate is required

Fabricant / Manufacturer

HANITA LENSES

Kibbutz Hanita

2288500 ISRAEL

Catégorie du(des) dispositif(s) / Device(s) category

**Système de fourniture de lentille intra-oculaire pliable utilisé pendant les interventions
ophtalmologiques**

Foldable Intra Ocular Lens Delivery System used during ophthalmology procedures

Voir détails sur addendum

See attachment for additional information

GMED atteste qu'à l'examen des résultats figurant dans le rapport référencé T000486-1-R, le système d'assurance qualité - pour la production et le contrôle final - des dispositifs médicaux énumérés ci-dessus est conforme aux exigences de l'annexe V point 3 de la Directive 93/42/CEE.

GMED certifies that, on the basis of the results contained in the file referenced T000486-1-R, the quality system - for manufacturing and final inspection - of medical devices listed here above complies with the requirements of the Directive 93/42/EEC, annex V section 3.

La validité du présent certificat est soumise à une vérification périodique ou imprévue

The validity of the certificate is subject to periodic or unexpected verification

Début de validité / Effective date : November 26th, 2019 (included)

Valable jusqu'au / Expiry date : December 7th, 2022 (included)



On behalf of the President

Béatrice LYS

Technical Director

Identification des dispositifs / Identification of devices

Description du Dispositif Médical <i>Medical Device Description</i>	Référence Commerciale du Dispositif Médical <i>Medical Device Commercial Reference Number</i>	Classe du Dispositif Médical <i>Medical Device Class</i>
Injectors for IOL insertion	SoftJect 1.8 and SoftJect 2.4	Ila

Ce certificat couvre les activités et les sites suivants :

This certificate covers the following activities and sites:

Hanita Lenses
Kibbutz Hanita 2288500 Israel

Fabrication, contrôle final / Manufacturing, final control

GMED 0459



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE

Approbation du Système Complet d'assurance Qualité / Approval of full Quality Assurance System

ANNEXE II excluant le point 4 Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

ANNEX II excluding section 4 Directive 93/42/EEC concerning medical devices

Pour les dispositifs de classe III, un certificat CE de conception est requis

For class III devices, a EC design certificate is required

Fabricant / Manufacturer

HANITA LENSES

Kibbutz Hanita

2288500 ISRAEL

Catégorie du(des) dispositif(s) / Device(s) category

Lentilles Intraoculaires, anneau de tension capsulaire pliable et système de livraison de lentille intraoculaire

Intraocular lenses, capsular tension ring and Foldable Intra Ocular Lens Delivery System

Voir détails sur addendum / See attachment for additional information

GMED atteste qu'à l'examen des résultats figurant dans le rapport référencé T000486-1-R, T000486-2-DOCR, le système d'assurance qualité - pour la conception, la production et le contrôle final - des dispositifs médicaux énumérés ci-dessus est conforme aux exigences de l'annexe II excluant le point 4 de la Directive 93/42/CEE.

GMED certifies that, on the basis of the results contained in the file referenced T000486-1-R, T000486-2-DOCR, the quality system - for design, manufacturing, and final inspection - of medical devices listed here above complies with the requirements of the Directive 93/42/EEC, annex II excluding section 4

La validité du présent certificat est soumise à une vérification périodique ou imprévue

The validity of the certificate is subject to periodic or unexpected verification

Début de validité / Effective date : November 26th, 2019 (included)

Valable jusqu'au / Expiry date : December 7th, 2022 (Included)


On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

GMED - 34048 rev. 2
Renouvelle le certificat 34048-1

GMED • Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 € • Organisme Notifié/Notified Body n° 0459
Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75015 Paris • Tél. : 01 40 43 37 00 • gmed.fr

Identification des dispositifs / Identification of devices

Nom du dispositif médical <i>Medical device name</i>	Dénomination commerciale <i>Commercial designation</i>	Classe du DM <i>MD Class</i>
Intraocular Lens	OPAB 16	IIb
	OPAB 130	
	BALANCE (ABB3)	
	BAL 15	
	BAL 55	
	BAL 85	
	Blens	
	SeeLens	
	BunnyLens	
	BunnyLens Easy	
	BunnyLens/4-Lens AF	
	SeeLens AF	
	SeeLens AF EASY	
	BunnyLens AF EASY/4-Lens AF EASY	
	SeeLens MF	
	SeeLens MF EASY	
	BunnyLens MF/4-Lens MF	
	BunnyLens MF EASY / 4-Lens MF EASY	
	SeeLens HP	
	BunnyLens HP/ 4-Lens HP	
	SeeLens HP Easy	
	BunnyLens HP Easy	
	Vistor	
	Vistor EASY	
Intraocular Lens including Kits with Injector SoftJect	Intensity SL	
	Intensity BN	
	Intensity BN EZ	
	Blens KIT	
	SeeLens KIT	
	BunnyLens/4-Lens AF KIT	
	SeeLens AF KIT	
	BunnyLens AF/4-Lens AF KIT	
	SeeLens MF KIT	
	BunnyLens MF/4-Lens MF KIT	
Endo capsular Ring	SeeLens HP KIT	
	BunnyLens HP/4-Lens HP KIT	
Capsule Centering Device	Vistor and Vistor EASY KIT	
	ECR	
	ClearRing	
	AssiAnchor	



GMED 0459

**On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director**

Ce certificat couvre les activités et les sites suivants :

This certificate covers the following activities and sites:

Hanita Lenses

Kibbutz Hanita 2288500 Israel

Conception, fabrication, contrôle final / Design, manufacturing, final control

GMED	0459
-------------	-------------



**On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director**

GMED certifie que le système de management de la qualité développé par
GMED certifies that the quality management system developed by

HANITA LENSES
Kibbutz Hanita
2288500 ISRAEL

pour les activités
for the activities

Conception, fabrication et vente de lentilles de contact souples et dures, lentilles intraoculaires, anneaux de tension capsulaire. Fabrication et vente de système de livraison de lentille intraoculaire pliable

Design, manufacturing, and sales of soft and hard contact lenses, intraocular lenses, and Capsular Tension Rings. Manufacturing and sales of Foldable Intra Ocular Lens Delivery System

réalisées sur le(s) site(s) de
performed on the location(s) of

Hanita Lenses
Kibbutz Hanita 2288500 ISR

est conforme aux exigences des normes internationales
complies with the requirements of the international standards

NF EN ISO 13485 : 2016

Début de validité / Effective date : November 26th, 2019 (included)

Valable jusqu'au / Expiry date : December 7th, 2022 (Included)

Etabli le / Issued on : November 26th, 2019



CERTIFICATION
DE SYSTEMES
DE MANAGEMENT
Accréditation n°4-0008
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

GMED N° 34047-2

Ce certificat est délivré selon les règles de certification GMED / This certificate is issued according to the rules of GMED certification

Renouvelle le certificat 34047-1



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

GMED certifie que le système de management de la qualité développé par
GMED certifies that the quality management system developed by

HANITA LENSES
Kibbutz Hanita
2288500 ISRAEL

pour les activités
for the activities

Conception, fabrication et vente de lentilles de contact souples et dures, lentilles intraoculaires, anneaux de tension capsulaire. Fabrication et vente de système de livraison de lentille intraoculaire pliable

Design, manufacturing, and sales of soft and hard contact lenses, intraocular lenses, and Capsular Tension Rings. Manufacturing and sales of Foldable Intra Ocular Lens Delivery System

réalisées sur le(s) site(s) de
performed on the location(s) of

Hanita Lenses
Kibbutz Hanita 2288500 ISR

est conforme aux exigences des normes internationales
complies with the requirements of the international standards

NF EN ISO 13485 : 2016

Début de validité / Effective date : November 26th, 2019 (included)

Valable jusqu'au / Expiry date : December 7th, 2022 (Included)

Etabli le / Issued on : November 26th, 2019



CERTIFICATION
DE SYSTEMES
DE MANAGEMENT
Accréditation n°4-0008
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

GMED N° 34047-2

Ce certificat est délivré selon les règles de certification GMED / This certificate is issued according to the rules of GMED certification

Renouvelle le certificat 34047-1



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

GMED • Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 € • Organisme Notifié/Notified Body n° 0459
Siège social : 1, rue Gaston Bachelard 75015 Paris • Tél. : 01 40 43 37 00 • gmed.fr



ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE

Approbation du Système Complet d'assurance Qualité/ Approval of full Quality Assurance System

ANNEXE II excluant le point 4 Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

ANNEX II excluding section 4 Directive 93/42/EEC concerning medical devices

Pour les dispositifs de classe III, un certificat CE de conception est requis

For class III devices, a EC design certificate is required

Fabricant / Manufacturer

HANITA LENSES

Kibbutz Hanita

2288500 ISRAEL

Catégorie du(des) dispositif(s) / Device(s) category

Lentilles intraoculaires, anneau de tension capsulaire pliable et système de livraison de lentille intraoculaire

Intraocular lenses, capsular tension ring and Foldable Intra Ocular Lens Delivery System

Voir document complémentaire GMED / See GMED additional document

n° 38190

GMED atteste qu'à l'examen des résultats figurant dans le rapport référencé T001073, le système d'assurance qualité - pour la conception, la production et le contrôle final - des dispositifs médicaux énumérés ci-dessus est conforme aux exigences de l'annexe II excluant le point 4 de la Directive 93/42/CEE.

GMED certifies that, on the basis of the results contained in the file referenced T001073, the quality system - for design, manufacturing, and final inspection - of medical devices listed here above complies with the requirements of the Directive 93/42/EEC, annex II excluding section 4.

La validité du présent certificat est soumise à une vérification périodique ou imprévue

The validity of the certificate is subject to periodic or unexpected verification

Début de validité / Effective date : **March 17th, 2021 (included)**

Valable jusqu'au / Expiry date : **May 26th, 2024 (included)**

Digitally signed by Pereteatco Alina

Date: 2021.09.17 22:32:21 EEST



DocuSigned by:

Beatrice Lys

EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President

Béatrice LYS

Technical Director

Ce document complémentaire GMED n° 38190 rev. 0 atteste de la validité du certificat CE n° 34048 rev. 5 au regard des informations listées ci-dessous.

This GMED additional document N° 38190 rev. 0 attests to the validity of CE certificate n° 34048 rev. 5 with regard to the information listed below.

Fabricant / Manufacturer:

**Hanita Lenses
Kibbutz Hanita
2288500 Israel**

Identification des dispositifs / Identification of devices

Désignation du dispositif / Accessories marqués CE <i>Device designation / EC marked accessories</i>	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i>	Classe du DM <i>MD Class</i>
Intraocular Lens	EXTEND SL EXTEND SL EASY EXTEND BN EXTEND BN EASY EXTEND Toric EXTEND Toric EASY OPAB 16 OPAB 130 BALANCE (ABB3) BAL 15 BAL 55 BAL 65 Blens SeeLens BunnyLens BunnyLens Easy BunnyLens/4-Lens AF SeeLens AF SeeLens AF EASY BunnyLens AF EASY/4-Lens AF EASY SeeLens MF SeeLens MF EASY BunnyLens MF/4-Lens MF BunnyLens MF EASY / 4-Lens MF EASY SeeLens HP BunnyLens HP/ 4-Lens HP	IIb

GMED	0459
-------------	-------------

GMED - 38190 rev. 0



DocuSigned by:

Beatrice Lys

EF33BDA9BAA04A3...

**On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director**

Désignation du dispositif / Accessories marqués CE <i>Device designation / EC marked accessories</i>	Réf commerciale du dispositif ou code article <i>Device commercial reference or article code</i>	Classe du DM <i>MD Class</i>
Intraocular Lens	SeeLens HP Easy BunnyLens HP Easy Vistor Vistor EASY Intensity SL Intensity BN Intensity BN EZ Intensity SL HP Intensity BN HP Intensity SL HP EZ Intensity BN HP EZ VisTor MF VisTor MF Easy INTENSITY Toric INTENSITY Toric EZ INTENSITY Toric HP INTENSITY Toric HP EZ	IIb
Intraocular Lens including Kits with Injector SoftJect	Blens KIT SeeLens KIT BunnyLens/4-Lens AF KIT SeeLens AF KIT BunnyLens AF/4-Lens AF KIT SeeLens MF KIT BunnyLens MF/4-Lens MF KIT SeeLens HP KIT BunnyLens HP/4-Lens HP KIT Visitor and Vistor EASY KIT	
Endo capsular Ring	ECR CleaRing	
Capsule Centering Device	AssiAnchor	

Sites couverts et Activités / Locations and Activities

Sites / Locations	Activités / Activities
Hanita Lenses Kibbutz Hanita 2288500 Israel	Conception, fabrication, contrôle final / Design, manufacturing, final control

GMED **0459**

GMED - 38190 rev. 0



DocuSigned by:

Beatrice Lys

EF33BDA9BAA04A3...

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

EN

Easy preloaded IOL – Hydrophilic Acrylic, Preloaded Intraocular Lenses

Description:

The Easy IOL is a preloaded intraocular lens supplied with a compatible injector. The lens is made of hydrophilic acrylic material (25% water content) with ultra violet blocker and violet filtering chromophore for increased protection of the retina.

The Easy IOL is supplied in one of the two platforms - BunnyLens (4-loop) or SeeLens (C-loop).

See label on the cardboard box for type of the lens:

Optical design	
AF	Monofocal Aspheric
MF	Multifocal Diffractive Apodized Aspheric The label indicates the distance power. Addition for near vision is +3 dioptrics.
TR	Toric Aspheric The label indicates the Spherical Equivalent and Cylinder powers.

Indication:

The Easy IOL is indicated for surgical treatment of senile cataract, intended for placement in the capsular bag.

Contraindications:

Absolute contraindications: Any chronic condition where an undesirable outcome is expected. This may include:

- Chronic active uveitis.
- Retinal diseases in which the implant may interfere with retinal surgery.
- Rubella cataract
- Progressive diseases of the anterior segment.

Relative contraindications:

- Significantly irregular corneal topography or previous corneal transplant.
- High astigmatism or keratoconus
- Severe corneal dystrophy
- Amblyopia
- Uncontrolled glaucoma
- Optic nerve atrophy
- Any case requiring intraoperative manipulation to enlarge the pupil.
- Aniridia or iris neovascularization
- Microphthalmos or macrophthalmos
- Intraoperative Hyphema, significant vitreous loss or bleeding
- Uncontrollable intraoperative intraocular pressure.

Clinical cases which may deteriorate due to IOL implantation and cases with an increased risk of implantation based on the surgeon's experience. The evaluation of each individual case is under the surgeon's discretion.

Complications:

Cataract surgery, with or without lens implantation, might be associated with:

- Ocular inflammation
- Hemorrhage
- Intraocular pressure elevation
- Post operative infection
- Retinal detachment
- Macular edema
- Corneal edema
- Posterior capsule opacification
- Capsular rupture
- Vitreous loss

Complications related to intraocular lens implantation:

- Lens decentration and luxation
- Inaccurate lens power calculation
- Damage to lens during implantation

Warnings:

- The **IOL must be implanted in accordance to the following instructions for use. Improper use may impose risk to the patient's health.**

- Do not use the intraocular lens if the external sterile packaging is damaged, or when leakage from the container has occurred, or in any case of doubt.
- Do not reuse. Reuse may impose serious risk to the patient's health.**
- The intraocular lens should not be used after expiration date.
- Do not resterilise by any method.
- Do not store in temperature above 46°C (113°F)
- Store protected from sunlight.
- Storing the lens in a temperature lower than 18°C may cause a slight foggy effect which will disappear completely in 2-3 hours in vivo or in vitro after storing the IOL for 12-24 hours at a higher ambient temperature (22°C-26°C).**
- Do not soak lens in solution other than sterile intraocular solution.
- As the IOL dries out on exposure to air, it must not be left unwetted. To avoid damage to the IOL, it is essential to wet it in balanced solution or equivalent, before implantation or when handling over a longer period of time.
- The lens might have a violet reflecting tint while inspecting through the slit lamp due to its transmittance properties, depending on slit lamp intensity and angle.
- Patients intended for refractive lens exchange may be at greater risk for retinal detachment. It is recommended to determine the relative benefit to the patient in these cases. Lens removal techniques such as low power pulsed ultrasonic phacoemulsification and liquefaction may lower this risk, whereas the surgeon should avoid high power phacoemulsification and irrigation.

Special considerations for multifocal (MF) IOLs:

- The surgeon should target emmetropia to achieve optimal results.
- The lens should be implanted so that it is centered optimally, in order to achieve optimal results and to avoid visual disturbances.
- Patients with preoperative or expected postoperative astigmatism of >1.0D may not achieve an optimal visual outcome and satisfaction.
- A high level of surgical skill is required for implantation of intraocular lenses. It is recommended that the surgeon observe and assist in several procedures prior to attempting implantation.

Special considerations for toric (TR) IOLs:

- The lens should be implanted so that it is centered optimally, in order to achieve optimal results and to avoid visual disturbances.
- The lens should be implanted following the instructions described in Hanita Lenses Toric IOL calculator printout.
- In any case of capsular rupture, zonular damage or a posterior capsulotomy is planned, the lens should not be implanted.
- It is important to remove any remaining viscoelastic material at the end of surgery, as any residues may cause unwanted rotation of the IOL prior to residual postoperative astigmatism.
- A high level of surgical skill is required for implantation of intraocular lenses. It is recommended that the surgeon observe and assist in several procedures prior to attempting implantation.

Packaging:

The Easy IOL is supplied sterile in a blister pack inside a peel pouch. The Easy IOL is placed in a loading chamber, fixed by a lens holder, all immersed in saline.

The packaging sterility is guaranteed unless the bag is opened or damaged.

Instructions for use:

- There are various surgical procedures which can be utilized. The surgeon should select a procedure which is appropriate for the patient.
- Examine the label on the lens package for IOL type, diopter and expiration date. In a sterile environment, open the peel pouch and remove the blister pack. Verify the diopter of the lens again.
 - Inspect the blister pack. Make sure it is not damaged and the seal is not broken. Before opening the blister pack, gently tap on the lid to remove drops of storage liquid from the inside of the lid.
 - Slowly and continually peel off the lid while holding the blister pack in a horizontal position.
 - Remove the loading chamber containing the lens from the blister pack. Do not remove the lens holder at this time!
 - Insert the loading chamber into the compatible injector. When inserting the loading chamber into the injector ensure that the plunger is in withdrawn position.
 - Apply an appreciate amount of viscoelastic to the loaded injector. Ensure that the visco elastic migrates under the lens and fills the injector tip.
 - Remove the lens holder from the loading chamber.
 - Close the wings of the loading chamber. The system is ready for injection.

For detailed descriptions, refer to the instructions for use supplied with the compatible injector.

Once the IOL is in place, thoroughly remove excess viscoelastic from the eye, both in front and behind the IOL, by routine irrigation and aspiration. Alternatively, the lens can be carefully removed from the loading chamber, taking care not to touch the optic part. The lens can be then be inserted using either forceps or conventional injector.

Liability:

Hanita Lenses company covers the design and the production of the intraocular lens. It shall be incurred in no way in case of accidents resulting from the use of this lens. The lenses are carefully checked and inspected by the manufacturer to assure a high quality product. If a defect of deformation is noted or suspected, the lens should be returned to Hanita Lenses.

For more quality opticalmics products, Implant & Folding instructions, please log onto our web site at www.hanitalenses.com

FR

Easy preloaded IOL: Lentille intraoculaire préchargée en acrylique hydrophile

Description:

Easy IOL est une lentille intraoculaire préchargée livrée avec un injecteur compatible. La lentille est en acrylique hydrophile (contient 25% d'eau) avec un bloqueur d'UV et un chromophore de filtrage violet pour une protection renforcée de la rétine.

Easy IOL est livrée sous une ou deux plateformes : BunnyLens (4-loop) ou SeeLens (C-Loop).

Voir l'étiquette sur la boîte en carton pour vérifier le type de lentille :

Conception optique	
AF	Asphérique monofocale
MF	Asphérique apodisée diffractive multifocale L'étiquette indique la puissance pour la vision de loin. L'addition pour la vision de près est de +3 dioptries.
TR	Asphérique torique L'étiquette indique l'équivalent sphérique et la puissance cylindrique.

Indications :

Easy IOL est indiquée pour le traitement chirurgical de la cataracte sénile et destinée au placement dans le sac capsulaire.

Contre-indications

Contre-indications absolues : Tout état chronique dans lequel un résultat indésirable est attendu. Ceci peut comprendre :

- Uvéite active chronique
- Des maladies rétinéennes dans lesquelles l'implant peut interférer en cas de chirurgie de la rétine
- Cataracte de la bulbeule
- Maladies évolutives du segment antérieur.

Contre-indications relatives :

- Topographie cornéenne significativement irrégulière ou greffe de cornée antérieure.
- Astigmatisme élevé ou kératocon
- Dystrophie cornéenne sévère
- Amblyopie
- Glaucome non contrôlé
- Atrophie du nerf optique
- Tout cas nécessitant une manipulation per-opérateur pour agrandir la pupille.

- Néovascularisation de l'aniridia ou de l'iris
 - Microphthalmie ou macrophthalmie
 - Hyphème opératoire, perte vitreuse ou hémorragie importante
 - Pression intraoculaire opératoire non contrôlée
- Des cas cliniques pouvant se détériorer à cause de l'implantation de l'IOL et des cas présentant un risque renforcé à l'implant sur base de l'expérience chirurgicale. L'évaluation de chaque cas individuel est à la seule discrétion du chirurgien.

Complications :

La chirurgie de la cataracte, avec ou sans implantation de lentille, peut être accompagnée de :

- Inflammation oculaire
- Hémorragie
- Augmentation de la pression intraoculaire
- Infection postopératoire
- Détachement de la rétine
- Œdème maculaire
- Œdème cornéen
- Opacification de la capsule postérieure
- Rupture capsulaire
- Perte vitreuse

Complications associées à l'implantation de lentille intraoculaire:

- Décentration et luxation de la lentille
- Calculs incorrects de la puissance
- Dommages causés à la lentille durant l'implantation
- Atrophie du nerf optique

L'IOL doit être implantée conformément aux instructions du mode d'emploi ci-dessous. Une utilisation inadéquate peut représenter un risque pour la santé du patient.

- Ne pas utiliser la lentille intraoculaire si l'emballage stérile externe est endommagé, ou en cas de fuite du contenu, ou en tout cas de doute.

Ne pas réutiliser. Une réutilisation peut représenter un risque majeur pour la santé du patient.

- Ne pas utiliser la lentille après la date d'expiration.
- Ne pas resteriliser, quelle que soit la méthode.
- Ne pas conserver à une température supérieure à 46°C
- Conserver à l'abri de la lumière.
- La conservation de la lentille à une température inférieure à 18°C peut causer un effet de brouillard léger qui disparaîtra complètement dans les 2-3 heures in vivo ou in vitro après avoir conservé l'IOL pendant 12-24 heures à une température ambiante plus élevée (22°C - 26°C).**
- Ne pas tremper la lentille dans une autre solution qu'une solution d'irrigation intraoculaire stérile.
- Parce que l'IOL sèche lorsqu'elle est exposée à l'air, elle ne doit pas être laissée non humidifiée. Pour éviter tout dommage à l'IOL, il est essentiel de l'humidifier dans une solution équilibrée ou équivalente, avant l'implantation ou lors d'une manipulation de longue durée.
- La lentille peut avoir un reflet violet lorsqu'elle est examinée à l'aide d'une lampe à fente et cela en raison de ses propriétés de transparence, selon l'intensité et l'angle de la lampe à fente.
- Les patients destinés à un échange de lentille réfractif sont exposés à un plus grand risque de détachement de la rétine. Il est recommandé de déterminer l'avantage relatif dont bénéficiera le patient dans de tels cas. Les techniques de retrait de lentille telles que la phacoémulsification et la liquefaction par ultrasons basse pulsion peuvent réduire ce risque, si le chirurgien évite la phacoémulsification et ECCE/ICCE de puissance élevée.

- Once the IOL is in place, thoroughly remove excess viscoelastic from the eye, both in front and behind the IOL, by routine irrigation and aspiration.
- Alternatively, the lens can be carefully removed from the loading chamber, taking care not to touch the optic part. The lens can be then be inserted using either forceps or conventional injector.
- Liability:**
- Hanita Lenses company covers the design and the production of the intraocular lens. It shall be incurred in no way in case of accidents resulting from the use of this lens. The lenses are carefully checked and inspected by the manufacturer to assure a high quality product. If a defect of deformation is noted or suspected, the lens should be returned to Hanita Lenses.
- For more quality opticalmics products, Implant & Folding instructions, please log onto our web site at www.hanitalenses.com

Once the IOL is in place, thoroughly remove excess viscoelastic from the eye, both in front and behind the IOL, by routine irrigation and aspiration. Alternatively, the lens can be carefully removed from the loading chamber, taking care not to touch the optic part. The lens can be then be inserted using either forceps or conventional injector.

Liability:

Hanita Lenses company covers the design and the production of the intraocular lens. It shall be incurred in no way in case of accidents resulting from the use of this lens. The lenses are carefully checked and inspected by the manufacturer to assure a high quality product. If a defect of deformation is noted or suspected, the lens should be returned to Hanita Lenses.

For more quality opticalmics products, Implant & Folding instructions, please log onto our web site at www.hanitalenses.com

Once the IOL is in place, thoroughly remove excess viscoelastic from the eye, both in front and behind the IOL, by routine irrigation and aspiration. Alternatively, the lens can be carefully removed from the loading chamber, taking care not to touch the optic part. The lens can be then be inserted using either forceps or conventional injector.

Liability:

Hanita Lenses company covers the design and the production of the intraocular lens. It shall be incurred in no way in case of accidents resulting from the use of this lens. The lenses are carefully checked and inspected by the manufacturer to assure a high quality product. If a defect of deformation is noted or suspected, the lens should be returned to Hanita Lenses.

For more quality opticalmics products, Implant & Folding instructions, please log onto our web site at www.hanitalenses.com

Once the IOL is in place, thoroughly remove excess viscoelastic from the eye, both in front and behind the IOL, by routine irrigation and aspiration. Alternatively, the lens can be carefully removed from the loading chamber, taking care not to touch the optic part. The lens can be then be inserted using either forceps or conventional injector.

Liability:

Hanita Lenses company covers the design and the production of the intraocular lens. It shall be incurred in no way in case of accidents resulting from the use of this lens. The lenses are carefully checked and inspected by the manufacturer to assure a high quality product. If a defect of deformation is noted or suspected, the lens should be returned to Hanita Lenses.

For more quality opticalmics products, Implant & Folding instructions, please log onto our web site at www.hanitalenses.com

Once the IOL is in place, thoroughly remove excess viscoelastic from the eye, both in front and behind the IOL, by routine irrigation and aspiration. Alternatively, the lens can be carefully removed from the loading chamber, taking care not to touch the optic part. The lens can be then be inserted using either forceps or conventional injector.

Liability:

Hanita Lenses company covers the design and the production of the intraocular lens. It shall be incurred in no way in case of accidents resulting from the use of this lens. The lenses are carefully checked and inspected by the manufacturer to assure a high quality product. If a defect of deformation is noted or suspected, the lens should be returned to Hanita Lenses.

For more quality opticalmics products, Implant & Folding instructions, please log onto our web site at www.hanitalenses.com

Once the IOL is in place, thoroughly remove excess viscoelastic from the eye, both in front and behind the IOL, by routine irrigation and aspiration. Alternatively, the lens can be carefully removed from the loading chamber, taking care not to touch the optic part. The lens can be then be inserted using either forceps or conventional injector.

Liability:

Hanita Lenses company covers the design and the production of the intraocular lens. It shall be incurred in no way in case of accidents resulting from the use of this lens. The lenses are carefully checked and inspected by the manufacturer to assure a high quality product. If a defect of deformation is noted or suspected, the lens should be returned to Hanita Lenses.

For more quality opticalmics products, Implant & Folding instructions, please log onto our web site at www.hanitalenses.com

Once the IOL is in place, thoroughly remove excess viscoelastic from the eye, both in front and behind the IOL, by routine irrigation and aspiration. Alternatively, the lens can be carefully removed from the loading chamber, taking care not to touch the optic part. The lens can be then be inserted using either forceps or conventional injector.

Liability:

Hanita Lenses company covers the design and the production of the intraocular lens. It shall be incurred in no way in case of accidents resulting from the use of this lens. The lenses are carefully checked and inspected by the manufacturer to assure a high quality product. If a defect of deformation is noted or suspected, the lens should be returned to Hanita Lenses.

For more quality opticalmics products, Implant & Folding instructions, please log onto our web site at www.hanitalenses.com

Once the IOL is in place, thoroughly remove excess viscoelastic from the eye, both in front and behind the IOL, by routine irrigation and aspiration. Alternatively, the lens can be carefully removed from the loading chamber, taking care not to touch the optic part. The lens can be then be inserted using either forceps or conventional injector.

Liability:

Hanita Lenses company covers the design and the production of the intraocular lens. It shall be incurred in no way in case of accidents resulting from the use of this lens. The lenses are carefully checked and inspected by the manufacturer to assure a high quality product. If a defect of deformation is noted or suspected, the lens should be returned to Hanita Lenses.

For more quality opticalmics products, Implant & Folding instructions, please log onto our web site at www.hanitalenses.com

Once the IOL is in place, thoroughly remove excess viscoelastic from the eye, both in front and behind the IOL, by routine irrigation and aspiration. Alternatively, the lens can be carefully removed from the loading chamber, taking care not to touch the optic part. The lens can be then be inserted using either forceps or conventional injector.

Liability:

Hanita Lenses company covers the design and the production of the intraocular lens. It shall be incurred in no way in case of accidents resulting from the use of this lens. The lenses are carefully checked and inspected by the manufacturer to assure a high quality product. If a defect of deformation is noted or suspected, the lens should be returned to Hanita Lenses.

For more quality opticalmics products, Implant & Folding instructions, please log onto our web site at www.hanitalenses.com

Design ottico	
AF	Asferica monofocale
MF	Multifocale diffrattiva asferica apodizzata L'etichetta indica la potenza della distanza. Per una visione da vicino aggiungere +3 diottrie.
TR	Asferica torica L'etichetta indica l'equivalente sferico e la potenza del cilindro.

Indicazioni:

Easy IOL è indicata per il trattamento chirurgico della cataratta senile ed è destinata all'inserimento nella sacca capsulare.

Controindicazioni:

Controindicazioni assolute: qualsiasi condizione cronica che possa dare esiti indesiderati. Sono comprese:

- Uveite attiva cronica
- Disturbi della retina nei quali l'impianto può interferire con la chirurgia retinica
- Cataratta da rosolia
- Disturbi progressivi del segmento anteriore

Controindicazioni relative:

- Topografia corneale significativamente irregolare o precedente trapianto della cornea
- Forte astigmatismo o cheratocono
- Grave distrofia corneale
- Ambliopia
- Glaucoma incontrollato
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla
- Aniridia o neovascolarizzazione dell'iride
- Microftalmia o macroftalmia
- Infiam intra-operatoria, perdita significativa di vitreo o sanguinamento
- Pressione intraoculare intraoperatoria incontrollabile
- Atrofia del nervo ottico
- Qualsiasi caso che richieda la manipolazione intraoperatoria per allargare la pupilla

- Ruptura capsular
- Perda vitrea

Complicações relacionadas ao implante de lente intra-ocular:

- Descementação da lente e luxação
- Cálculo de prolifia da lente impreciso
- Danos da lente durante a implantação

Advertências:

- **A IOL deve ser implantada em conformidade com as seguintes instruções de utilização. O uso inadequado pode impor risco para a saúde do paciente.**

- Não utilizar a lente intra-ocular se a embalagem externa estéril é danificada, ou quando tenha ocorrido o vazamento do recipiente, ou em qualquer caso de dúvida.
- **Não realiteze. Reutilização pode impor risco sério à saúde do paciente.**

- A lente intra-ocular não deve ser utilizado após a data de validade.
- Não reesterilizar por qualquer método.
- Não armazene em temperatura acima de 46 °C (113 °F)
- Conservar ao abrigo da luz solar.
- **Armazene a lente em uma temperatura inferior a 18 °C pode causar um efeito líquido nevenito que desaparece completamente em 2-3 horas in vivo ou in vitro após o armazenamento da IOL durante 12-24 horas em uma maior temperatura ambiente (22 ° C - 26 ° C).**
- Não mohe lente em outra solução do que a solução de irrigação intra-ocular estétil.
- Como a IOL seca sobre a exposição ao ar, não deve ser deixado a seco. Para evitar danos para a IOL, é essencial molhar-lo em solução de irrigação ou, equivalentemente, em solução de irrigação durante o manuseamento em um período de tempo curto.
- A lente pode ter uma coloração violeta refletindo, ao inspecionar através da lâmpada de fenda devido às suas propriedades de transmissão, dependendo da intensidade e ângulo da lâmpada de fenda.
- Os pacientes destinados à troca de lente refrativa podem estar sob maior risco de descolamento da retina. Recomenda-se nestes casos a determinar a relativa vantagem ao paciente. Técnicas de remoção da lente, como a energia pulso de baixa facosmulsificação ultra-sônica de liquefação podem diminuir este risco, onde o cirurgião deve evitar facosmulsificação de alta potência e ECCE/ICCE.

Considerações especiais para IOLs multifocais (MF):

- O surgimento deve orientar emetropia para alcançar ótimos resultados.
- A lente deve ser implantada de modo que é centrado de forma ideal, a fim de alcançar resultados ótimos e para evitar perturbações visuais.
- Pacientes com astigmatismo pré ou pós-operatório esperada de >1,0 D não pode alcançar um ótimo resultado visual e satisfação .
- Um elevado nível de habilidade úrgica é necessária para a implantação de lentes intra-oculares. Recomenda-se que o cirurgião observe e auxilie em vários procedimentos antes de tentar a implantação.

Considerações especiais para IOLs Toric (TR):

- A lente deve ser implantada de modo que é centrado de forma ideal, a fim de alcançar resultados ótimos e para evitar perturbações visuais.
- A lente deve ser implantada seguindo as instruções descritas na cópia impressa de calculadora Toric IOL de Lentes Hanita.
- Em qualquer caso de ruptura capsular, danos zonular ou uma capsulotomia posterior estar previsto, a lente não deve ser implantada.
- É importante para remover qualquer material viscoelástico remanescente no final da cirurgia, como quaisquer resíduos podem causar a rotação indesejada da IOL levando a astigmatismo residual pós-operatório.
- Um elevado nível de habilidade úrgica é necessária para a implantação de lentes intra-oculares. Recomenda-se que o cirurgião observe e auxilie em vários procedimentos antes de tentar a implantação.

Embalagem:

A Easy IOL é fornecido estétil em uma embalagem blister dentro de uma bolsa de casa. A Easy IOL é colocado numa câmara de carga, fixada por um suporte de lente, todos imersos em solução salina.

A esterilidade da embalagem é garantida a menos que o saco está aberto ou danificado.

Instruções de uso:

Existem vários procedimentos úrgicos que podem ser utilizados. O cirurgião deve selecionar um procedimento que é apropriado para o paciente.

- Examinar a etiqueta no pacote da lente para o tipo de IOL, dioptrias e data de validade. Em um ambiente estétil, abrir a bolsa de casa e remover a embalagem blister. Verifique a dioptria da lente novamente.
- Inspeção a embalagem blister. Certifique-se que não está danificada e o selo não está quebrado. A lente em uma embalagem blister, bata suavemente sobre a tampa para remover gotas de líquido de armazenagem a partir do interior da tampa.
- Lentamente e continuamente descole a tampa enquanto está a segurar a embalagem blister em uma posição horizontal.
- Remova a câmara de carga que contém a lente da embalagem blister. Não remova o suporte de lente neste momento!
- Coloque a câmara de carga para o injetor compatível. Ao inserir a câmara de carga no injetor, assegure que o êmbolo se encontra na posição retráida.
- Aplique uma quantidade de viscoelástico para o injetor carregado.
- Assegure que o visco elástico migra sob a lente e enche a ponta do injetor.
- Remova o suporte de lente da câmara de carga.
- Feche as asas da câmara de carga. O sistema está pronto para a injeção.
- Para obter descrições detalhadas, consulte as instruções de utilização fornecidas com o injetor compatível.
- Uma vez que a IOL está no lugar, cuidadosamente remova o excesso de viscoelástico do olho, tanto na frente e atrás da IOL, por irrigação e aspiração de retina.

Alternativamente, a lente pode ser cuidadosamente removida da câmara de carga, tendo cuidado para não tocar a parte ótica. A lente pode, então, ser inserida usando o auxílio de pinças ou injetor convencional.

Responsabilidade:

A empresa Lentes Hanita abrange a concepção e a produção da lente intra-ocular. Deve ser efetuadas de modo nenhum em caso de acidente resultantes do uso desta lente. As lentes são cuidadosamente controladas e inspecionadas por o fabricante para garantir um produto de alta qualidade. Se um defeito de deformação é conhecida ou suspeita, a lente deve ser devolvida à Lentes Hanita.

Para obter mais produtos oftalmológicos, implante & instruções de dobragem de qualidade, inicie sessão em nosso site de internet www.hanitalenses.com

RU

Easy preloaded IOL – Влагалищная акриловая, предварительно загруженная внутриглазная линза

Описание: Easy IOL – предварительно загруженная внутриглазная линза, снабженная совместимым инжектором. Линза изготовлена из влагостойкого акрилового материала (содержание воды - 25%) с

зрения.

- Линзу следует имплантировать согласно инструкциям, указанным в распечатане калькулятора торороборзаций IOL компании Hanita Lenses.

- В случае любого разрыва капсулы, зонулярного повреждения или запланированной задней капсулотомии, запрещено имплантировать линзу.

- Важно удалить любые оставшиеся вязко-эластичные вещества по окончании операции, поскольку любые остатки могут привести к нежелательному вращению IOL, что приводит к остаточному послеоперационному астигматизму.

- Для имплантации внутриглазных линз требуется высокий уровень хирургического мастерства. Хирургам рекомендуется наблюдать и поработать в качестве ассистента на нескольких операциях, и только после этого попробовать произвести имплантацию самим.

Упаковка:

Easy IOL поставляется стерильной, в блистерной упаковке в герметичном пакете. Easy IOL расположен в загруженной камере, с механизмом фиксации, полностью погруженная в солевой раствор. Стерильность упаковки гарантирована, если она не раскрыта и не повреждена.

Инструкции по употреблению:

Существуют различные хирургические процедуры, которые можно применить. Хирург должен выбрать процедуру, наиболее подходящую для пациента.

- Осмотреть этикетку на упаковке линзы для определения типа IOL, диоптра и срока годности. В стерильной окружающей среде, раскрыть герметический пакет и удалить блистерную упаковку. Проверить целостность линзы еще раз.
- Осмотреть блистерную упаковку. Убедиться, что она не повреждена, и что печать целая. Перед тем, как раскрыть блистерную упаковку, легко постучать по покрытию для удаления жидкости хранения с внутренней стороны покрытия.
- Медленно и постепенно соскребти покрытие, держа блистерную упаковку в горизонтальном положении.
- Вытащить загруженную камеру, в которой находится линза, из блистерной упаковки. Не вынимать механизм фиксации в это время!
- Вставить загруженную камеру в совместимый инжектор. Вставляя загруженную камеру в инжектор, следует убедиться, что поршень находится в центре камеры с оптической частью.
- Ввести достаточное количество вязко-эластичного вещества в загруженный инжектор. Убедиться, что вязко-эластичное вещество перемещается под линзу и заполняет наконечник инжектора.
- Вынуть механизм фиксации из загруженной камеры.
- Открыть крышки загруженной камеры. Система готова к инъекции.

Для подробного описания, см. инструкции для пользователей, прилагающиеся к инжектору.

- Когда IOL имплантирована, тщательно удалить лишнее вязко-эластичное вещество из глаза, спереди и сзади IOL, путем стандартного промывания и отсосывания.

Другой вариант - можно тщательно вынуть линзу из загруженной камеры, используя набор инструментов с оптической частью. После этого, линзу можно ввести с помощью линцета или стандартного инжектора.

Отвественности:

Компания Hanita Lenses покрывает проектировку и изготовление внутриглазной линзы. Она не несет никакой ответственности в случае неисправностей, вызванных употреблением линзы. Линзы тщательно проверяются и осматриваются изготовителем для обеспечения высококачественного продукта. В случае обнаружения или подозрения на деформацию, следует вернуть линзу компании Hanita Lenses.

Для дополнительной высококачественной офтальмологической продукции, инструкций по имплантации и складыванию, пришлите нам наш сайт: www.hanitalenses.com

RO

Easy preloaded IOL - lentile intraocular hidrolice acrilice, preincarcate

Descriere: Easy IOL - lentile intraoculare preincarcate echipate cu un injector compatibil. Lentila este facuta din material acetic hidrofili (25% continut apa), cu blocant UV si tratate cu cromolor pentru o protectie sporita a retinei. Sunt disponibile doua tipuri - BunnyLens (4 puncte de contact) sau SeeLens (C-modificat).

A se vedea eticheta de pe cutie pentru tipul de lentile:

Eticheta	Design optic
AF	Monofocal asferic
MF	Lentile asferice, multifocale, apodizate difractive Eticheta indica puterea optica. Pentru vedere de aproape se adauga +3 dioptrii
TR	Toric, asferic Eticheta indica echivalentul sferic si puterea cilindricului.

Indicatii:

Acest tip de lentile intraoculare este indicat pentru tratamentul chirurgical al cataractei senile si destinate pentru a fi plasate in sacul capsular.

Contraindicatii:

Contraindicatii absolute: Orici afectiune cronica pentru care un rezultat nedorit este de asteptat. Orice se pot include:

- Uveita acuta sau cronica.
- Bolile retinei in cazul in care implantul poate interfera cu interventi chirurgicale specifice retinei.
- Ne potraguzi linza in rastvoru, za iscludenchem sterilityno rastvoru dlya vnutriglaznoy sorozheniya.
- Poslednyuyu IOL vysokazhet pri kontakte s vozduhom, neobya ostavlyat' ee nesmotryaya na. Vo izbezheniye povrezhdeniya IOL, neobhodyo smachivat' ee v sbalansirirovannom ili ekvivalentnom rastvorepered implanitatsiyu ili pri dlitelnoy rabote.
- Linza mozet imet' fioioletovyy ottenok otrazheniya pri prosmotre cherez shchelnuyu lampu iz-za svoystva prioznacheniya, v zavisimosti ot moshnosti i ugla shcheloy lampy.
- Пациенты, нуждающиеся в замене рефракционной линзы могут быть под повышенной угрозой отслойния сетчатки. Рекомендуется определить уровень пользы для пациента в подобных случаях. Техники удаления линзы, как то: маломощная пульсированная сверхзвуковая факосмулсификация и разжижение могут снизить степень риска, а в то же время, хирург следует избгать высокоточной факосмулсификации и ECCE/ICCE.
- Острые соображения для монофокусных (MF) IOL:
- Хирург должен воздействовать на эмметропию для достижения наилучших результатов.
- Пациенты с дооперационным и ожидаемым послеоперационным астигматизмом более 1.0D могут не достигнуть оптимальный и удовлетворительных зрительных результатов.
- Для имплантации внутриглазных линз требуется высокий уровень хирургического мастерства. Хирургам рекомендуется наблюдать и поработать в качестве ассистента на нескольких операциях, и только после этого попробовать произвести имплантацию самим.

Острые соображения для тороборзаций (TR) IOL:

- Хирург должен имплантировать с оптимальным центрированием, для достижения наилучших результатов и по избежанию нарушений зрения.

Complicatii:

Operatia de cataracta, cu sau fara implantare de lentile, poate fi asociata cu:

- Inflamatie oculara
- Hemoragie
- Cresterea tensiunii intraoculare
- Infectie postoperatoria
- Detasarea retinei

- Edem macular
- Edem cornean

- Aparitiera capsulei posterioare
- Ruptura capsulara

■ Pierdere vizuala

Complicatii ce pot surveni in urma implantarii de lentile intraoculare:

- Descenderata si luxata lentile
- Calculul inexact al puterii lentilei
- Deteriorarea edemului in timpul implantarii

Avertismente:

- **Lentilele intraoculare trebuie implantate in conformitate cu urmatoarele instructiuni de utilizare. Utilizarea lor necorespunzatoare poate reprezenta un risc pentru sanatatea pacientului.**

- Nu folositi lentilele intraoculare daca ambalajul exterior stie este deteriorat, sau cand au avut loc scurgeri din interiorul recipientului, sau in orice caz de dubiu privind integritatea ambalajului.

- **A nu se reutiliza. Reutilizarea poate avea ca rezultat riscuri grave pentru sanatatea pacientului.**

- Lentilele intraoculare nu trebuie utilizate dupa data expirarii.
- A nu se resteriliza prin nici o metoda.
- A nu se pastra la temperaturi de peste 46 ° C (113 ° F)
- A se depozita intr-un spatiu protejat de lumina soarelui.
- **Depozitarea lentilelor la o temperatura mai mica de 18 ° C poate provoca un efect de ceata usoara care va dispara complet in 2-3 ore in vivo sau in vitro, dupa depozitarea intru 12-24 de ore a lentilelor intraoculare la o temperatura ambienta mai mare (22 ° C -26 ° C).**

- Nu umzeti lentilele in alta solutie decat solutia sterila de irigare
- Nu utilizati linza in alt scop decat cel pentru care este destinata.

- Deoarece lentilele intraoculare se usuca atunci cand sunt expuse la aer, nu trebuie lasate in astfel de conditii. Pentru a evita deteriorarea lor, este esential ca lentilele intraoculare sa fie pastrate in solutia sterila, inainte de implantare sau atunci cand se intentioneaza folosisrea lor pe o perioada mai lunga de timp.
- Lentilele ar putea prezenta o tinta violet reflectata in timpul expunerii la lampu cu fanta, datorita proprietatilor lor de transmisie, in functie de intensitatea si unghiul lampii cu fanta.
- Pacientii programati pentru schimbul de lentile de refractie pot prezenta un risc mai mare de dezlipire de retina. In acest caz, este recomandat sa se efectueze o interventie chirurgicala pentru a se asigura o protectie a retinei, cum ar fi facosmulsificarea cu ultrasunete cu impulsuri slabe sau lichiefiere pot reduce acest risc, intruct chirurgical ar trebui sa evite facosmulsificarea de mare putere si ECCE / ICCE.

Consideratii speciale pentru lentile multifocale:

- Chirurgul ar trebui sa aiba in vedere emetropia pentru a obtine rezultate optime.
- Pacientii cu astigmatism preoperator sau postoperator de > 1.0D ar putea sa nu obtina un rezultat vizual optim.
- Un nivel ridicat de experienta chirurgicala este necesar pentru implantarea de lentile intraoculare. Se recomanda ca si chirurg, sa se observe si sa se asiste la o serie de astfel de proceduri inainte de a se efectua procedura de implantare.

Consideratii speciale pentru lentile intraoculare torice:

- Lentilele trebuie sa fie implantate, astfel incat sa fie centrate perfect, cu scopul de a obtine rezultate optime si de a evita tulburari de vedere.
- Lentilele ar trebui sa fie implantate folosind instructiunile descrise in documentul Hanita Lenses Toric IOL calculator.
- In orice cazuri ce implica ruptura capsulara, rupturi zonulare sau capsulotomie posterioara, nu se recomanda implantarea lentilelor.
- Este important sa se elatine orice exces de substanta viscoelastica ramana la sfarsitul interventiei chirurgicale, deoarece orice rezidui pot provoca retina nedorita a lentilei intraoculare conducand astfel la astigmatism postoperator rezidual.
- Un nivel ridicat de experienta chirurgicala este necesar pentru implantarea de lentile intraoculare. Se recomanda ca si chirurg, sa se observe si sa se asiste la o serie de astfel de proceduri inainte de a se efectua procedura de implantare.

Ambalaj:

Lentilele intraoculare sunt furnizate intr-un mod steril intr-un ambalaj tip blister in interiorul unui recipient etans, sunt plasate in interiorul recipientului, fixate cu dubiu privind integritatea ambalajului.
Sterilitatea ambalajului este garantata cu exceptia cazului in care recipientul este deschis sau deteriorat.

Instructiuni de utilizare:

- Exista diverse proceduri chirurgicale care pot fi utilizate. Chirurgul trebuie sa aleaga o procedura adecvata pentru pacient.
- Examinati eticheta de pe ambalajul lentilelor pentru a vedea tipul de lentile intraoculare, dioptriile si data expirarii. Intr-un mediu steril, deschideti recipientul si indepartati blister-ul. Verificati inca o data dioptriile lentilelor.
- Verificati blister-ul. Asigurati-va ca nu este deteriorat si ca sigiliul nu este rupt. Inainte de al deschide, loviti usor pe capac pentru a elimina picuturile de lichid stocate in interiorul capsulcul.
- Pentru a evita orice risc de contaminare, nu se asigneaza un produs de calitate inferiora.
- Scoateti cutia care contine lentilele din blister. Nu scoateti acum suportul de lentile!
- Introduceti cutia in injectorul compatibil. La introducerea cutiei in injector asigurati-va ca pistonul este in pozitie retrasa.
- Aplicati o cantitate apreciabila de substanta viscoelastica peste injectorul incarcat. Asigurati-va ca substanta viscoelastica ajunge sub lentile si umple varful injecturului.
- Scoateti suportul de lentile din cutie.
- Inchideti cutia. Sistemul este gata pentru injectare.

Pentru descrieri detaliate, consultati instructiunile de utilizare furnizate cu injectorul.

Contraindicatii relative:

- Topografia corneei semicirconfic neregulata sau transplant de cornee anterior.
- Astigmatism grav sau keratoconus
- Distrofie corneana severa
- Ambliopia
- Glaucom necontrolat
- Atrofia nervului optic
- Orice caz ce necesita manipulara intraoperatorie pentru dilatarea pupilei.
- Anidria sau neovascularizarea irisului
- Microphthalmos sau macrophthalmos
- HypHEMA intraoperator, pierderi semnificative sau sangerari vitreose
- Presiune intraoculara intraoperatorie necontrolabila.
- Cazuurile clinice care se pot inrauti din cauza implantului de lentile intraoculare si cazurile cu un risc crescut la implantare, bazate pe experienta chirurgicala. Evaluarea fcarazi caz in parte este la aprecierea chirurgicalui.

Complicatii:

Operatia de cataracta, cu sau fara implantare de lentile, poate fi asociata cu:

- Inflamatie oculara
- Hemoragie
- Cresterea tensiunii intraoculare
- Infectie postoperatoria
- Detasarea retinei

GR

Easy preloaded IOL – Υδρόφιλη Ακρίλικη, Προ-τοποθετημένος Ενδοφακός

Περιγραφή:

Ο Easy IOL είναι προ-τοποθετημένος ενδοφακός που διατίθεται συνοδευόμενος με αντίστοιχο ενθέτι. Ο φακός παρασκευάζεται από υδρόφιλο ακρίλικό υλικό (25% περικετακτόνη) με φίλτρο κατά της ακτινοβολίας UV και χρωμοφόρο φίλτρο για αυξημένη προστασία του αμφιβλαστρεοειδούς. Ο Easy IOL διατίθεται σε μια από τις δύο μορφές - BunnyLens (4-loop) ή SeeLens (C-loop).

Δείτε την ετικέτα στη χρήση συσκευασία για τον τύπο του φακού:

Ετικέτα	Οπτική σχεδίαση
AF	Μονοστατικός Ασφαιρικός
MF	Πολυστατικός Διαθλαστικός Αποδιστά Ασφαιρικός Η ετικέτα δείχνει την ισχύ αποστάσεως. Η προσθήκη για κοντινή όραση είναι +3 διопτρίες.
TR	Τορικός Ασφαιρικός Η ετικέτα δείχνει την ισχύ Σφαρικού Ισοδυνάμου και την ισχύ Κυλινδρικού.

Ενδείξη:

Ο φακός Easy IOL ενδείκνυται για χειρουργική θεραπεία του γεροντικού καταρράκτη, και προορίζεται για τοποθέτηση στο περικόκλιο.

Αντενδείξεις:

Απόλυτες αντενδείξεις: Οποιοδήποτε χρόνιο κατάσταση κατά την οποία αναμένεται η εμφάνιση ανεπιθύμητου αποτελέσματος. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται:

- Χρόνια ενεργή ραγοειδίτιδα
- Νόσος του αμφιβλαστρεοειδούς όπου το εμφύτευμα ενδεχομένως να παρεμποδίσει εγχείρηση του αμφιβλαστρεοειδούς
- Καταράκτης ενρυσθός
- Εξελισσόμενη νόσος της εμπρόσθιας μοίρας.
- Τεχνικές αντενδείξεις:
- Τοπογραφία κερατοειδούς σημαντικά μη-φυσιολογική ή προηγούμενο σύστημα κερατοειδούς
- Υψηλός αστιγματισμός ή κερατοκonus
- Σοβαρή δυστοφία αμφιβλαστρεοειδούς
- Αμβλυωπία
- Μη-ελεγχόμενο γλαύκωμα
- Ατροφία οπτικού νεύρου
- Οποιαδήποτε περίπτωση που απαιτεί χειρουργικό χειρισμό για τη διάγκωση της κόρης.
- Ανιρίδρα ή νεοαγγειακή ίριδος
- Μικροφθαλμία ή Μεκροφθαλμία
- Δυσχερειακή ύφραση, σημαντική απώλεια υαλοειδούς ή αιμορραγία
- Μη-ελεγχόμενη χειρουργική ενδοφθαλμική πίεση

Κλινικές περιπτώσεις που ενδεχομένως επιδεινωούνται εξαιτίας της εμφύτευσης του φακού και περαιτέρω με αυξημένο κίνδυνο εμφύτευσης, σύμφωνα με την πείρα του χειρουργού. Η εκτίμηση κάθε περιστατικού είναι στην κρίση του χειρουργού.

Επιπλοκές:

Εγχείρηση καταρράκτη, ή η χωρίς εμφύτευση φακού, ενδεχομένως να συνδέεται με:

- Οφθαλμική φλεγμονή
- Αιμορραγία
- Ενδοφθαλμική αύξηση πίεσης
- Μετεγχειρητική κοίλιμξη
- Αποκόλληση του αμφιβλαστρεοειδούς
- Οίδημα της υχρός κηλίδας
- Οίδημα του κερατοειδούς
- Σοβαρότητα του οπίσθιου περιφαικού
- Κάμια ρήξη
- Απώλεια υαλοειδούς

Επιπλοκές σχετιζόμενες με την εμφύτευση των ενδοφακών:

- Αποκεντρώση φακού και εξορύξη
- Ανακρίβεια υπολογισμών ισχύος φακού
- Θρόμβοι του φακού κατά την εμφύτευση

Προειδοποιήσεις:

- Ο IOL πρέπει να εμφυτεύει σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης. Η μη-τοποθέτηση ενδοφακού ενδεχομένως να επιφέρει κίνδυνο στην υγεία του ασθενή.
- Η χρήση του αποστεριωμένου χηρόφακού εάν η εξωτερική αποστεριωμένη συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, ή όταν παρατηρείται διαρροή από το φορέα, ή σε κάθε άλλη περίπτωση που υπάχρει αμφιβολία.
- **Μην τον επαναχρησιμοποιείτε. Η επαναχρησιμοποίηση ενδεχομένως να επιφέρει σοβαρό κίνδυνο στην υγεία του ασθενή.**
- Ο ενδοφακός δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μετά από την ημερομηνία λήξης.
- Μην τον αποστεριώνετε πάλι χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέθοδο.
- Μην τον αποθηκεύετε σε θερμοκρασία που υπερβαίνει τους 46°C (113°F).
- Αποθηκεύστε τον σε μέρος που τον προστατεύει από το ηλιακό φως.
- **Η αποθήκευση του φακού σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 18°C ενδεχομένως να προκαλέσει ελαφρά θολότητα που θα εξαφανιστεί εντελώς εντός 2-3 ωρών ούτως ή άλλως μετά από αποθήκευση του IOL επί 12-24 ωρών σε υψηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος (22°C-26°C).**

- Μην εμποτίσετε το φακό με διάλυμα εκτός από το αποστεριωμένο διάλυμα εμφύτευσης ενδοφακών.
- Εάν ο IOL ξεραθεί εξαιτίας έκθεσής του σε αέρα, δεν πρέπει να αφαιρεθεί χωρίς να γίνει υγρό. Το αποξηραμένο IOL του IOL, είναι απαραίτητο να τον υγρανείτε σε ισορροπημένο διάλυμα ή αντίστοιχο, πριν από την εμφύτευσή ή όταν φυλάσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Δεν υπάρχει ο φακός να έχει μπι αντανακλάμενη απόκρουση όταν τον παρατηρείτε με σχισμοειδή λυχνία εξαιτίας των ιδιοτήτων διαπερατότητας του, εξαρτώμενη από την ισχύ και τη γωνία της σχισμοειδούς λυχνίας.
- Ασθενείς που υπορροίνονται για αλλαγή διαθλαστικών φακών, ενδεχομένως να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο αποκόλλησης του αμφιβλαστρεοειδούς. Συνιστάται να προσδιοριστεί το σχετικό όφελος των ασθενών vs αυτές τις περιπτώσεις. Τεχνικές αφαιρέσεις φακών όπως παλμική υπερηχητική φακοκτομία χαμηλής ισχύος και υπερτοπική ενδεχόται να ελαττώσουν τον κίνδυνο στις περιπτώσεις όπου ο χειρουργός πρέπει να αποσπείρει φακοκτόμιο υψηλής ισχύος και ECCE/ICCE.

Εθδικά αντενδείκται για τοποθετήσεις (MF) IOL:

- Ο χειρουργός πρέπει να επιδιώξει εμετρωπία για να επιτύχει βέλπστα αποτελέσματα.

- Ο φακός πρέπει να εμφυτεύει ώστε να κεντρίεται βέλπστα, για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα και να αποφευχθούν παρενοχλήσεις στην όραση.
- Ασθενείς που έχουν αστιγματισμό >1.0D πριν από την επέμβαση ή αναμένεται να έχουν μετά από την επέμβαση ενδεχομένως να μην επιτύχουν βέλπστο οπτικό αποτέλεσμα και ικανοποίηση.
- Υψηλό επίπεδο χειρουργικών κανοντήτων απαιτείται για την εμφύτευση ενδοφακών. Συνιστάται όπως ο χειρουργός παρατηρήσει και βοηθήσει

αρκετούς χειρισμούς προτού προσπαθήσει να εκτελέσει εμφύτευση. **Εθδικά αντενδείκται για τοποθετήσεις (TR) IOL:**

- Ο φακός πρέπει να εμφυτεύει ώστε να κεντρίεται βέλπστα, για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα και να αποφευχθούν παρενοχλήσεις στην όραση.
- Ο φακός πρέπει να εμφυτεύει ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο υπολογισμού των Hanita Lenses Toric IOL.
- Σε περίπτωση κάμιας ρήξης, τμηματικής ζημιάς ή σε περίπτωση που σχεδίζεται τομή της οπίσθιας θήλης, ο φακός δεν πρέπει να εμφυτευθεί.
- Είναι σημαντικό να αφαιρεθεί το πλεονάζον ιζυδοελαστικό στο τέλος της επέμβασης, επειδή τα υπόλοιπα μπορούν να προσεγγίσουν ανεπιθύμητη περιστροφή του ενδοφακού που οδηγεί σε υπολειπόμενο μετεγχειρητικό αστιγματισμό.
- Υψηλό επίπεδο χειρουργικών κανοντήτων απαιτείται για την εμφύτευση ενδοφακών. Συνιστάται όπως ο χειρουργός παρατηρήσει και βοηθήσει

Νεφρικής χειρισμούς προτού προσπαθήσει να εκτελέσει εμφύτευση.

Συμβουλές:

Ο Easy IOL διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία μέσα σε αποστειώμενο σάκο. Το Easy IOL βρίσκεται μέσα σε θάλαμο φόρτωσης, στερεωμένο σε στρίγγια φακού, βυθισμένο σε οσμολογικό αρό. Εγγυηται η αστεριότητα της συσκευασίας, εκτός εάν ο σάκος έχει ανοιχτεί ή θραεί.

<

Mini Incision implantation

- Easily and safely injected through an incision as small as 1.8 mm
- Lower surgically induced astigmatism
- Fast recovery after surgery, less inflammation
- Less trauma to the cornea and the eye
- Less endothelial cell loss

Technical Specifications

Overall diameter	13.0 mm
Optic diameter	6.0 mm
Haptic angulation.....	5°
Optic design	Aspheric
Power range*	- 5.0 to +5.0 (1D increments) +5.5 to +30.0 (0.5 D increments) +31.0 to +40.0 (1D increments)
Material	Hydrophilic Acrylic with UV Blocker and violet light filter
Refractive Index.....	1.46 (hydrated @ 35°C)
Nd-YAG laser	Compatible
Estimated A constant	SRK/T IOLMASTER biometry: 118.9** SRK/T US biometry: 118.56**
Placement	Capsular Bag
CE Approved	

* Additional power range can provided by special order

** It is recommended that surgeons personalize their A-constant based on their surgical techniques and equipment, experience and post-operative results.
For more information please visit Hanita Lenses web site.


Hanita Lenses

Hanita Lenses is a worldwide trusted manufacturer and provider of intraocular lens solutions for cataract surgery.

With more then 30 years of experience in meeting the varied needs of ophthalmic surgeons, the Hanita Lenses name is synonymous with high quality, reliability and service.



www.hanitalenses.com e.mail: marketing@ hanitalenses.com
Hanita Lenses Intraocular & Contact Lenses
Kibbutz Hanita 2288500 Tel: +972 4 9950700 Fax: +972 4 9950755



Digitally signed by Pereteatco Alina
Date: 2021.10.07 23:33:47 EEST



T1023 01/2018

SeeLens AF

The Aspheric Solution



SeeLens AF, the Aspheric Intraocular lens from Hanita Lenses, provides the patient with an excellent vision quality at day and night conditions, by using state-of-the-art aberration free aspheric optical design.




Advanced Optical Design

The aspheric SeeLens AF was designed using the most advanced tools, by a professional R&D team of optical and mechanical engineers. The optical profile of the SeeLens AF was calculated using ZEMAX™ software – a simulating tool for the optical design optimization. Calculations were aimed to minimize all aberrations, including the spherical aberration of the cornea, and to optimize the MTF (Modulated Transfer Function) of the IOL.

Eye Model

Optical design of the SeeLens AF was performed using the advanced Arizona Eye model [1]. The parameters and dimensions of the eye model are consistent with average human data. The model was designed to match clinical levels of aberrations, both on and off axis. The retina curvature is designed to split the tangential and sagittal foci off-axis. The result is an accurate simulation of the visual performance of the SeeLens AF in the Post-operative eye.


[1] Field Guide to Visual and Ophthalmic Optics; Jim Schwiegerling; Nov. 2004.



The SeeLens AF design provides excellent optical quality at night conditions, near the theoretical limit


Geometrical Design

1. Excellent stability and centration due to the unique haptic design
2. Fixed position of IOL along the visual axis allowing for highly predictable refractive outcome
3. 360° continuous square edge in order to reduce PCO




SeeLens AF provides stable position of the optic even in exceptionally small capsules


Stability and Centration



The SeeLens AF design provides a visual advantage over spheric lens even if decentered up to 0.8 mm



The SeeLens AF design provides a visual advantage over spheric lens even if tilted up to 10.9 degrees




Spheric Lens - Spherical aberration

Aspheric - Aberration free

- SeeLens AF reduces spherical aberration to minimum
- SeeLens AF Improves functional vision
- SeeLens AF Improves night vision
- SeeLens AF designed with the most advanced optical tools

Material

- The SeeLens AF is made of a hydrophilic acrylic material, with proven reputation and many years of clinical experience.
- The SeeLens AF is characterized by excellent biocompatibility and mechanical quality
- The SeeLens AF material incorporates a violet filtering chromophore for better protection of the retina.



The SeeLens AF provides protection for the retina, by filtering light of wavelength below 400 nm