

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova, Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 17.07.2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 16.07.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2009, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2009, Republica Moldova,
Chișinău str. Cosmescu 3

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "privind încheierea
acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile
pentru anii 2025-2027"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211
din 17.07.2024

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 24.12.2024, și ea
va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.

Data completării: 16.07.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 17.07.2024		
Obiectul achiziției:						privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Clei biologic Bioglu	Clei biologic Bioglu	BG3502-5-G/ BGAT-SY Adeziv chirurgical BioGlue 2 ml + Applicator tip	SUA	Artivion	Lipici chirurgical (clei biologic) pentru lipirea peretilor aortei si controlul hemostazei. Siringa preumpluta cu 2 componente Cantitatea 15 gr Conținutul: Gelatină, Resorcină, Formaldehidă Setul format din: - 1 seringă de 2 ml care este compus din ser albumina bovină și glutaraldehidă -4 cateter aplicator Setul să fie steril.	Fisier BioGlue IFU pag.3 :Lipici chirurgical (clei biologic) pentru lipirea peretilor aortei si controlul hemostazei. Siringa preumpluta cu 2 componente Conținutul: albumină serică bovină purificată și glutaraldehidă Setul format din: - 1 seringă de 2 ml care este compus din ser albumina bovină și glutaraldehidă -4 cateter aplicator Setul este steril.	ISO, CE
3	Clei medical, steril	Clei medical, steril	BG3515-5-G Adeziv chirurgical BioGlue 5 ml	SUA	Artivion	Bioadeziv medical, cantitatea 5-10 ml, setul este format din două seringi care se conectează la o singură canulă. Setul să fie steril. Perioada de valabilitate minimum 2 ani din data procurării.	Fisier BioGlue IFU pag.3 : Bioadeziv medical, cantitatea 5ml, setul este format din două seringi care se conectează la o singură canulă. Setul este steril. Perioada de valabilitate minimum 2 ani din data procurării.	ISO, CE
11	Petic din PTFE Feltt	Petic din PTFE Feltt	007837 PTFE FELT	SUA	Bard / BD	Marimea-15(+,-5)x 15(+,-5)cm Grosimea -1-1,65mm	Fisier ProduktkatalogVascular2017.pdf pag. 96: Marimea - 15.2 x 15.2cm Grosimea - 1,65mm	ISO, CE
19	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75°, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75°, Manjetă standart	A5-019; A5-021; A5-023; A5-025; A5-027 CARBOMEDICS REDUCED	SUA	Corcym	b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea ≥75° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogenică si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă standart	CC-MK-00003ACarbomedics_Family_brochure1 pag.17: b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea 78° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogenică si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă standart	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000392854 DM000392855 DM000392856 DM000392857

20	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	M7-027 M7-029 M7-031 CARBOMEDICS STANDARD	SUA	Corcym	a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥75° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificailor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart	CC-MK-00003ACarbomedics_Family_brochureI pag.21: a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea 78° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificailor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000392865 DM000392866 DM000392867
22	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75°,Manjetă redusă	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75°,Manjetă redusă	ICV0935 (ART19LSA) ICV0936 (ART21LSA) ICV0937 (ART23LSA) ICV0938 (ART25LSA) ICV0939 (ART27LSA) BICARBON SLIMLINE	SUA	Corcym	b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea ≥75° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificailor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă redusă	CC-MK-00002ABicarbon_Family_brochure pag.17: b. Aortice: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de dischiderea 80° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima în pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificailor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă redusă	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000633463 DM000633464 DM000633465 DM000633466 DM000633467
24	Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin	Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin	DDL19A DDL21A DDL23A DDL25A DDL27A Dafodil	India	Meril lifescience	Aortice -tesut biologic a valvei: pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27, N29,	Catalog "dafodil-pericardial-bioprosthesis" pag.1: Aortice -tesut biologic a valvei: pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configuratie supraanulara -dizain radiopac -profil cit mai redus(protruzie aortica minima) -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani Marimele solicitate: N19, N 21, N23, N 25, N27	ISO, CE Cod inregistrare AMDm: DM000398965 DM000398966 DM000398967 DM000398968 DM000398969

26	Proteze valvulare cardiace biologice pericard bovin	Proteze valvulare cardiace biologice pericard bovin	DDL27M DDL29M DDL31M Dafodil	India	Meril lifescience	Mitrale -tesut biologic a valvei: pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configurație supraanulara -desing radiopac -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani; N27, N29, N31, N33	Catalog "dafodil-pericardial-bioprosthesis" pag.1: Mitrale -tesut biologic a valvei: pericard bovin cu stent flexibil din polimer cu trei cuspid separate montate individual pe stent -tratament anticalcificare dovedit de trialuri clinice, controlate, publicate in reviste de specialitate recunoscute -deschidere sincrona a foitelor -configurație supraanulara -desing radiopac -tratament cu glutar –aldehida -durabilitate dovedita de 20 ani prin studii clinice publicate. -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani; N27, N29, N31	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000398972 DM000398973 DM000398974
----	---	---	---------------------------------------	-------	----------------------	--	---	---

Semnăt: _____Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 17.07.2024							
Obiectul achiziției:					privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Clei biologic Bioglu	Clei biologic Bioglu	bucată	54	8 897.18	9 608.95	480 447.72	518 883.30	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
3	Clei medical, steril	Clei medical, steril	bucată	120	12 336.98	13 323.94	1 480 437.60	1 598 872.80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
11	Petic din PTFE Felit	Petic din PTFE Felit	bucată	187	4 667.75	5 601.30	872 869.25	1 047 443.10	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
19	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°, Manjetă standart	bucată	459	17 267.25	17 267.25	7 925 667.75	7 925 667.75	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-



20	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	bucată	200	17 267.25	17 267.25	3 453 450.00	3 453 450.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
22	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea $\geq 75^\circ$,Manjetă redusă	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea $\geq 75^\circ$,Manjetă redusă	bucată	320	17 867.85	17 867.85	5 717 712.00	5 717 712.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
24	Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin	Proteze valvulare cardiace biologice, steril, pericard bovin	bucată	256	34 155.00	34 155.00	8 743 680.00	8 743 680.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
26	Proteze valvulare cardiace biologice pericard bovin	Proteze valvulare cardiace biologice pericard bovin	bucată	174	34 155.00	34 155.00	5 942 970.00	5 942 970.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
						TOTAL Oferta	34 617 234.32	34 948 678.95				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 17.07.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului
- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.
- Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"

Data completării: 16.07.2024

Cu stimă,
Poiana Vitalie
Administrator
SRL Biosistem mld _____

(semnătura)