

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1596617525138** din **25 august 2020**

Denumirea procedurii de achiziție: : Reactivi și consumabile pentru laboratorul microbiologic

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33140000-3	Manitol salt agar	51053	Franța	bioMerieux	Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Mannitol Salt Agar, dehidratat, 500 g	CE, ISO
33140000-3	C.albicans ATCC 36232	0896K	USA	Microbiologics	Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Candida albicans derived from ATCC 2091, 6 tulpini/set	CE, ISO
33140000-3	Lactobacillus casei ATCC 9595	0989K	USA	Microbiologics	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate	Lactobacillus rhamnosus derived from ATCC 9595, 6 tulpini /set	CE, ISO
33140000-3	Bifidobacterium bifidum ATCC 15696	01025K	USA	Microbiologics	Conform Ph.Eur., Certificat de conformitate	Bifidobacterium bifidum derived from ATCC 11863, 6 tulpini/set	CE, ISO
33140000-3	Indicator biologic Bacillus atrophaeus ATCC 9372	DH/50	USA	MesaLabs	Conform Ph. Eur. 5.1.2. Pentru controlul biologic al sterilizării cu aer (etuve) la t° 180. Concentrația sporilor în fiola 10 ⁶	Indicator Biologic pentru controlul sterilizării uscate DriAmp, fiolă de 1 mL de sticlă (49mm x 11mm) conținând material de siliciu inoculat cu spori de <i>Bacillus atrophaeus</i> (#9372) cu o concentrație de min. 10 ⁶ /fiolă, Fiecare kit conține 50 de seturi (1 fiolă cu spori + 1 eprubetă cu mediu de cultură Releasat). Mediul de cultură Releasat, furnizat în set în eprubete individuale, este formulat special pentru creșterea rapidă B. atrophaeus. Acest mediu de cultură oferă avantajul obținerii rezultatelor după doar 72 de ore de incubare, comparativ cu 7 zile în cazul altor produse.	

	Pungi autosigilante pentru sterilizare cu aburi	7002105	Germania	Ratiolab	Dimensiunea unei pungi aproximativ 250mm x 400mm; Banda adezivă fără ajutorul aparatelor profesionale de sigilare, - Rezistentă la explozie - Transparente - conținutul pungilor este vizibil, - Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile și uniforme pentru o protecție antimicrobiană înaltă; Dotate cu martor de sterilizare - culoarea se schimbă atunci când sterilizarea s-a efectuat cu succes; Cerneala specială, pe bază de apă, pentru a nu contamina materialul sterilizat. Prevăzute pentru sterilizarea cu aburi. Cu certificate de conformitate	Saci autoclavabili Biohazard, 300 x 500, volum cca 6 L, grosime – 50 μm, transparente, Instrucțiuni de avertizare și indicator de sterilizare, Polipropilenă (PP), foarte puternice, cu o cusătură largă în partea inferioară destinate sterilizării și eliminării produselor de laborator periculoase și contaminate. • Câmpul indicator de culoare albă se întuneacă dacă autoclavarea s-a realizat cu succes. • cu simbolul BIOHAZARD și amprenta de siguranță în limbile engleză, germană, franceză și spaniolă • Autoclavabile la 134°C, 20 min, pentru autoclavare, punga nu trebuie să fie complet închisă, 100/set	
	TOTAL						

Semnat:

Nume: **Victoria Olaru**

În calitate de: **Manager Departament Comercial**

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

Adresa: **Mun. Chisinau 2005, str. V. Alecsandri, 141/A, et. 1**

Data: **25.08.2020**