

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21303085 / ocds-b3wdp1-MD-1729857546486, din 25/11/2024	Data: 25/11/2024	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea implanturilor spinale, consumabilelor pentru neurochirurgia fracturilor coloanei vertebrale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025	Lot: 9; 20; 21; 57; 58	Pagina: 1 din _

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință / Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8		
33100000-1	9	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA.	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA.	BonOs® Inject REF: 01-0310 + EASYMIX® shaker REF: 02-0320	Germania	OSARTIS GmbH	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie și augmentarea suruburilor pediculare PMMA radiopac, Viscozitate medie sau înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram.	Ciment radiopac de viscozitate medie sau înaltă PMMA. Pentru vertebroplastie și augmentarea suruburilor pediculare PMMA radiopac, Viscozitate medie sau înaltă, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g . Evaluarea va fi per gram. Toate consumabilele/accesoriile pentru prepararea cimentului sunt incluse.	DM000385950
33100000-1	20	Set vertebroplastie	Set vertebroplastie	Mendec® Spine Kit REF: 13C2000 + Bone Injection Needles REF: ASB0000 REF: SPN0915	Italia	TECRES S.p.A.	Compus din 2 troacare spinale și cimentul cu dizolvant	Set pentru vertebroplastie, compus din 2 troacare spinale, cimentul cu dizolvant, sistem de mixare și de livrare a cimentului. Cimentul: - Sa contină min 20g de polimer sub forma de pudră și monomer (dizolvant) sub forma lichida; - Sa contină sulfatul de bariu în pudră de ciment ca agent radioopac; - Sa prezintă viscozitate joasă, indicat pentru vertebroplastie la nivel de coloana vertebrala. Sistem de mixare a cimentului: - Container cu capac, conexiune Luer-Lock, în care se mixează ciment. Sistemul de livrare a cimentului: - Sa prezintă injector, tip pistol, destinat pentru livrare cimentului prin metoda de injecție pe bază de șurub (screw driven), cu gradajie, conexiune Luer-Lock; - Mecanismul pistolului sa fie dotat cu limitator de cuplu pentru a evita suprapresiunea în timpul injecției; - Sa fie inclus în set un tub de extensie, lungimea 30 cm (+/- 1 cm), conexiuni Luer-Lock. Setul va fi livrat împreună cu 2 troacare spinale recomandate de producator în conformitate cu caracteristicile cimentului (la alegere beneficiarului, REF: ASB0000 și/sau REF: SPN0915), diametrul exterior 9G, lungimea 150mm. REF: ASB0000: Bone Injection Needle, Beveled Tip, 9 Gauge, 150 mm, Plastic Handgrip REF: SPN0915: Bone Injection Needle, Diamond Tip, 9 Gauge, 150 mm, Plastic Handgrip. Toate componente setului sînt ambalate steril.	DM000343452 DM000343433 DM000343429
33100000-1	21	Set cranioplastie	Set cranioplastie	Mendec® Cranio REF: 1220/D	Italia	TECRES S.p.A.	Ciment și dizolvant p/u cranioplastie	Ciment și dizolvant p/u cranioplastie	DM000343536
33100000-1	57	Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare și livrare.	Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare și livrare.	Mendec® Spine MV System	Italia	TECRES S.p.A.	Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare și livrare. Componenta setului: PMMA radiopac, Viscozitate medie, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g. Evaluarea va fi per gram. Sistem de mixare și livrare închis combinat într-un dispozitiv.	Set ciment radiopac de viscozitate medie PMMA cu sistem de mixare și livrare. Componenta setului: PMMA radiopac, Viscozitate medie, special pentru proceduri spinale 1 Doză = 1 bucată, 1 Doză= minim 20 g. Evaluarea va fi per gram. Sistem de mixare și livrare închis combinat într-un dispozitiv.	DM000343454
33100000-1	58	Ac pentru vertebroplastie	Ac pentru vertebroplastie	Bone Injection Needles: ASB0000 ASB0010	Italia	TECRES S.p.A.	Set steril. Componenta minima setului: Diametru 9G, 11G, Lungimea de la 120 pana la 150mm. Ac cu varf inclinat, cu gradare. Stilet solid. Lacata tip Luer.	Set steril. Componenta minima setului: Diametru 9G, 11G, Lungimea de la 120 pana la 150mm. Ac cu varf inclinat, cu gradare. Stilet solid. Lacata tip Luer.	DM000343433 DM000343434

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova