

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1695113074727**Denumirea procedurii de achiziție: **Produse parafarmaceutice**Autoritatea contractanta: **IMSP Policlinica Stomatologică Republicană**

Co d CP V	Nr .L ot	Denumirea bunurilor/serviciil or	Modelul articolul ui	Țara de origin e	Producăto rul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
33100000-1	5	Lotul nr. 5 Tub pentru intubare endotraheală cu manșetă nr. 6,5	nr. 6,5	China	Zhanjiang Star	Nr. 6,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Ro-constantă, termoplastic la 37C°, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: până la 40 mmHg, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid, corector care să nu se detașeze cu ușurință, balonașul să fie mobil, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapa, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică cu o lungime cât mai mică. Ambalat individual. De unică folosință. Steril.	Nr. 6,5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Ro-constantă, termoplastic la 37C°, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: până la 40 mmHg, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid, corector care să nu se detașeze cu ușurință, balonașul să fie mobil, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapa, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică cu o lungime cât mai mică. Ambalat individual. De unică folosință. Steril.	ISO, CE, Declarație de conformitate
	6	Lotul nr. 6 Tub pentru intubare endotraheală cu manșetă nr. 7,0	nr.7	China	Zhanjiang Star	Nr. 7, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Ro-constantă, termoplastic la 37C°, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: până la 40 mmHg, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid, corector care să nu se detașeze cu ușurință, balonașul să fie mobil, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapa, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică cu o lungime cât mai mică. Ambalat individual. De unică folosință. Steril.	Nr. 7, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Ro-constantă, termoplastic la 37C°, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: până la 40 mmHg, marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid, corector care să nu se detașeze cu ușurință, balonașul să fie mobil, să prezinte balonaș adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonașului cu supapa, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică cu o lungime cât mai mică. Ambalat individual. De unică folosință. Steril.	ISO, CE, Declarație de conformitate

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova