

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1597396456494** din 24.08.2020

Denumirea procedurii de achiziție: **Ambulanța de tip A2**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
3410000 0-8	Ambulanța de tip A2	Ambulanta Lada Largus	Rusia	ИИВЕСТ-АВТО	Ambulanța de tip A2 Autovehicul nou Anul fabricării min.2018 Capacitate cilindrică: 1500-2000 cmc. Motorizare: Diesel, Benzină Euro 5, 6. Putere: 75-150 CP. Transmisie manuală: 5 + 1. Sistem de franare: Hidraulic, dublu circuit fata/ spate. Dotări auto: servodirectie - asistată hidraulic; airbag (sofer + pasager); închidere centralizată; Autosanitară trebuie să aibă în specificația tubulatură pentru aer condiționat în „celula sanitară”. Numarul de locuri: 3 + 1 (pacient). în cabina, două sau trei locuri, sofer + unul sau doi pasager; în celula sanitară un loc pentru asistent și un loc pentru pacient pe targa. Numar de usi pentru „celula sanitară”: două usi spate și una ușă laterală dreapta spate pentru acces asistent. „Celula sanitară” trebuie să fie în totalitate executată din materiale 100 % lavabile	Ambulanța Lada Largus Autovehicul nou Anul fabricării 2020 Capacitate cilindrică: 1596 cmc. Motorizare: Benzină Euro 5 Putere: 87 CP. Transmisie manuală: 5 + 1. Sistem de franare: Hidraulic, dublu circuit fata/ spate. Dotări auto: servodirectie - asistată hidraulic; airbag (sofer + pasager); închidere centralizată; Autosanitară are în specificația tubulatură aer condiționat în „celula sanitară”. Numarul de locuri: 3 + 1 (pacient). în cabina, două locuri, sofer + unul pasager; în celula sanitară un loc pentru asistent și un loc pentru pacient pe targa. Numar de usi pentru „celula sanitară”: două usi spate și una ușă laterală dreapta spate pentru acces asistent. „Celula sanitară” este în totalitate executată din materiale 100 % lavabile (panouri termoformate din ABS sanitar de culoare	

					(panouri termoformate din ABS sanitar de culoare alba). Celula sanitara trebuie să fie separata de cabina sofer/ pasager printr-un panou despartitor, prevazut cu un „geam culisant” care asigura legatura intre cele doua compartimente. Instalatia electrica din “ celula sanitara ” va cuprinde un tablou general, iluminat interior cu 2 lampi (120 lx), două prize de 12 V pentru aparatura medicala; echipamentelor medicale si a materialelor cuprinse în autosanitară: Targa principala transport pacient, trebuie să fie dotata cu sistem de rulare pe podea, mecanism de blocare a targi in timpul mersului, saltea pe targa si centuri de siguranta pentru imobilizarea pacientului in timpul transportului; Scaun pliabil cu rotile, cu sistem de imobilizare pacient, fixat pe panoul lateral dreapta in partea din spate, 1 bucata; ■ vesta de culoare portocalie cu benzi reflectorizante 2 bucati; ■ ciocan pentru spart geamul 1 bucata ; stingator pentru incendiu 1 bucata ; triunghi de avertizare 2 bucati; trusa sanitara 1 bucata ; Ventilatia in “celula sanitara” ttrebuie asigurata prin montajul unui ventilator “ KALORI” in pavilion, cu posibilitate de introducere/exhaustare aer - debit 390 m3/ora; Garanție: Minim 100 000 km parcus	alba). Celula sanitara este separata de cabina sofer/ pasager printr-un panou despartitor, prevazut cu un „geam culisant” care asigura legatura intre cele doua compartimente. Instalatia electrica din “ celula sanitara ” cuprinde un tablou general, iluminat interior cu 2 lampi (120 lx), două prize de 12 V pentru aparatura medicala; echipamentelor medicale si a materialelor cuprinse în autosanitară: Targa principala transport pacient, este dotata cu sistem de rulare pe podea, mecanism de blocare a targi in timpul mersului, saltea pe targa si centuri de siguranta pentru imobilizarea pacientului in timpul transportului; Scaun pliabil cu rotile, cu sistem de imobilizare pacient, fixat pe panoul lateral dreapta in partea din spate, 1 bucata; ■ vesta de culoare portocalie cu benzi reflectorizante 2 bucati; ■ ciocan pentru spart geamul 1 bucata ; stingator pentru incendiu 1 bucata ; triunghi de avertizare 2 bucati; trusa sanitara 1 bucata ; Ventilatia in “celula sanitara”este asigurata prin montajul unui ventilator “ KALORI” in pavilion, cu posibilitate de introducere/exhaustare aer - debit 390 m3/ora; Garanție: 100 000 km parcus	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Igor Pojar** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **TechPlanet SRL** Adresa: juridică: **R. Moldova, mun. Orhei, sat. Piatra, MD-3542, oficiu: mun. Orhei, str. Mihai Eminescu 50**

