

Specificații tehnice

est tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1769440465397 din 11 februarie 2026
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (repetat 2)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4,00	5	6	7	8
33100 000-1	6	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G	CHANDELIER,25 GA,W/RFID	SUA	Alcon	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril Catalog Alcon retina pag.28	8065751577; DM000324160
33100 000-1	7	Cristalin artificial multifocal	Cristalin artificial multifocal	Lentila i/o TFNT00	SUA	Alcon	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV și lumina albastră. Optic biconvex, asferic cu zona difractivă de 4.5 mm.. Partea optică cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție 1.55. Constanta A: metoda biometrică - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrică +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrică +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrică +31.0...+34.0D. Cu o putere de adăugare pentru vedere intermediară de +2.17D și vedere la aproape de +3.25D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Catalog IOL product pag.5	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV și lumina albastră. Optic biconvex, asferic cu zona difractivă de 4.5 mm.. Partea optică cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulația hapticelor 0 grade. Indice de refracție 1.55. Constanta A: metoda biometrică - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrică +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrică +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrică +31.0...+34.0D. Cu o putere de adăugare pentru vedere intermediară de +2.17D și vedere la aproape de +3.25D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Catalog IOL product pag.5	DM000390687

33100 000-1	12	Cristalin multifocal toric (S forma).	Cristalin multifocal toric (S forma).	Lentila TFNT 20-60	SUA	Alcon	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.0. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofof, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.0. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. Catalog IOL product pag.5	DM00039068x
----------------	----	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	-----	-------	---	---	-------------