

### Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numărul procedurii de achiziție:</b>   | ocds-b3wdp1-MD-1552376601752 din 17.04.2019                                                                       |
| <b>Denumirea procedurii de achiziție:</b> | Achiziționarea centralizată a implanturilor traumatologico-ortopedice conform necesităților IMSP pentru anul 2019 |

| Cod CPV                                           | Denumirea bunurilor                                                           | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standarde de referință   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Lot nr 11 Placă Blocată Femurală Diafizară</b> |                                                                               |                     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| 3310 0000-1                                       | Placă blocată femurală diafizară, lungimi între 220-260 mm, cu 12-14 orificii | 849                 | India           | GPC Medical Ltd. | <p>1. Material: Inox</p> <p>3. Să permită folosirea șuruburilor blocate diametru 5 mm</p> <p>4. Orificiile diafizare să permită si folosirea șuruburilor corticale convenționale diametru 3,5 mm</p> <p>5. Orificiile diafizare să permită auto-compresia fragmentelor de os</p> <p>6. Placa să fie ascuțită la capătul de inserție pentru a putea fi introdusă miniinvaziv</p> <p>7. Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping)</p> <p>8. Plăcile să fie livrate cu ghid de protecție și ochire pentru burghiu și cu burghie</p> <p>9. Placa să aibă marcajul producătorului</p> <p>10. Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.</p> <p>11. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit</p> <p>12. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit</p> <p>13. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.</p> | <p>cu lungimi cuprinse între 224 mm - 260 mm, cu 12– 14orificii,</p> <p>- Material: Inox</p> <p>- Permite folosirea șuruburilor blocate de diametrul 5,0 mm;</p> <p>- Orificiile diafizare permit folosirea șuruburilor corticale convenționale cu diametru de 4,5 mm;</p> <p>- Orificiile diafizare permit auto-compresia fragmentelor pe os;</p> <p>- Este cu contact limitat;</p> <p>- Șuruburile de blocaj sunt cu vârful tăietor (self tapping)</p> <p>- Placa are marcajul producătorului;</p> <p>- Ofertantul accepta schimbul de implantate după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - atasat</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite - atasat</p> <p>- Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.- atasat</p> | ISO 13485, Certificat CE |

|                    |                                                                                          |                      |       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 3310<br>0000-<br>1 | Șuruburi<br>blocate<br>diametru 5.0<br>mm, cu<br>lungimi<br>cuprinse între<br>38 - 44 mm | 700                  | India | GPC<br>Medical<br>Ltd. | 1. Material: Inox<br>2.Șuruburile de blocaj să fie cu vârful tăietor (self tapping)<br>3.Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.<br>4.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit<br>5.Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit<br>6.Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. | 1. Material: Inox<br>2.Șuruburile de blocaj sunt cu vârful tăietor (self tapping)<br>3.Pentru evaluarea obiectivă a ofertelor, participanții la licitație vor prezenta mostre de fixatoare, utilaj de aplicare și cataloagele producătorilor.<br>4.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit<br>5.Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit<br>6.Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. | ISO<br>13485,<br>Certificat<br>CE |
| 3310<br>0000-<br>1 | Burghiu<br>diametru 4,0<br>mm, lungime<br>200-220 mm                                     | C-<br>ILBS736.4<br>3 | India | GPC<br>Medical<br>Ltd. | 1.Material: Inox<br>2.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit<br>3.Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit<br>4.Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.                                                                                                                                                                                                                                | Burghiu diametru 4,3 mm, lungime 200-220 mm<br>1.Material: Inox<br>2.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit<br>3.Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit<br>4.Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat.                                                                                                                                                                               | ISO<br>13485,                     |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Axentii Olga

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL SALMED GRUP Adresa: mun. Chisinau, str. Gh. Casu, 12 ap. 3