

Anexa nr. 23
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1718288166363
din “13” iunie 2024

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1718288166363 din 13.06.2024
	Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 7)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 7									
33100000-1	Insuflator electronic CO2	buc	1	256,190.00	307,428.00	256,190.00	307,428.00	DDP - Franco destinație vămuیت, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS		
	TOTAL					256,190.00	307,428.00			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**Denolga Medical**" SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**

la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1718288166363
din “13” iunie 2024

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1718288166363 din 13.06.2024
Obiectul achiziției:	Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 7)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 7						
<i>Insuflator electronic CO2</i>	UI500S1/ UI004/ 031122-25/ 20400027/	Germania	Karl Storz	Specificație tehnică: Insuflator electronic CO2, compatibil cu sistemul endoscopic KARL STORZ. 1. Endoflator, cu modul SCB sau echivalent integrat; 2. Alimentare 240 VAC, 50Hz, constând din: endoflator, Cablu de conectare SCB sau analogic, lungime 100 cm , Set chei universal cu filtru de gaz, steril, de unică folosință; 3. Insuflatorul de înaltă performanță cu încălzirepegaz; 4. Debit minim 45 l/min; 5. Element de încălzireintegrat; 6. Modul Pediatrie: incremente mici de reglare in intervalul inferior de ieșire, precum și limite de siguranță pentru presiune și debit. Comunicare cu platforma de videocameră pentru control din zona sterilă; 7. Sistem de siguranță secuvent pentru ameliorarea oricărei suprapresiuni intracavitate care se poate dezvolta; 8. Presiune intracavitară (mmHg) regim de funcționare debit mare: 1...30; regim de operare pediatrie: 1...15;	Specificație tehnică: UI500S1 Insuflator electronic CO2, compatibil cu sistemul endoscopic KARL STORZ. 1. Endoflator, cu modul SCB integrat; (<i>CATALOG KS, pag. 1, 7, 14</i>) 2. Alimentare 240 VAC, 50Hz, constând din: endoflator, Cablu de conectare SCB, lungime 100 cm , Set chei universal cu filtru de gaz, steril, de unică folosință; (<i>CATALOG KS, pag. 1, 76, 33</i>) 3. Insuflatorul de înaltă performanță cu încălzire pe gaz; (<i>CATALOG KS, pag. 1, 14</i>) 4. Debit 50 l/min; (<i>CATALOG KS, pag. 2</i>) 5. Element de încălzire integrat; (<i>CATALOG KS, pag. 2, 7, 76</i>) 6. Modul Pediatrie: incremente mici de reglare in intervalul inferior de ieșire, precum și limite de siguranță pentru presiune și debit. Comunicare cu platforma de videocameră pentru control din zona sterilă; (<i>CATALOG KS, pag. 1, 1.1, 14, 42, 46, 67, 76</i>) 7. Sistem de siguranță secuvent pentru ameliorarea oricărei suprapresiuni intracavitate care se poate dezvolta; (<i>CATALOG KS, pag. 1.1</i>) 8. Presiune intracavitară (mmHg) regim de funcționare debit mare: 1...30; regim de operare pediatrie: 1...15; (<i>CATALOG KS, pag. 42</i>)	EC, ISO
				9. Debit l/min regim de operare debit mare: 1...50; mod de operare pediatrie: 0,1...15; 10. Încălzire prin furtun: da;	9. Debit l/min regim de operare debit mare: 1...50; mod de operare pediatrie: 0,1...15; (<i>CATALOG KS, pag. 14, 76</i>) 10. Încălzire prin furtun: da; (<i>CATALOG KS, pag. 31</i>)	

				11. Dezinfecția: da; 12. Puterea medie admisă în timpul debitului 40 l/min (presiune de intrare 60 bar) la 240 VAC, 13. Intrare gaz (presiune max.) 100; 14. Cerințe de sistem pentru sistemul NEO de control SCB cu control SCB integrat Versiunea software NEO sau echivalent cu sau mai mare; 15. Comunicareunitate SCB sau echivalent; 16. Conexiune SCB 2 sau echivalentu; 17. Conexiune de insuflare 1; 18. Conexiune pentru încălzirea tubului pacientului 1; 19. Senzor de temperatura camerei da (1); 20. Conexiune de gaz pe spatele aparatului American;	11. Dezinfecția: da; (<i>CATALOG KS, pag. 56-59</i>) 12. Puterea medie admisă în timpul debitului 40 l/min (presiune de intrare 60 bar) la 240 VAC, (<i>CATALOG KS, pag. 76</i>) 13. Intrare gaz (presiune max.) 100; (<i>CATALOG KS, pag. 76</i>) 14. Cerințe de sistem pentru sistemul NEO de control SCB cu control SCB integrat Versiunea software NEO sau echivalent cu sau mai mare; (<i>CATALOG KS, pag. 35</i>) 15. Comunicareunitate SCB; (<i>CATALOG KS, pag. 35</i>) 16. Conexiune SCB 2; (<i>CATALOG KS, pag. 6, 7</i>) 17. Conexiune de insuflare 1; (<i>CATALOG KS, pag. 6, 7</i>) 18. Conexiune pentru încălzirea tubului pacientului 1; (<i>CATALOG KS, pag. 6, 7</i>) 19. Senzor de temperatura camerei da (1); (<i>CATALOG KS, pag. 6, 7</i>) 20. Conexiune de gaz pe spatele aparatului American; (<i>CATALOG KS, pag. 6,</i>
				21. Control prinecran tactil: da; 22. Gradul de siguranțăCF; 23. Clasa de protecție IP IP21; 24. Clasa de protecție electrica - clasa de protecție 1; - Tubul de insuflare: 25. Tub de insuflare, sterilizabil, diametru interior 9 mm, lungime 250 cm; - Filtru de insuflare: 26. Filtru de gaz, cu conectori ISO, hidrofof pe ambele părți, de unică folosință, steril, pachet de 25, pentru utilizare cu unități de insuflare cu debit maxim de gaz de 50 l/min; - Tub CO2 de înaltă presiune: 27. Tub de înaltăpresiune CO2, racord american/german, lungime 102 cm; 28. Sticlă de CO2, goală, cu conexiune germană, 101;	21. Control prinecran tactil: da; (<i>CATALOG KS, pag. 7, 8, 14</i>) 22. Gradul de siguranță CF; (<i>CATALOG KS, pag. 8, 77</i>) 23. Clasa de protecție IP IP21; (<i>CATALOG KS, pag. 77</i>) 24. Clasa de protecție electrica - clasa de protecție 1; (<i>CATALOG KS, pag. 77</i>) UI004 Tubul de insuflare; 25. Tub de insuflare, sterilizabil, diametru interior 9 mm, lungime 250 cm; (<i>CATALOG KS, pag. 80, 101</i>) 031122-25 Filtru de insuflare: 26. Filtru de gaz, cu conectori ISO, hidrofof pe ambele părți, de unică folosință, steril, pachet de 25, pentru utilizare cu unități de insuflare cu debit maxim de gaz de 50 l/min; (<i>CATALOG KS, pag. 101</i>) 20400027 Tub CO2 de înaltă presiune: 27. Tub de înaltăpresiune CO2, racord american/german, lungime 102 cm; (<i>CATALOG KS, pag. 79, 102</i>) 28. Sticlă de CO2, goală, cu conexiune germană, (<i>CATALOG KS, pag. 103</i>)

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**Denolga Medical**" SRL Adresa: **Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A**

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	55	DATA EMITERII	15 iulie 2024	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	5124.00	LEI	Cinci mii una suta douazeci si patru lei 00 bani			
PLĂTITOR	SC DENOLGA MEDICAL SRL		CODUL IBAN	MD69FT222400100003971498		
			CODUL FISCAL	1005600059558		
PRESTATORUL PLĂTITOR	'FINCOMBANK'S.A. SUC.NR.1 CHISINAU					
BENEFICIAR	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE		CODUL IBAN	MD23TRPCCC518430B01859AA		
	IN SANATATE		CODUL FISCAL	1016601000212		
PRESTATORUL BENEFICIAR	MINISTERUL FINANTELOR - TREZORERIA DE STAT					
DESTINAȚIA PLĂȚII	Garantia pentru oferta in cuantum de 2 prc. la procedura de achizitie publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1718288166363 (21237741)			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT		
				N		
				L.Ș.		
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII				
101	15 iulie 2024 00:00:00	15.07.2024 10:43:11				
		Copia documentului electronic				
		'FinComBank'S.A. IDNO 1002600005347				
		15.07.2024 10:43:11				
		internet-banking				
MOTIVUL REFUZULUI		L.Ș.				