

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. 21057351 , conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție: Set cateterizarea venelor centrale – 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.Set p/u cateterizarea venelor centrale (bilumen)	UDCS-0720-SF	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Lungime 20-25cm	Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min; Lungime 20-25cm	
Total						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Andrei Capanji

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kayren Medical S.R.L.

Adresa: Moldova, UTA Gagauzia, Ceadır-Lunga, str. Dimitrov 3, ap.21

