

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de ocds-b3wdp1-MD-1645608254636 din 11.03.2022						
Obiectul de achiziției: Servicii de deservirea a utilajului medical						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul 1						
Centrifugă laborator Kokusan H-26F	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	ISO
Analizator Easylite	-	-	-			
Analizator hematologic Benesphera H32	-	-	-			
Stație de decongelare a plasmei Helmer DH4	-	-	-			
Lotul 2						
Aspirator medical Atom D-58	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	ISO
Aspirator chirurgical Impact Ultra-Lite 326/326m	-	-	-			
Aspirator chirurgical Ardo Primus Cell	-	-	-			
Aspirator chirurgical Equell avd 21	-	-	-			
Aspirator chirurgical Gomco 6053	-	-	-			
Aspirator chirurgical Fazzini F-40	-	-	-			
Aspirator chirurgical Huike YB-DX-98-3	-	-	-			
Pompă de aspirație Eurovac H-90	-	-	-			
Aspirator chirurgical Impact 306	-	-	-			
Aspirator chirurgical Gima Super Vega Battery Plus	-	-	-			
Lotul 3						
Sterilizator MIZ-MA Gp 40	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	ISO
Sterilizator Sanyo MOV-112S	-	-	-			
Sterilizator GP 80 Mo	-	-	-			
Sterilizator Nuve FN500p	-	-	-			
Sterilizator Memmert SF 750 Plus	-	-	-			
Autoclav Systec DX 100	-	-	-			
Sterilizator GP 160 P3	-	-	-			
Autoclav GK 100-3	-	-	-			
Lotul 4						
Mașină de anestezie Nambuk Safer 100	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor.Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele.Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	ISO
Ventilator Hamilton C2	-	-	-			
Mașină anestezie Drager Fabius Plus	-	-	-			
Mașină anestezie Drager Primus	-	-	-			
Ventilator Hamilton C1	-	-	-			
Ventilator Medec Saturn Evo	-	-	-			
Compresor Hamilton VentilAir II	-	-	-			
CPAP Hamilton Arabella	-	-	-			
Lotul 5						
Defibrilator Physio-Control LifePack 9P	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare	
Defibrilator Metrax Primedic XD30	-	-	-			

Defibrilator Philips heartstart xl	-	-	-	pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale	pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu	ISO
Resuscitor neonatal GE Giraffe Super Star	-	-	-	cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și	dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și	
Defibrilator Schiller Defigard 3002	-	-	-	înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	
Lotul 6	-	-	-			
Cardiograf Biocare IE 6	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	ISO
Electrocardiograf GE Mac 600	-	-	-			
Electrocardiograf Lumed euroecg 12	-	-	-			
Electrocardiograf Mac 800	-	-	-			
Electrocardiograf Edan SE 2101	-	-	-			
Electrocardiograf Kenz Cardico 1211	-	-	-			
Lotul 7	-	-	-			
Încălzitor copii Atom Infa Warmer V-505	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	ISO
Incubator Ardo Amelie	-	-	-			
Încălzitor nou-născuți Ohmeda Infant Warmer System	-	-	-			
Incubator Atom V-85	-	-	-			
Aparat de testare a auzului OttoRead	-	-	-			
Lotul 8	-	-	-			
Lampă de operații DaikyoSuper 70	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	ISO
Lampă satelit Merivaara x5	-	-	-			
Lampă de operații Mach 300DF	-	-	-			
Lampă de fototerapie Ardo Amelux	-	-	-			
Lampă de fototerapie GE Lullaby	-	-	-			
Masă radiantă Drager Infant Resuscitaire Warmer	-	-	-			
Lotul 10	-	-	-			ISO
Monitor fetal Edan F6	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	ISO
Monitor fetal Huntleigh Sonicaid FM800 Encore	-	-	-			
Monitor pacient Emtel FX3000	-	-	-			
Monitor pacient DASH 5000	-	-	-			
Monitor pacient GE B650	-	-	-			
Monitor pacient IVAC 506DXNT	-	-	-			
Lotul 11	-	-	-			
Pompă de infuzie Viltechmeda DF-12M	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	ISO
Pompă de infuzie Jsb-1200	-	-	-			
Pompa cu seringă Amp sp8800	-	-	-			
Pompa infuzie Medima S	-	-	-			
Pompa seringă Aitecs Sp-14s	-	-	-			
Pompa seringă Jym JZB-1800	-	-	-			
Pompa infuzie Braun	-	-	-			
Lotul 12	-	-	-			
Ultrasonic Doppler Edan Sonotrax	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale	

Ultrasonograf GE Vivid 7	-	-	-	odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	ISO
Diatermocoagulator Excell 350 MCDS	-	-	-			
Lotul 13	-	-	-			
Sistem X-ray Schimadzu Mobile Art Eco	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	ISO
Unitate radiodiagnostică analogică Siemens Sireskop CX	-	-	-			
TOTAL	-	-	-			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____