

Specificații tehnice

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea						
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1784888515685/21659415					Data: „13” august 2026	Alternativa nr.: nu sunt
Denumirea licitației:			Achiziționarea instrumentarului laparoscopic oftalmologic și urologic conform IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” pentru anul 2026						Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1				3	4	5	6	7	8
33100000-1	18	Cirliș pentru coagulare monopolară (L-HOOK)	Cirliș pentru coagulare monopolară (L-HOOK)	222-51110	China	Mindray	Cirliș pentru coagulare monopolară (L-HOOK) lungimea 330 ± 10 mm, diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423	Cirliș pentru coagulare monopolară (L-HOOK) lungimea 330 mm, diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423 - Catalog Reusable Laparoscopic Instruments/ Monopolar Electrodes/ 222-51110 Pag 7	DM000834381
33100000-1	86	Tub pentru CO2	Tub pentru CO2	040-003541-01	China	Mindray	Tub pentru CO2, sterilizabil la 134 grade, cu încălzitor, compatibil cu insuflator Mindray HS-50F	Tub pentru CO2, sterilizabil la 134 grade, cu încălzitor, compatibil cu insuflator Mindray HS-50F - Operator's Manual Insufflator HS-50F, HS-50V, HS-50H, HS-50S, HS-30S/ 5.3.2.2 Washing Steps/ Figure 5-2 Disassembly of the heating insufflator tube Pag 5-8 & 5.3.2.7 Requirements for Sterilization Pag 5-11	DM000616144

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan În calitate de: Director

Ofertantul: I. M. "Dutchmed-M" S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, of. S108