

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1657890133089 din 19.08.2022							
Denumirea licitației:		Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 10)							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2			3	4	5	6		8
3310000-1	8	Camera oxigenoterapie	Camera oxigenoterapie	Camera hiperbarică Oxylife I/90 + Concentrator O2 AirSep NewLife Intensity 10 + Sistem de răcire SMC HRSE012-A-23-T	România + SUA + Japonia	S.C. OXYHELP INDUSTRY S.R.L. + CAIRE Inc. + SMC Corporation	Capacitate Persoană cu masă corporală min. 135 kg. Parametrii interni Diametru 900mm, lungime aproximativ 2350mm Presiunea de lucru 1.5 – 3 bar. Supapele ce reglează presiunea 2 supape 1.5 bar și 2 supape 3 bar Supapa de acțiune în situații extreme prezentă Concentratorul de O2 Productivitatea ≥ 5 l/min 93% Sistema de control combinată cu condiționar Viteza fluxului de aer Se reglementează 45-85 l/min Filtru de aer dublu Suprafața instalației 1/2,5 m	Capacitate Persoană cu masă corporală: ≤ 135kg - pag.5 Oxyhelp I Specs EU.pdf Parametrii interni; Diametru 900mm, lungime 2300mm, pag.5 Oxyhelp I Specs EU.pdf; Presiunea de lucru: 1-1.5 bar (Presiune relativă: 0-100kPa => Presiune absolută 100-200kPa (1-2 bar), presiune de operare: 1.5 bar, testată până la 2 bar, pag.5 Oxyhelp I Specs EU.pdf; Supapele ce reglează presiunea: Controlul presiunii este efectuat automat cu ajutorul valvelor proporționale ce au grosime variabilă, asistat de valve on/off și valve de urgență. Variația presiunii maximă 0.5%; Supapa de acțiune în situații extreme prezentă - Da, poate fi acționată atât din interior cât și din exterior, pag.13 Oxyhelp Brochure.pdf; Concentratorul de O2: AirSep NewLife Intensity 10; Productivitatea: 2-9 LPM at 89% to 95%; 10 LPM at 87% to 93% ;, pag.10 Oxyhelp I Specs EU.pdf; Sistema de control combinată cu condiționar - Da, model: SMC HRSE012-A-23-T; Viteza fluxului de aer Se reglementează: 280l/min , pag.13 Oxyhelp Brochure.pdf; Filtru de aer dublu - Da, pag.12 Oxyhelp Brochure.pdf; Suprafața instalației: Camera hiperbarică 0.95m x 2.2 m , pag.5 Oxyhelp I Specs EU.pdf;	ISO, DOC, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru ȘARCO În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: PHARMONY SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4, MD-2071