

## Specificații tehnice

**Numărul procedurii de achiziție:** ocds-b3wdp1-MD-1655275061244 din: 20 iun 2022, 10:00 - 23 iun 2022, 10:00

**Obiectul achiziției:** Dispozitive medicale

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință																																											
	1	2	3	4	5	6	7																																											
	<b>Bunuri/servicii</b>																																																	
33100000-1	Centrifugă de laborator	BKC-TL5VII + rotor nr. 2 (24*10ml)	China	Biobase	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Centrifugă de laborator (24 tuburi)</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">Descriere</th> <td colspan="2">Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.</td> </tr> <tr> <th>Parametrul</th> <th colspan="2">Specificația</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Viteza de rotație</td> <td>Minimală, rpm</td> <td>reglabilă</td> </tr> <tr> <td>Maximală, rpm</td> <td>≥ 3500</td> </tr> <tr> <td>Setări</td> <td>setarea vitezei</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Capacitatea</td> <td>Tipul tuburilor</td> <td>tuburi de 2 - 15 ml</td> </tr> <tr> <td>Numărul de tuburi</td> <td>24 unitati</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Timer</td> <td>Gama de timp</td> <td>0 - ≥60 min</td> </tr> <tr> <td>Incrementarea</td> <td>≤1 min</td> </tr> <tr> <td>Securitatea</td> <td>Blocarea capacului în timpul lucrului</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Indicatori</td> <td>Indicadori vizual și acustic</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Debalansare</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Pornire/oprire</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Depășirea vitezei</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Capac deschis</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>Digital</td> <td>da</td> </tr> </tbody> </table>	Centrifugă de laborator (24 tuburi)			Descriere	Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.		Parametrul	Specificația		Viteza de rotație	Minimală, rpm	reglabilă	Maximală, rpm	≥ 3500	Setări	setarea vitezei	Capacitatea	Tipul tuburilor	tuburi de 2 - 15 ml	Numărul de tuburi	24 unitati	Timer	Gama de timp	0 - ≥60 min	Incrementarea	≤1 min	Securitatea	Blocarea capacului în timpul lucrului	da	Indicatori	Indicadori vizual și acustic	da	Debalansare	da	Pornire/oprire	da	Depășirea vitezei	da	Capac deschis	da	Display	Digital	da	Conform broșurii anexate	CE/ISO
Centrifugă de laborator (24 tuburi)																																																		
Descriere	Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.																																																	
Parametrul	Specificația																																																	
Viteza de rotație	Minimală, rpm	reglabilă																																																
	Maximală, rpm	≥ 3500																																																
	Setări	setarea vitezei																																																
Capacitatea	Tipul tuburilor	tuburi de 2 - 15 ml																																																
	Numărul de tuburi	24 unitati																																																
Timer	Gama de timp	0 - ≥60 min																																																
	Incrementarea	≤1 min																																																
Securitatea	Blocarea capacului în timpul lucrului	da																																																
Indicatori	Indicadori vizual și acustic	da																																																
	Debalansare	da																																																
	Pornire/oprire	da																																																
	Depășirea vitezei	da																																																
	Capac deschis	da																																																
Display	Digital	da																																																

					Nivelul de zgomot	≤ 60 dB	da		
					Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare		da		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**