

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21083832 din 19.07.2023**
**Obiectul de achiziție: Consumabile medicale listă suplimentară pentru anul 2023 (listă delegată de către CAPCS) REPETAT**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 2</b>						
Lot 2 Cateter toracic cu trocar 20FR	02.000.30.020	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	construit din Pvc termosensibil cu trocar metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, nonoperativ, diametru 20 Fr.	Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stiletul din metal ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de legătură/conector în trepte al unui sistem de drenaj toracic. Diametru exterior 20 Fg Lungime 40 cm Numărul (ochii) 3	CE
<b>Total lot 2</b>						
<b>Lotul 4</b>						
Lot 4 Cateter toracic cu trocar 24FR	02.000.30.024	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	construit din Pvc termosensibil cu trocar metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, nonoperativ, diametru 24Fr.	Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stiletul din metal ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de legătură/conector în trepte al unui sistem de drenaj toracic. Diametru exterior 24 Fg Lungime 40 cm Numărul (ochii) 3	CE
<b>Total lot 4</b>						
<b>Lotul 6</b>						
Lot 6 Cateter toracic cu trocar 28FR	02.000.30.028	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	construit din Pvc termosensibil cu trocar metalic inserat, Virf bont, Aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, nonoperativ, diametru 28Fr.	Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stiletul din metal ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de legătură/conector în trepte al unui sistem de drenaj toracic. Diametru exterior 28 Fg Lungime 40 cm Numărul (ochii) 3	CE
<b>Total lot 6</b>						
<b>Lotul 7</b>						
Lot 7 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pentru hemodializa)	41.02.20114	CHINA	SCW Medicath Ltd	Componenta: 1. Ac de puncționare - 16- 1 8G. Ambou ergonomic, pentru mluirea u9oar6, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J -NITINOL(0,89 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta; -Cu cap flexibil in forma de J, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singura mAmă a ghidului far1 risc de contaminaro sau indoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 1 1-12F echivalent la 10-12G pentru 2lumene cu flux mare 9i 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic ( lungime-20-25 cm pentru cateter de bazd (qi nu include lungimea lumenelor), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Võrful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru o pozitionare precisa:	<b>Caracteristici:</b> Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă excelență la est de inserție Dispune de materiale radiopatie care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului <b>Conținutul Kitului:</b> Cateter(11.5FrX20cm), dilator(12Fx16cm), ghidaj, clemă, capac de injectare, seringă (5mL), ac introdus, bisturiu. <b>Dublu Lumen</b> <b>Dimensiunea (F) - 11.5. Linie extensie - drepte</b> <b>Lungime (cm) - 20</b> <b>Registrul de stat al dispozitivelor medicale DM000232497</b>	CE
<b>Total lot 7</b>						

Lotul 13						
<p>Lot 13 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 3.5</p>	<p>44.000.10.035</p>	<p>Germania</p>	<p>P.J. Dahlhausen &amp; Co. GmbH</p>	<p>Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 3.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 25 mmHg. Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată și nu formeze cute. Steril</p>	<p>Tub endotraheal, tip Magill cu ochi Murphy, cu manșetă, nu este potrivit pentru RMN. Stil: Cu absorbție; cu ochiul Murphy; cu semn de adâncime contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Steril: Da Diametru interior 3,5 mm <b>Registrul de stat al dispozitivelor medicale DM000558397</b></p>	<p>CE</p>
<b>Total lot 13</b>						
Lotul 14						
<p>Lot 14 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.5</p>	<p>44.000.10.045</p>	<p>Germania</p>	<p>P.J. Dahlhausen &amp; Co. GmbH</p>	<p>Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 4.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 25 mmHg. Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată și nu formeze cute. Steril</p>	<p>Tub endotraheal, tip Magill cu ochi Murphy, cu manșetă, nu este potrivit pentru RMN. Stil: Cu absorbție; cu ochiul Murphy; cu semn de adâncime contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Steril: Da Diametru interior 4,5 mm <b>Registrul de stat al dispozitivelor medicale DM000558399</b></p>	<p>CE</p>
<b>Total lot 14</b>						
Lotul 15						
<p>Lot 15 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 5.0</p>	<p>44.000.10.050</p>	<p>Germania</p>	<p>P.J. Dahlhausen &amp; Co. GmbH</p>	<p>Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 5.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 25 mmHg. Marcaj la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată și nu formeze cute. Steril</p>	<p>Tub endotraheal, tip Magill cu ochi Murphy, cu manșetă, nu este potrivit pentru RMN. Stil: Cu absorbție; cu ochiul Murphy; cu semn de adâncime contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Steril: Da Diametru interior 5.0 mm <b>Registrul de stat al dispozitivelor medicale DM000558400</b></p>	<p>CE</p>
<b>Total lot 15</b>						

<b>Lotul 16</b>						
Lot 16 Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 5.5	44.000.10.055	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	<p>Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 5.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manietă: Până la 25 mmHg, Marcă la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasa să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonasa adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute.</p> <p>Steril</p>	<p>Tub endotraheal, tip Magill cu ochi Murphy, cu manșetă, nu este potrivit pentru RMN. Stil: Cu absolvire; cu ochiul Murphy; cu semn de adâncime contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X</p> <p>Steril: Da Diametru interior 5.5 mm</p> <p><b>Registrul de stat al dispozitivelor medicale DM000558401</b></p>	CE
<b>Total lot 16</b>						
<b>Lotul 17</b>						
Lot 17 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 6.5	44.000.10.065	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	<p>Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 6.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R1-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manietă: Până la 25 mmHg, Marcă la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasa să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonasa adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute.</p> <p>Steril</p>	<p>Tub endotraheal, tip Magill cu ochi Murphy, cu manșetă, nu este potrivit pentru RMN. Stil: Cu absolvire; cu ochiul Murphy; cu semn de adâncime contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X</p> <p>Steril: Da Diametru interior 6.5 mm</p> <p><b>Registrul de stat al dispozitivelor medicale DM000558403</b></p>	CE
<b>Total lot 17</b>						
<b>Lotul 18</b>						
Lot 18 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.0	44.000.10.070	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	<p>Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R0-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manietă: Până la 25 mmHg, Marcă la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care să nu se detașeze cu ușurință; Balonasa să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonasa adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute.</p> <p>Steril</p>	<p>Tub endotraheal, tip Magill cu ochi Murphy, cu manșetă, nu este potrivit pentru RMN. Stil: Cu absolvire; cu ochiul Murphy; cu semn de adâncime contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X</p> <p>Steril: Da Diametru interior 7.0 mm</p> <p><b>Registrul de stat al dispozitivelor medicale DM000558404</b></p>	CE
<b>Total lot 18</b>						

<b>Lotul 19</b>						
Lot 19 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.5	44.000.10.075	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	<p>Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 25 mmHg, Marcă la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid] conector care să nu se detașeze cu ușurință: Balonasa să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonasa adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute.</p> <p>Steril</p>	<p>Tub endotraheal, tip Magill cu ochi Murphy, cu manșetă, nu este potrivit pentru RMN. Stil: Cu absolvire; cu ochiul Murphy; cu semn de adâncime contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X</p> <p>Steril: Da Diametru interior 7.5 mm</p> <p><b>Registrul de stat al dispozitivelor medicale DM000558405</b></p>	CE
<b>Total lot 19</b>						
<b>Lotul 20</b>						
Lot 20 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0	44.000.10.080	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	<p>Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.0, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 25 mmHg, Marcă la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid, conector care să nu se detașeze cu ușurință: Balonasa să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonasa adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute.</p> <p>Steril</p>	<p>Tub endotraheal, tip Magill cu ochi Murphy, cu manșetă, nu este potrivit pentru RMN. Stil: Cu absolvire; cu ochiul Murphy; cu semn de adâncime contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X</p> <p>Steril: Da Diametru interior 8.0 mm</p> <p><b>Registrul de stat al dispozitivelor medicale DM000558406</b></p>	CE
<b>Total lot 20</b>						
<b>Lotul 21</b>						
Lot 21 Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5	44.000.10.085	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	<p>Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 8.5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, R6-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Până la 25 mmHg, Marcă la maxim 1 cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid, conector care să nu se detașeze cu ușurință: Balonasa să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonasa adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capătul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea, baloneta în poziția desumflată să nu formeze cute.</p> <p>Steril</p>	<p>Tub endotraheal, tip Magill cu ochi Murphy, cu manșetă, nu este potrivit pentru RMN. Stil: Cu absolvire; cu ochiul Murphy; cu semn de adâncime contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X</p> <p>Steril: Da Diametru interior 8.5 mm</p> <p><b>Registrul de stat al dispozitivelor medicale DM000558407</b></p>	CE
<b>Total lot 21</b>						

Lotul 22						
Lot 22 Tub pentru intubație endotraheală fără manjetă 5.5	44.000.11.055	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	<p>Tub pentru intubatie endotrahealr Țri nrani eti 5. 5, material polivinilclorid, transparent, termoplastic, linie radiopaca, Ro-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 25 mmHg, Marcaj la maxim 1 cm pe toata lungimea. tubului, sterilizare cu etilenoxid; conector care sa nu se detaseze cu usurinta:Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distat al sondei, sa aiba o fortna cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu trahee4 baloneta in poziția desumflati s/d nu formeze cute.</p> <p>Steril</p>	<p>Tub endotraheal, tip Magill cu ochi Murphy, fara manșeta, nu este potrivit pentru RMN. Stil: Cu absolvire; cu ochiul Murphy; cu semn de adâncime contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X</p> <p>Steril: Da Diametru interior 5,5 mm</p> <p><b>Registrul de stat al dispozitivelor medicale DM000558418</b></p>	<b>CE</b>
<b>Total lot 22</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**