

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: 21365850/ ocds-b3wdp1-MD-1739780125952 din 20.03.2025

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile pentru efectuarea procedurilor de hemodiafiltrare la dispozitivul B. BRAUN Omni de tip închis, pentru anul 2025. IMSP SCM Gheorghe Paladi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Kit terapii CRRT (Omniset kit)	Omniset kit / Kit terapii CRRT, B.Braun Avitum AG	Germania	B.Braun Avitum AG	Conform caietului de sarcini	Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m ² și 1,6m ² ; Totate conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, să dispună de cleme și conectori de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos să dispună de porturi de injectare atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă; Circuitul trebuie să dispună de 5 filtre cu pori 2μm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul trebuie să dispună de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme.	Certificat CE
Cytosorb filtru/cartus absorbant	KIT CYTOSORB PT SEPSIS / Cartuș absorbant (Cytosorb)	United States	CytoSorbents Corporation	Conform caietului de sarcini	Capacitate de adsorbție a moleculelor circulante cu dimensiuni de până la 55kD; Suprafața de adsorbție de minim 40.000m ² ; Cartuș preumplut cu soluție fiziologică de NaCl.	Certificat CE
Soluție Bicarbonat sterile 2 MMOL/L Pottassium	Soluție concentrată de electroliti pe baza de biocarbonat pentru hemofiltrare	Germania	B.Braun Avitum AG	Conform caietului de sarcini	Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l); Volumul pungii bicamerale: 5000ml; Fiecare cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock).	Certificat CE
Cateter Dializa Wit Mandrin/Hiht Flow Double Lumen Catheter	HIGH FLOW DOUBLE LUMEN CATHETER/ Cateter cu mandren	Germania	JOLINE GmbH and CO.KG	Conform caietului de sarcini	Cateter cu dublu lumen, adaptat p/u flux sporit, calibrul 11Fr, lungime 200mm și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock; Ghid (de plastic sau metalic) cu o lungime de 700mm sau mai mult; Dilatator calibrul 12Fr și lungime de 150mm; Ac de puncție calibrul 8G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set.	Certificat CE
Collection bag Omniset 7L/ Punga de golire cu volum de 7000ml	Pungă de golire cu volum de 7 L., steril (Collecting bag Omnisept)	Germania	B.Braun Avitum AG	Conform caietului de sarcini	cu volum de 7000ml p/u colectarea efluentului.	Certificat CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudorș În calitate de: Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL; Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2