

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
LOT Nr. 23: Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	MODEL PROPUȘ: GÖKLER MEDİKAL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / NITROCARE, MODEL: HB 8140 + Accesorii/Optiuni conform caietului de sarcini, Turcia Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare – DA, Corespunde Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 8 pozitii – DA, Corespunde Tip pacient adult – DA, Corespunde Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice – DA, Corespunde Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg – DA, Corespunde poziționare anti-Trendelenburg – DA, Corespunde Controlul de către asistentă Blocarea control pacient – DA, Corespunde. Optiunea "Nurse Control" inclusa in oferta. Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg – DA, Corespunde Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm – DA, Corespunde Rotile Diametru ≥ 12.5 cm – DA, Conform cerintelor. Optiunea "rotile cu diametru 15 cm" inclusa in oferta. Sistem de blocare la minim 2 rotile – DA, Corespunde Parapete de protecție laterale – DA, Corespunde Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm – DA, Conform cerintelor. Optiunea "X-Ray Cassette Holder at Backrest (HPL)" inclusa in oferta. Cintar electronic pacient – DA, Conform cerintelor. Optiunea "Weight Scale" inclusa in oferta. Reglare manuală a părților importante în caz de

	lipsă de energie electrică opțională – DA, Conform cerintelor Alimentare 220 V, 50 Hz – DA, Corespunde Saltele lavabile ortopedică – DA, Corespunde
--	--