

Dispozitive medicale (aparataj)
care necesită deservire tehnică în anul 2019

Nr.	Dispozitive medicale	Anul fabricării	Țara producătoare	Număr unități	Prețul unitate	Periodicitate
Lotul I. Secția diagnosticare						
1.	Complexul digital de radiografie și radioscopie „CLASCAN- 800”	2014	Corea	I	7000	O dată în trimestru, la solicitare
2.	Aparat radiologic digital dentar „Planmeca Intra”	2012	Finlanda	1	4000	-”-
3.	Sistem ultrasonor Nemio XGSSA 580A	2009	Japonia	1	3000	-”-
4.	Electrocardiograf Heart Screen Clinic	2007	Ungaria	1	1000	-”-
5.	Spirograf BTL-OB Spiro	2014	UE	1	1000	-”-
6.	Set videoendoscopic OLYMPUS – endoscop CV-170	2015	Japonia	1	4000	-”-
7.	Fibrogastoscop OLYMPUS - 40	2013	Japonia	1	3000	-”-
8.	Sursa de lumină OLYMPUS	2012	Japonia	1	3000	-”-
9.	Aspirator medical MEVACS M20	2014	UE	2	2100	-”-
10.	Sonoscope S8 USG	2016	China	1	1050	-”-
11.	Videocolonoscop	2015	Japonia	1	4000	-”-
12.	Electrocardiograf	2017	China	1	1000	-”-
	Total:				34150	

Specificații adăugătoare privind deservirea tehnică a lotului I

1. Dispozitive radiologice:

- Aparat radiologic stomatologic;
- CALSCAN 800, producator LISTEM, Coreia, cu urmatoarele dispozitive:
 - CR VITA, producator Carestream Health
 - Imprimanta Dry View 5700, producator Carestream Health
 - Statie de lucru CR VITA

Tipul lucrărilor	Deservirea (lunară)
1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice	x
2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice:	
- frâne electromagnetice, dispozitive de acționare	X
- dispozitiv de centrare	x
3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune:	
- cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă	x
- generator și tub roentgen	x
4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare	x
5. Verificarea integrității și existenței plombelor	x

6. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului inclusiv următoarele verificări:	
- verificarea orei programării regimului de lucru	x
- verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite	x
- verificarea parametrilor câmpului de lucru	x
- verificarea dozei de expunere	x
- verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare	
- verificarea puterii consumate	x
- verificarea calității parametrilor electrici în diferite regimuri de lucru	x
- verificarea capacității distinctive	x
7 Verificarea și ajustarea centrării fascicolului radiologic	x
8. Curatarea regulata a rolelor prin programul de mentenanta al dispozitivului CR VITA, Carestream Health	X
9. Calibrarea regulata a dispozitivelor	la necesitate

La endoscoape include:

- Schimbarea unui cauciuc al capului distal odată în an
- Ajustarea angulației 1 data în 6 luni.

3. Aparat diagnostic functional:

- Spirometru BTL SPIRO 08 PRO,
- Electocardiograf cu 6 canale N2
- Calibrarea în caz de necesitate

4. Aparat ultrasonografie NEMIO (TOSHIBA), Japonia

Calibrarea imaginii o data la 6 luni, și în caz de defectare.