

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21051863/ ocds-b3wdp1-MD-1645005271297 din 23.02.2022
Obiectul achiziției: Consumabile pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1. Set steril getabil pentru angiografie	SP-05006-34	Turcia	BAYTEKS TEKNÝK TEKSTÝL SAN. VE TÝC. A.Ş.	Specificatiile pt Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial (simplu): 1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu - minim 500 ml capacitate absorbtie; 1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale si 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toata suprafata, ce nu permite contactul direct cu pielea. Margini laterale transparente, min. 70 cm. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă; 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic; 2 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză; 2 buc.: Halat chirurgical XL 2 perechi, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusuta cu acul.; Bol	Specificatiile pt Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial (simplu): 1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu - minim 500 ml capacitate absorbtie; 1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale si 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toata suprafata, ce nu permite contactul direct cu pielea. Margini laterale transparente, min. 70 cm. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă; 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic; 2 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză; 2 buc.: Halat	CE/ISO

				renal -1 buc.; Pinceta-1 buc.; Tăviță 2500 ml din polipropilen, cu "aripioare" pentru evitarea alunecării materialelor depozitate în bol, color; 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator; 1 buc.: Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc pentru o mai bună ermetizare și manevrare rapidă și ușoară - deschidere închidere, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm ; 1 buc.: Bisturiu; 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3, 0,035"; 10 bucăți Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi; 1 buc.: seringă 20 ml cu luer lock; 1 buc.: seringă 10 ml cu luer lock; 1 buc.: seringă de 5 ml cu luer lock; 1 buc.: container din plastic transparent cu capac. Volumul total min. 120 ml, max. 200 ml, cu gradația minim de 100 ml; gradat în ml, pasul gradației până la 20 ml.	chirurgical XL 2 perechi, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusută cu acul.; Bol renal -1 buc.; Pinceta-1 buc.; Tăviță 2500 ml din polipropilen, cu "aripioare" pentru evitarea alunecării materialelor depozitate în bol, color; 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator; 1 buc.: Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc pentru o mai bună ermetizare și manevrare rapidă și ușoară - deschidere închidere, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm ; 1 buc.: Bisturiu; 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3, 0,035"; 10 bucăți Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi; 1 buc.: seringă 20 ml cu luer lock; 1 buc.: seringă 10 ml cu luer lock; 1 buc.: seringă de 5 ml cu luer lock; 1 buc.: container din plastic transparent cu capac. Volumul total min. 120 ml, max. 200 ml, cu gradația minim de 100 ml; gradat în ml, pasul gradației până la 20 ml.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71 Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.com