

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1681906133175** din „**25**” aprilie 2023

Denumirea procedurii de achiziție: **Consumabile medicale pentru dispozitive medicale de tip deschis (delegate de către CAPCS) pentru anul 2023**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 5 Lame pentru bisturiu nr.20	0720 Lame chirurgicale pentru bisturiu sterile, nr.20	China	HTMI Co., LTD	<p>1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)</p> <p>2.Ascuțite</p> <p>3.Material: oțel-carbon</p> <p>4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4</p> <p>5.Mod de ambalare:ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului</p> <p>6.Ambalate în cutii câte 100 buc</p>	<p>1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)</p> <p>2.Ascuțite</p> <p>3.Material: oțel-carbon</p> <p>4.Dimensiune lamă: 20 compatibil numai cu mâner bisturiu nr.4</p> <p>5.Mod de ambalare:ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul. Compatibilitatea minerului este standartă, din acest motiv producătorii nu indică cu care mâner sunt compatibile, ca dovadă, sunt anexate informații din mai multe surse.</p> <p>6.Ambalate în cutii câte 100 buc</p>	CE, ISO
Lotul 6 Lame pentru bisturiu nr. 11	0711 Lame chirurgicale pentru bisturiu sterile, nr.11	China	HTMI Co., LTD	<p>1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)</p> <p>2.Ascuțite</p> <p>3.Material: oțel-carbon</p> <p>4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3</p> <p>5.Mod de ambalare: ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul si compatibilitatea minerului</p> <p>6.Ambalate în cutii câte 100 buc.</p>	<p>1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma)</p> <p>2.Ascuțite</p> <p>3.Material: oțel-carbon</p> <p>4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil numai cu mâner bisturiu nr.3</p> <p>5.Mod de ambalare:ambalate individual in folie de aluminiu, cu indicarea pe fiecare bucata termenul de valabilitate, numarul. Compatibilitatea minerului este standartă, din acest motiv producătorii nu indică cu care mâner sunt compatibile, ca dovadă, sunt anexate informații din mai multe surse.</p> <p>6.Ambalate în cutii câte 100 buc.</p>	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director vânzări și marketing**
Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**