

```

-----:
ORDIN DE PLATA NR.: 170                                TIP.DOC. 1 :
                                DATA EMITERII:23 iunie 2020 :
=====:
PLATITI: 2016-00          LEI: Doua Mii Sasesprezece lei 00 b :
ani                                                                :
                                                                :
=====:
PLATITOR: (R) ERICON SRL          CODUL IBAN:MD60VI222400008100401MDL
                                CODUL FISCAL :1003600000316 / :
                                :                               :
                                :                               :
=====:
PRESTATORUL PLATITOR          CODUL BANCII:
B.C."VICTORIABANK"S.A. fil.nr.8 Chisinau          :VICBMD2X802:
=====:
BENEFICIAR (R)Universitatea CODUL IBAN:MD19AG0000000022512015544:
de Stat de Medicina si Far CODUL FISCAL :10076000000794 :
macie N                                                                :
                                :                               :
                                :                               :
=====:
PRESTATORUL BENEFICIAR          CODUL BANCII:
BC"MOLDOVA-AGROINDBANK"S.A.          :AGRNMD2X :
=====:
DESTINATIA PLATII:Pentru garantia pentru: TIPUL TRANSFERULUI :
oferta la procedura de achizitie public: NORMAL/URGENT : N:
nr. ocde-b3wdp1-MD-1591342961545 din 2: :
5.06.2020 : :
: :
: L.S. :
=====:
                                CODUL TRANZACTIEI:001: :
DATA PRIMIRII:23/06/2020 : :
DATA EXECUTARII: : :
: SEMNATURILE :
: EMITENTULUI :
:-----:
SEMNATURA PRESTATORULUI : :
: :
MOTIVUL REFUZULUI : L.S. :
: :
-----:

```

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 23 06 20

Către:

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

ERICON SRL declară că:

se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii-
Utilaj medical pentru activitatea științifică

Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

201 533,33 lei –Douasute una mii cinci sute treizeci si trei lei 33 bani

a) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

241 840,00 lei (Doua sute patruzeci si una mii opt sute patruzeci lei 00 bani)

- b) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- c) În cazul acceptării prezentei oferte, Ericon SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- d) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- e) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat:

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

L.Ș.

Nume: Gheorghe Bunic

În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL

Adresa: Durlesti, V.Lupu 6

Data: 23 06 2020

Specificații tehnice (F4.1)

tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2,

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1591342961545

Data: 25 06 20

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

Lot: _____

Pagina:

Denumirea licitației: Utilaj medical pentru activitatea științifică

__ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	8	8. Sistem mobil de examinare organe interne	8. Sistem mobil de examinare organe interne	E2	China	Sonoscape	Tip dispozitiv – transductor USB-C Tip transductor – liniar Frecvență – 12 – 4 MHz Câmp de vizualizare – 34,5 mm Domeniu de aplicație – pulmoni, sistem musculo-scheletal, țesuturi moi, vase Adâncime scanare – 12 cm Regimuri de examinare – 2D, color Doppler, M-mode, advanced XRES and multivariate harmonic imaging, SonoCT Greutate: max 120 grame Perioada de garanție: minim 35 luni Componența set: transductor, ghidul utilizatorului, cablu USB C, cablu USB B, geantă Vizualizarea imaginilor: conectare la tabletă/smartphone Android (poate să nu fie inclus în set) Garanție minim 24 luni	Tip dispozitiv – transductor USB-C Tip transductor – liniar Frecvență – 12 – 4 MHz Câmp de vizualizare – 34,5 mm Domeniu de aplicație – pulmoni, sistem musculo-scheletal, țesuturi moi, vase Adâncime scanare – 12 cm Regimuri de examinare – 2D, color Doppler, M-mode, advanced XRES and multivariate harmonic imaging, SonoCT Greutate: max 120 grame Perioada de garanție: minim 35 luni Componența set: transductor, ghidul utilizatorului, cablu USB C, cablu USB B, geantă Vizualizarea imaginilor: conectare la tabletă/smartphone Android (poate să nu fie inclus în set) Garanție minim 24 luni	CE,Iso
33100000-1	24	24. Purificator de aer pentru laboratoare si instituții medicale	24. Purificator de aer pentru laboratoare si instituții medicale	KJH350	China	Biobase	Caracteristici tehnice: Portativ. Pentru o suprafață de minimum 25 m2. Înzestrat cu mai multe sisteme de filtrare și sterilizare ca: -HEPA filtru cu dimensiunea porilor între 0,1-0,3μm, -Filtru din carbon activat, -Filtru fibrilar, -Fotocatalizator, -Se admite sistem de sterilizare cu raze ultraviolete, -Se admite sistem de îmbogățire a aerului cu sursă de ioni. Purificarea aerului de praf, polen, germeni patogeni cu o eficacitate minimum de 98%. Catalizarea și descompunerea eficientă a gazelor nocive ca formaldehida, H2S, NH3, etc. Neutralizarea mirosului urât. Sterilizarea aerului cu o rată mai mare de 97%. Filtre de carbon de rezervă – minimum 2. Filtre Hepa de rezervă – minimum 2.	Caracteristici tehnice: Portativ. Pentru o suprafață de minimum 45 m2. Înzestrat cu mai multe sisteme de filtrare și sterilizare ca: -HEPA filtru cu dimensiunea porilor între 0,1-0,3μm, -Filtru din carbon activat, -Filtru fibrilar, -Fotocatalizator, -Se admite sistem de sterilizare cu raze ultraviolete, -Se admite sistem de îmbogățire a aerului cu sursă de ioni. Purificarea aerului de praf, polen, germeni patogeni cu o eficacitate minimum de 98%. Catalizarea și descompunerea eficientă a gazelor nocive ca formaldehida, H2S, NH3, etc. Neutralizarea mirosului urât. Sterilizarea aerului cu o rată mai mare de 97%. Filtre de carbon de rezervă – minimum 2. Filtre Hepa de rezervă – minimum 2.	CE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	27	27. Hemolock Clip Applicator	27. Hemolock Clip Applicator	801.113	China	Geiy	Utilizare: Instrumentar pentru chirurgia laparoscopică -Aplicator de clipsuri polimerice de hemostază mici, medii și mari pe vase de calibru 10-16 mm - Caracteristică : reutilizabil - Mecanic - Diametru : 10 mm - Lungime: 45 cm - Buton rotativ mare și ușor permite rotirea cu un deget a 360 ° a aparatului - Porturi de curățare pentru o curățare minuțioasă	Utilizare: Instrumentar pentru chirurgia laparoscopică -Aplicator de clipsuri polimerice de hemostază mici, medii și mari pe vase de calibru 10-16 mm - Caracteristică : reutilizabil - Mecanic - Diametru : 10 mm - Lungime: 45 cm - Buton rotativ mare și ușor permite rotirea cu un deget a 360 ° a aparatului - Porturi de curățare pentru o curățare minuțioasă	CE, ISO
33100000-1	28	28. Endo-GIA stapler	28. Endo-GIA stapler	HSC-B	China	Waston	Instrumentar pentru anastomoza intestinală în chirurgia laparoscopică. Diametru: 12 mm Lungime: 30 cm Forma: drept Tip: Autosuture Unică folosință	Instrumentar pentru anastomoza intestinală în chirurgia laparoscopică. Diametru: 12 mm Lungime: 30 cm Forma: drept Tip: Autosuture Unică folosință	CE, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlești mun. Chisinau

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1591342961545

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Denumirea licitației: Utilaj medical pentru activitatea științifică

Data: 25.06.20

Lot: _____

Alternativa nr.: _____

Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2		3		4	5	6	7	8	9
33100000-1	8	8. Sistem mobil de examinare organe interne	8. Sistem mobil de examinare organe interne	Bucată	1	166 666,67	200 000,00	166 666,67	200 000,00	în termen de până la 45 zile de solicitare
33100000-1	24	24. Purificator de aer pentru laboratoare si instituții medicale	24. Purificator de aer pentru laboratoare si instituții medicale	Bucată	1	17 500,00	21 000,00	17 500,00	21 000,00	în termen de până la 45 zile de solicitare
33100000-1	27	27. Hemolock Clip Applicator	27. Hemolock Clip Applicator	Bucată	1	2 700,00	3 240,00	2 700,00	3 240,00	în termen de până la 45 zile de solicitare
33100000-1	28	28. Endo-GIA stapler	28. Endo-GIA stapler	Bucată	4	3 666,67	4 400,00	14 666,67	17 600,00	în termen de până la 45 zile de solicitare
Suma totala								201 533,33	241 840,00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlăști mun. Chisinau

