

CERERE DE PARTICIPARE

Către: Institutul Neurologie și Neurochirurgie

adresa: 2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, Vladimir Korolenko nr.2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1699258589751 din 13.11.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Implanturi spinale (Repetat)

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 24.11.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: Institutul Neurologie și Neurochirurgie
adresa: 2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, locality, Vladimir Korolenko nr.2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Implanturi spinale (Repetat)"

prin procedura de achiziție - Achiziții cu costuri mici Nr. ocds-b3wdp1-MD-1699258589751 din 13.11.2023

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 12.01.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 24.11.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1699258589751 din 13.11.2023			
Obiectul achiziției:					Implanturi spinale (Repetat)			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Tije de conexiune longitudinală dreapta 5.5/6.0 crom/crom plus	Tije de conexiune longitudinală dreapta 5.5/6.0 crom/crom plus	869-011 Tija titan 500mm	SUA	Medtronic	Material : Cobalt crom sau Cobalt crom plus, compatibil CT si RMN Suprafata neteda si dreapta Diametru : 5.5 si 6.0mm Lungime: standard de 500mm. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului- gratuit.	Material : Cobalt crom sau Cobalt crom plus, compatibil CT si RMN Suprafata neteda si dreapta Diametru : 5.5 si 6.0mm Lungime: standard de 500mm. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului- gratuit.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000627858, DM000401793
1.2	Suruburi poliaxiale 5,0x50 mm fenestrate si necanulate	Suruburi poliaxiale 5,0x50 mm fenestrate si necanulate	55840005050 Surub Solera fenestrat 5.0x50	SUA	Medtronic	Compozitie material (compatibil CT si RMN) : -cap surub si inelul interior : cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana : titanium CP (commercially pure - ASTM F67 - Unalloyed Titanium) -corp surub : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V) Capatul surubului din cobalt crom este compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgului in a alege tija potrivita intra-operator. Surubul are un profil redus (inaltime totala capat surub este de 14.8mm), cu un volum cat mai redus, pentru a interfera cat mai putin cu structurile anatomice si pentru a permite o cat mai mare cantitate de grefon osos. Lungime redusa a capului surubului de-a lungul tijei. Suruburile sunt autotarodante. Suruburile sunt prevazute cu canal pentru ghidaj intraoperator. Suruburile fenestrate prezinta in zona varfului 6 orificii, permitand cimentului sa treaca prin canal si orificiile din varf , asigurand fixare imediata in osul slab calitativ. Surubul prezinta filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest – tehnologie avansata Dual Lead OSTEOGRIP® Threadform Filetul surubului si al piulitei este de tip contrafort, pentru a impiedica iesirea piulitei sau distantarea partilor laterale ale coroanei surubului. Accepta tija cu diametru de 5.5 si 6.0mm. Incarcarea tijei si fixarea se realizeaza in partea superioara a surubului, vertical, cu piulita (blocker) cu ghidare unidirectionala si incarcare verticala la partea superioara a surubului. Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 20–110 mm in pas de 5mm. Codate color pentru o usoara identificare. Suruburile pot fi urmarite prin sistemul VERIFY!™ Implant Tracking System, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului- gratuit.	Compozitie material (compatibil CT si RMN) : -cap surub si inelul interior : cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana : titanium CP (commercially pure - ASTM F67 - Unalloyed Titanium) -corp surub : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V) Capatul surubului din cobalt crom este compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgului in a alege tija potrivita intra-operator. Surubul are un profil redus (inaltime totala capat surub este de 14.8mm), cu un volum cat mai redus, pentru a interfera cat mai putin cu structurile anatomice si pentru a permite o cat mai mare cantitate de grefon osos. Lungime redusa a capului surubului de-a lungul tijei. Suruburile sunt autotarodante. Suruburile sunt prevazute cu canal pentru ghidaj intraoperator. Suruburile fenestrate prezinta in zona varfului 6 orificii, permitand cimentului sa treaca prin canal si orificiile din varf , asigurand fixare imediata in osul slab calitativ. Surubul prezinta filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest – tehnologie avansata Dual Lead OSTEOGRIP® Threadform Filetul surubului si al piulitei este de tip contrafort, pentru a impiedica iesirea piulitei sau distantarea partilor laterale ale coroanei surubului. Accepta tija cu diametru de 5.5 si 6.0mm. Incarcarea tijei si fixarea se realizeaza in partea superioara a surubului, vertical, cu piulita (blocker) cu ghidare unidirectionala si incarcare verticala la partea superioara a surubului. Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 20–110 mm in pas de 5mm. Codate color pentru o usoara identificare. Suruburile pot fi urmarite prin sistemul VERIFY!™ Implant Tracking System, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cementului- gratuit.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000631396

1.3	Suruburi poliaxiale 6,0x50 mm fenestrate si necanulate	Suruburi poliaxiale 6,0x50 mm fenestrate si necanulate	55840006050 Surub Solera fenestrat 6.0x50	SUA	Medtronic	Compozitie material (compatibil CT si RMN) : -cap surub si inelul interior : cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana : titanium CP (commercially pure - ASTM F67 – Unalloyed Titanium) -corp surub : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V) Capatul surubului din cobalt crom este compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgului in a alege tija potrivita intra-operator. Surubul are un profil redus (inaltime totala capat surub este de 14.8mm), cu un volum cat mai redus, pentru a interfera cat mai putin cu structurile anatomice si pentru a permite o cat mai mare cantitate de grefon osos. Lungime redusa a capului surubului de-a lungul tije. Suruburile sunt autotarodante. Suruburile sunt prevazute cu canal pentru ghidaj intraoperator. Suruburile fenestrate prezinta in zona varfului 6 orificii, permitand cimentului sa treaca prin canal si orificiile din varf , asigurand fixare imediata in osul slab calitativ. Surubul prezinta filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest – tehnologie avansata Dual Lead OSTEOGRIP® Threadform Filetul surubului si al piulitei este de tip contrafort, pentru a impiedica iesirea piulitei sau distantarea partilor laterale ale coroanei surubului. Accepta tija cu diametru de 5.5 si 6.0mm. Incarcarea tije si fixarea se realizeaza in partea superioara a surubului, vertical, cu piulita (blocker) cu ghidare unidirectionala si incarcare verticala la partea superioara a surubului. Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 20–110 mm in pas de 5mm. Codate color pentru o usoara identificare. Suruburile pot fi urmarite prin sistemul VERIFYI™ Implant Tracking System, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cimentului- gratuit.	Compozitie material (compatibil CT si RMN) : -cap surub si inelul interior : cobalt crom (ASTM F1537 – Co 28Cr6Mo) -coroana : titanium CP (commercially pure - ASTM F67 – Unalloyed Titanium) -corp surub : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V) Capatul surubului din cobalt crom este compatibil cu toate tijele din crom, crom plus si titan, oferind flexibilitate chirurgului in a alege tija potrivita intra-operator. Surubul are un profil redus (inaltime totala capat surub este de 14.8mm), cu un volum cat mai redus, pentru a interfera cat mai putin cu structurile anatomice si pentru a permite o cat mai mare cantitate de grefon osos. Lungime redusa a capului surubului de-a lungul tije. Suruburile sunt autotarodante. Suruburile sunt prevazute cu canal pentru ghidaj intraoperator. Suruburile fenestrate prezinta in zona varfului 6 orificii, permitand cimentului sa treaca prin canal si orificiile din varf , asigurand fixare imediata in osul slab calitativ. Surubul prezinta filet dublu, de tip cortical in treimea superioara si filet de tip spongios in rest – tehnologie avansata Dual Lead OSTEOGRIP® Threadform Filetul surubului si al piulitei este de tip contrafort, pentru a impiedica iesirea piulitei sau distantarea partilor laterale ale coroanei surubului. Accepta tija cu diametru de 5.5 si 6.0mm. Incarcarea tije si fixarea se realizeaza in partea superioara a surubului, vertical, cu piulita (blocker) cu ghidare unidirectionala si incarcare verticala la partea superioara a surubului. Dimensiuni suruburi poliaxiale: - diametru : 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.5/8.5/9.5/10.5mm - lungime: 20–110 mm in pas de 5mm. Codate color pentru o usoara identificare. Suruburile pot fi urmarite prin sistemul VERIFYI™ Implant Tracking System, permitand spitalului sa identifice implantul la un pacient anume, cu detalii despre descriere, cod si lot. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cimentului- gratuit.	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000631413
1.4	Piulite suruburi poliaxiale 5.5/6.0 fenestrate	Piulite suruburi poliaxiale 5.5/6.0 fenestrate	5540030 Piulita Surub fenestrat	SUA	Medtronic	Material : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V), compatibil CT si RMN Prezinta un sistem unic de blocare a tije – piulita, ce se incarca din partea superioara a implantului. Prezinta filet contrafort in ramuri de brad (tehnologie 4G), corespunzator filetului suruburilor. Prezinta cap de strangere autoretezabil, care se reteaza prin strangere la o forta optima (de maxim 12N), fara a fi necesara folosirea unei chei dinamometrice, pentru a preveni o supra-strangere sau o strangere incompleta. Exista un singur instrument pentru strangerea si blocarea tuturor suruburilor. Sunt reversibile, iar instrumentarul contine instrumentul necesar reviziei. Sunt compatibile cu tija de 5.5 si 6.0mm. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cimentului- gratuit.	Material : titanium alloy (ASTM F136 – Ti 6Al4V), compatibil CT si RMN Prezinta un sistem unic de blocare a tije – piulita, ce se incarca din partea superioara a implantului. Prezinta filet contrafort in ramuri de brad (tehnologie 4G), corespunzator filetului suruburilor. Prezinta cap de strangere autoretezabil, care se reteaza prin strangere la o forta optima (de maxim 12N), fara a fi necesara folosirea unei chei dinamometrice, pentru a preveni o supra-strangere sau o strangere incompleta. Exista un singur instrument pentru strangerea si blocarea tuturor suruburilor. Sunt reversibile, iar instrumentarul contine instrumentul necesar reviziei. Sunt compatibile cu tija de 5.5 si 6.0mm. Set de instrumente pentru instalarea implantelor si pregatirea cimentului- gratuit.	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000629645

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1699258589751 din 13.11.2023							
Obiectul achiziției:					Implanturi spinale (Repetat)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Tije de conexiune longitudinală dreaptă 5.5/6.0 crom/crom plus	Tije de conexiune longitudinală dreaptă 5.5/6.0 crom/crom plus	buc	10	731.25	731.25	7 312.50	7 312.50	În decurs de 3 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2023	33100000-1	-	-
1.2	Suruburi poliaxiale 5,0x50 mm fenestrate și necanulate	Suruburi poliaxiale 5,0x50 mm fenestrate și necanulate	buc	62	1 950.00	1 950.00	120 900.00	120 900.00	În decurs de 3 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2023	33100000-1	-	-
1.3	Suruburi poliaxiale 6,0x50 mm fenestrate și necanulate	Suruburi poliaxiale 6,0x50 mm fenestrate și necanulate	buc	4	1 950.00	1 950.00	7 800.00	7 800.00	În decurs de 3 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2023	33100000-1	-	-
1.4	Piulite suruburi poliaxiale 5.5/6.0 fenestrate	Piulite suruburi poliaxiale 5.5/6.0 fenestrate	buc	66	609.38	609.38	40 219.08	40 219.08	În decurs de 3 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2023	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							176 231.58	176 231.58				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Institutul Neurologie și Neurochirurgie

(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al S.C. OXIVIT-MED S.R.L, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 24.11.2023

Ofertant/candidat
S.C. OXIVIT-MED S.R.L
Dmitrii Kojevnikov

(semnătura autorizată)