

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1706644942619 din 17 martie 2024									
Denumirea procedurii de achiziție: “Achiziționarea echipamentelor și accesoriilor de sterilizare conform necesităților IMSP, pentru anul 2024”									
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Cantitatea	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sistem medical automat Baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale	17	buc	84629,00	84629,00	1438693,00	1438693,00	Incoterms 2020 DDP, în decurs de la 120 până la 150 de zile calendaristice de la prezentarea de către furnizor a condițiilor tehnice pentru amenajarea spațiului unde va fi instalat sistemul de sterilizare (în una sau mai multe tranșe)	
	TOTAL					1438693,00	1438693,00		

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1706644942619 din 17 martie 2024							
Denumirea procedurii de achiziție: “Achiziționarea echipamentelor și accesoriilor de sterilizare conform necesităților IMSP, pentru anul 2024”							
	Denumire a bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
	Sistem medical automat Baie cu ultrasunet pentru instrument e chirurgical e generale	SONICA 45L EP S3 Ref. number: 090.003.0038 (În componență cu: 090.004.0011 - Coș pentru instrumente 090.004.0027- capac)	Italia	SOLTEC S.r.l	Baie cu ultrasunet medicală pentru instrumente de chirurgie generală, instrumente canulate (cu lumen). Este conceput pentru a curăța temeinic (înlătura țesuturile, sângele și alți contaminanți) dintr- o varietate de instrumente chirurgicale reutilizabile. CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE CAPACITATE: 40 l-50l - da Vasul echipamentului fabricat din inox AISI 316L, carcasa din materiale necorozive ca AISI 304/316L sau alte materiale rezistente analogice: da CADRU CORP: versiune independentă sau de masă opțional. CICLU: Proces de operare: activitate cu ultrasunete, porturi de irigare și încălzire a apei. - da Încărcătură instrumente nu mai puțin de 5 kg - da minim 5 programe prestabilite din fabrică ≥ 5 programe programe care pot fi programate de utilizator: da Progresul ciclului sau numărul de cicluri ar trebui să fie vizibile pe ecran: da Tip de instrumente curățate: instrumente de chirurgie generală, instrumente canulate (cu lumen): da Coșul pentru instrumente poate fi încărcat cu un amestec de instrumente generale și canulate în același timp: da Informațiile minime de pe ecran în timpul unui ciclu de spălare: Etapa curentă a ciclului de spălare, Temperatura fluidelor, Afișează fie timpul	Baie cu ultrasunet medicală pentru instrumente de chirurgie generală, instrumente canulate (cu lumen). Este conceput pentru a curăța temeinic (înlătura țesuturile, sângele și alți contaminanți) dintr- o varietate de instrumente chirurgicale reutilizabile. CARACTERISTICI TEHNICE și CARACTERISTICI FIZICE CAPACITATE: 45l - da Vasul echipamentului fabricat din inox AISI 316L, carcasa din materiale necorozive ca AISI 304/316L sau alte materiale rezistente analogice: da CADRU CORP: versiune independentă sau de masă opțional. CICLU: Proces de operare: activitate cu ultrasunete, porturi de irigare și încălzire a apei. - da Încărcătură instrumente nu mai puțin de 5 kg - da Numărul de programe: 10 programe programe care pot fi programate de utilizator: da Progresul ciclului sau numărul de cicluri ar trebui să fie vizibile pe ecran: da Tip de instrumente curățate: instrumente de chirurgie generală, instrumente canulate (cu lumen): da Coșul pentru instrumente poate fi încărcat cu un amestec de instrumente generale și canulate în același timp: da Informațiile minime de pe ecran în timpul unui ciclu de spălare: Etapa curentă a ciclului de spălare, Temperatura fluidelor, Afișează fie timpul scurs, fie timpul rămas pentru etapa curentă,	CE/ISO

				scurș, fie timpul rămas pentru etapa curentă, Bara de progres și numele programului de spălare da Coșul/Tava poate ține instrumente de minim 8 lumeni în același timp: da SIGURANȚĂ: Clasa 1 de protecție împotriva șocurilor electrice: da Sistem „deschis” pentru utilizarea detergenților și dezinfectanților, irigatorul sonic trebuie să fie deschis pentru a utiliza diferiți detergenți și substanțe chimice, nu numai de la producătorul de dispozitiv oferit: da Loc special integrat pentru chimicale și detergenți: da pompe de dozare integrate rezistente la produse chimice: da Sistem de irigare, daul de apă, monitorizarea temperaturii colectoare de spălare min.3 porturi în 2 colțuri ale coșului, producând până la 1,5 bar la un debit de 2,5 litri/min: da "Interval de măsurare: +2°C până la +60°C Afișare temperatură: +5°C până la +60°C Precizia măsurării: ±0,5°C." : da Presiune: minim 2,0 bar până la maxim 10 bar: da CARACTERISTICI ELECTRICE 220V, 50 Hz, fază I, cu împământare, mufă Shucko da Electronice Caracteristici electronice: minim 4 inch multi-color, ecran cu butoane sau opțiune de ecran tactil: da Sistem cu ultrasunete: minim 10 traductoare piezoelectrice, care funcționează de la 38 kHz la 40 kHz, în funcție de sarcină. Putere minimă de 35 W per traductor.: da ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE Accesorii/ piese de schimb:	Bara de progres și numele programului de spălare da Coșul/Tava poate ține instrumente de minim 8 lumeni în același timp: da SIGURANȚĂ: Clasa 1 de protecție împotriva șocurilor electrice: da Sistem „deschis” pentru utilizarea detergenților și dezinfectanților, irigatorul sonic trebuie să fie deschis pentru a utiliza diferiți detergenți și substanțe chimice, nu numai de la producătorul de dispozitiv oferit: da Loc special integrat pentru chimicale și detergenți: da pompe de dozare integrate rezistente la produse chimice: da Sistem de irigare, daul de apă, monitorizarea temperaturii colectoare de spălare min.3 porturi în 2 colțuri ale coșului, producând până la 1,5 bar la un debit de 2,5 litri/min: da "Interval de măsurare: +2°C până la +70°C Afișare temperatură: +5°C până la +70°C Precizia măsurării: ±0,5°C." : da Presiune: minim 2,0 bar până la maxim 10 bar: da CARACTERISTICI ELECTRICE 220V, 50 Hz, fază I, cu împământare, mufă Shucko da Electronice Caracteristici electronice: minim 4 inch multi-color, ecran cu butoane sau opțiune de ecran tactil: da Sistem cu ultrasunete: minim 10 traductoare piezoelectrice, care funcționează de la 38 kHz la 40 kHz, în funcție de sarcină. Putere minimă de 35 W per traductor.: da ACCESORII, CONSUMABILE, PIESE DE SCHIMB, ALTE COMPONENTE Accesorii/ piese de schimb:	
--	--	--	--	---	--	--

				Coș pentru instrumente 1 Conexiuni: Luer minime - nu mai puțin de 8 min. 8 Recipienti cu soluții chimice trebuie să fie prezenți da INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală: da Instalare Irigatorul sonic trebuie să includă toate accesoriile pentru funcționarea normală, Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor: da "Supape de presiune pentru apă și pompe de evacuare a apei în canalizare, dacă este cazul": da Furnizorul va efectua conectarea sistemului medical automat baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale la sistemul medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată, dacă este cazul: da Traseul de electricitate și canalizare a punctelor de racordare, va fi asigurat de beneficiar (conform recomandărilor producătorului): va fi asigurat de beneficiar GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) minim 24 luni: da DOCUMENTAȚIE Cerințe de documentare Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instrucțiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat.: da	Coș pentru instrumente 1 bucată Conexiuni: Luer minime - nu mai puțin de 8 min. 8 Recipienti cu soluții chimice trebuie să fie prezenți da INSTRUIRE, INSTALARE SI UTILIZARE Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală: da Instalare Irigatorul sonic trebuie să includă toate accesoriile pentru funcționarea normală, Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor: da "Supape de presiune pentru apă și pompe de evacuare a apei în canalizare, dacă este cazul": da Furnizorul va efectua conectarea sistemului medical automat baie cu ultrasunet pentru instrumente chirurgicale generale la sistemul medical automat de purificare a apei prin osmoză inversată, dacă este cazul: da Traseul de electricitate și canalizare a punctelor de racordare, va fi asigurat de beneficiar (conform recomandărilor producătorului): va fi asigurat de beneficiar GARANȚIE ȘI ÎNTREȚINERE Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) - 24 luni: da DOCUMENTAȚIE Cerințe de documentare Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instrucțiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat.: da	
--	--	--	--	---	--	--

					SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE Standarde pentru producător "toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 2. Declarația de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 3. ISO 13485 și sau 9001 4. EN ISO 15883 5. Standard de siguranță IEC 61010 Cerințe de siguranță pentru mașinile de spălat și dezinfecția utilizate pentru tratarea materialelor medicale " Toate certificatele trebuie să fie prezentate sub formă de copii avizate cu semnătura electronică	SIGURANȚĂ ȘI STANDARDE Standarde pentru producător "toate certificatele valabile enumerate mai jos: 1. Certificat de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 2. Declarația de conformitate CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 3. ISO 13485 și sau 9001 4. EN ISO 15883 5. Standard de siguranță IEC 61010 Cerințe de siguranță pentru mașinile de spălat și dezinfecția utilizate pentru tratarea materialelor medicale " Toate certificatele trebuie să fie prezentate sub formă de copii avizate cu semnătura electronică	
--	--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia