

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr. 21643868/ ocde-b3wdp1-MD-1783076916147					Data: „26” august 2026		Alternativa nr.: _	
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigații Clinice, Hematologice și PATOLOGICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2027								Pagina:1 din 3
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM		
1	2			3	4	5	6	7	8		
33100000-1	64	Plasma de control normal 4 parametri (006834)	Plasma de control normal 4 parametri (006834)	5186	Marea Britanie	Helena Biosciences	Plasma de control normal 4 parametri (TP, TTPA, TT, FIB) Ambalaj până la 3 ml	Plasma de control normal 4 parametri (TP, TTPA, TT, FIB) Ambalaj fl.1 ml	DM000394160		
33100000-1	65	Plasma de control patologică 4 parametri (006835)	Plasma de control patologică 4 parametri (006835)	5187	Marea Britanie	Helena Biosciences	Plasma de control patologică 4 parametri (TP, TTPA, TT, FIB) Ambalaj până la 3 ml	Plasma de control patologică 4 parametri (TP, TTPA, TT, FIB) Ambalaj fl.1 ml	DM000394161		
33100000-1	67	Reagent monoclonal anti A1 (006844)	Reagent monoclonal anti A1 (006844)	116005, Anti-A1 Lectin, 5 ml , 100 tests	Marea Britanie	Lorne Laboratories Limited	Reagent monoclonal anti A1 Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate-conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)	Reagent monoclonal anti A1 Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate-aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj 5 ml (1ml= 20 doze)	DM000380673		
33100000-1	68	Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). (006845)	Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG). (006845)	740010, Anti-D Clone 1 Monoclonal, 10 ml, 200 tests	Marea Britanie	Lorne Laboratories Limited	Reagent monoclonal anti D (IgM) sau (IgM+IgG) (Toliclon anti D Super). Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)	Reagent monoclonal anti D (IgM+IgG). Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml=20 doze)	DM000380707		
33100000-1	69	Reagent monoclonal Anti-A (006840)	Reagent monoclonal Anti-A (006840)	600010, Anti-A Monoclonal, 10 ml, 200 test	Marea Britanie	Lorne Laboratories Limited	Reagent monoclonal (Toliclon) Anti-A. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)	Reagent monoclonal (Toliclon) Anti-A. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare.Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj 10 ml (1ml = 20 doze)	DM000380713		

33100000-1	70	Reagent monoclonal Anti-AB (006839)	Reagent monoclonal Anti-AB (006839)	620010, Anti A,B Monoclonal, 10 ml, 200 tests	Marea Britanie	Lorne Laboratories Limited	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-AB. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-AB. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj 10 ml (1ml = 20 doze)	DM000380715
33100000-1	71	Reagent monoclonal Anti-B (006841)	Reagent monoclonal Anti-B (006841)	610010, Anti-B Monoclonal, 10 ml, 200 tests	Marea Britanie	Lorne Laboratories Limited	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-B. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj până la 10 ml (1ml – min 10 doze)	Reagent monoclonal (Țoliclon) Anti-B. Specificații tehnice: Cerințe generale* Metoda de determinare aglutinare pe suprafață la temperatura camerei, examen vizual. Sensibilitate- aviditate până la 60 sec cu antigenul corespunzător. Specificitate- conform Ag, fără hemoliză imună și reacții false de aglutinare. Titru anticorpilor nu mai mic de 1:32. Ambalaj 10 ml (1ml = 20 doze)	DM000380714
33100000-1	75	Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) (006848)	Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 100 teste) (006848)	5267L	Marea Britanie	Helena Biosciences	Reagent tromboplastina-calcium pentru determinarea timpului de protrombina după Quick, INR, ISI-1,05 în plasmă. Plasma de control și reagenții de la același producător. Ambalaj: până la 10 ml cu CaCl2 inclus în set.	Reagent tromboplastina-calcium pentru determinarea timpului de protrombina după Quick, INR, ISI-1,05 în plasmă. Plasma de control și reagenții de la același producător. Ambalaj: 10 ml cu CaCl2 inclus în set.	DM000394198
33100000-1	76	Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) (006849)	Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste) (006849)	5265L	Marea Britanie	Helena Biosciences	Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste)	Set p/u determinarea timpului de protrombină (TP) (Set 50 teste)	DM000394197
33100000-1	77	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) (Set 100 teste) (006851)	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) (Set 100 teste) (006851)	5562	Marea Britanie	Helena Biosciences	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) (Set 100 teste)	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) (Set 100 teste) set R1x5ml, 1x5ml Calcium Chloride Solution 0,025m	DM000394202
33100000-1	119	Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluție Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml (008114)	Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluție Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml (008114)	10092013	Germania	TermoFisher	Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluție Gurr pentru cariotipareă, flac mx 100 ml- Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	Colorant Giemza Stain Kario Max improved R66 soluție Gurr pentru cariotipareă, flac 100 ml -Pentru determinarea pașaportului cromosomal din sângele venos, determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale	CoA, ISO
33100000-1	148	Test rapid la Procalcitonina. (008154)	Test rapid la Procalcitonina. (008154)	C011-3002	China	HANGZHOU TONGZHOU BIOTECHNOLOGY CO., LTD.	Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a procalcitoninei - marker al infecției bacteriene. Limita de detecție - 0,5 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test.	Procalcitonin (PCT) Rapid Test (Serum/Plasma). Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a procalcitoninei - marker al infecției bacteriene. Limita de detecție - 1 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test.	DM000859722

33100000-1	159	Expres test p/u determinarea D-dimeri (008273)	Expres test p/u determinarea D-dimeri (008273)	C009-4002	China	HANGZHOU TONGZHOU BIOTECHNOLOGY CO., LTD.	Expres test p/u determinarea D-dimeri. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	Expres test p/u determinarea D-dimeri. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete	DoC CE/ nr. provizoriu DM000929260
33100000-1	163	Triplu test rapid calitativ pentru Marker Cardiaci (008281)	Triplu test rapid calitativ pentru Marker Cardiaci (008281)	C007-4035	China	HANGZHOU TONGZHOU BIOTECHNOLOGY CO., LTD.	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Caseta (1 buc) Triplu-test pentru determinarea "one step" [Troponina (I sau T) + CK-MB + Myoglobina] prin metoda imunocromatografică laterală calitativă. Cerințe generale: Certificat de garanție, Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD.	Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combo Rapid Test Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Caseta (1 buc) Triplu-test pentru determinarea "one step" [Troponina (I) + CK-MB + Myoglobina] prin metoda imunocromatografică laterală calitativă.	DoC CE/ nr. provizoriu DM000929210

Semnat:_____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.