

Specificații tehnică

Numărul A.V.M.: 21203281 (ocds-b3wdp1-MD-1712650822314) din 16.04.2024

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2024 (loturi neachizitionate)
conform necesitatilor IMSP SR Cahul pentru a.2024

Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	LOT 7						
7.1	Ultrasonograf Logiq P9	Logiq P9	SUA	GE HealthCare	conform specificatia tehnica solicitata din Anunt de participare	Servicii de mentenanta preventiva o data la 3 luni, diagnostic la solicitare. În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul	Cerificat training

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Besirik Inga**, in calitate de: **administrator**

Ofertantul: „*Intermed-Service*” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2