



Specificații tehnice (F4.1)

Denumirea licitației:		Cererea Ofertelor de Preț nr. ocds-b3wdp1-MD-1620311609759				Data: „03” Iunie 2021		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		"Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2021"				Lot:		Pagina: __ din __	
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Lotul 1	33100000-1	RPR Carbon Antigen Kit cu reagent și control în set.	8.00.18.0.1000	Jordan	Atlas Medical	1 set*10000teste (2fl.*10ml Latex reagent, 2fl.*2ml Control pozitiv și negativ). Set pentru determinare calitativă și semi-cantitativă a anticorpilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichidizigata de lucru, încazulină nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile maimult de 30 zile.	1 set*10000teste (2fl.*10ml Latex reagent, 2fl.*2ml Control pozitiv și negativ). Set pentru determinare calitativă și semi-cantitativă a anticorpilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set vor fi lichizi și gata de lucru, încazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru vor fi stabile maimult de 30 zile. Setul vor conține, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile vor fi detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Certificat CE; ISO	
Lotul 2	33100000-1	Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste	1231-1021	SUA	ACON	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichidizigata de lucru, încazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile maimult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Metoda ELISA. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set vor fi lichizi și gata de lucru, încazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru vor fi stabile maimult de 30 zile. Setul vor conține, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile vor fi detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Certificat ISO	
Lotul 3	33100000-1	Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste	1231-1031	SUA	ACON	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichidizigata de lucru, încazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile maimult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Metoda ELISA. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set vor fi lichizi și gata de lucru, încazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru vor fi stabile maimult de 30 zile. Setul vor conține, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile vor fi detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Certificat ISO	



Lotul 4	33100000-1	Set pentru determinarea PSA, 96 teste	1231-2031	SUA	ACON	Metoda ELISA. Seturile sã fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător va fi nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set vor fi lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru vor fi stabile mai mult de 30 zile. Setul vor conține, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpurilor. Stripurile vor fi detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Sã fie posibil de a testa cite o probã.	Certificat CE; ISO
Lotul 23	33100000-1	Teste pentru determinarea H. Pylori Ag în masele fecale (imunochimic)	72001	SUA	LumiQuick	Teste iFOBT (fit) (imunochimic). Set va conține testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare în limba de stat și va include o procedurã de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj de producător vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Certificat CE; ISO
Lotul 24	33100000-1	Teste pentru determinarea H. Pylori Ag în masele fecale	71020	SUA	LumiQuick	Metoda imunocromatografică. Set va conține testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare în limba de stat și va include o procedurã de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile sã fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Certificat CE; ISO
Lotul 25	33100000-1	Set pentru colorarea frotiurilor dupã Gramm	K001	India	HiMedia	Set pentru colorarea frotiurilor dupã Gramm. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător sã fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set sã fie lichizi și gata de lucru, încãlzind nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru sã fie stabile mai mult de 30 zile.	Certificat CE; ISO
Lotul 27	33100000-1	Container pentru lancete folosite (200-250 ml)	DISPO0,5	Italia	Syntesis	Volum 500 ml	Certificat CE; ISO
Lotul 44	33100000-1	Cutie Petri din polisteren	328244	Italia	Syntesis	Cutie Petri din polisteren d-90mm	Certificat CE; ISO

Semnat:  Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun. Chisinau, str. A. Corobeanu 7A, ap. 9

