



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация**  
**FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e**  
**APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ**  
**31.10.11 Nr. 828**

Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Accreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**

**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om " 31 "

iulie

a./z. 2020

P 6528 / 2020

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*

Echimate de protecție individuală (EIP) conform anexei nr.1 și nr.2!

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам)** (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele de protecție individuale  
HG nr.1289 din 02.12.2016 pentru Aprobarea Reglementării tehnice privind  
echipamentul individual de protecție

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**

Republica Moldova, BIROUL DE MUNCĂ "PORTAVITA" SRL

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

BIROUL DE MUNCĂ "PORTAVITA" SRL, Moldova, Chișinău, str. Petricani, 17/22

**Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**

*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

Demers, specificații pe produs, standarde

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

Proprietățile caracteristicile echipamentelor de protecție personală (EIP), indicatorii și rezultatele testărilor sunt arătate în anexe

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

protecție individuală

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova  
30 iulie 2023

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:**

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



*(semnătura / подпись)*

ANSP/HA03

03

ex: St. Constantinovici  
tel: 574 679

10-XVI-09



**1. Model: Combinezon de protectie de unica folosinta ZK3B-30-35 (Raport de incercari "Pielart-AIRIN" nr. 196/1-20 din 24.03.2020)**

- Sarcina de rupere a mostrei (SM EN ISO 13934-1)
- Alungirea la rupere a mostrei (SM EN ISO 13934-1)
- Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.3)
- Permeabilitatea la aer, (GOST 12088 pct.4.3.3)
- Compozitia fibroasa (Reglementare Tehnica pct.13)

**2. Model: Combinezon de protectie de unica folosinta ZK3B-40-50 (Raport de incercari "Pielart-AIRIN" nr. 196/1-20 din 24.03.2020)**

- Sarcina de rupere a mostrei (SM EN ISO 13934-1)
- Alungirea la rupere a mostrei (SM EN ISO 13934-1)
- Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.3)
- Permeabilitatea la aer (GOST 12088 pct.4.3.3)
- Compozitia fibroasa (Reglementare Tehnica pct.13)
- Nivelul de migrare a elementelor (cadmiu; plumb; arsen; mercur) (SM EN 71-3+A3 pct.7, 8 MU 08-47/145)

**3. Model: Combinezon de protectie de unica folosinta ZK3B-53-100 (Raport de incercari "Pielart-AIRIN" nr. 196/1-20 din 24.03.2020)**

- Sarcina de rupere a mostrei (SM EN ISO 13934-1)
- Alungirea la rupere a mostrei (SM EN ISO 13934-1)
- Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.3)
- Permeabilitatea la aer (GOST 12088 pct.4.3.3)
- Compozitia fibroasa (Reglementare Tehnica pct.13)
- Nivelul de migrare a elementelor (cadmiu; plumb; arsen; mercur) (SM EN 71-3+A3 pct.7, 8 MU 08-47/145)

**4. Model: Combinezon de protectie de unica folosinta ZK3B-53L (Raport de incercari "Pielart-AIRIN" nr. 225-20 din 21.04.2020)**

- Sarcina de rupere a mostrei (SM EN ISO 13934-1)
- Alungirea la rupere a mostrei (SM EN ISO 13934-1)
- Impermeabilitatea tesaturii la apa (GOST 3816 pct.6)

**(Laborator test Ekoteks nr. 20013066 din 15.04.2020)**

Metodele de testare folosite la produs sunt:

Testele conform BS EN 14325:2015 (Protective clothing against chemicals)

- Rezistenta la abraziune (EN ISO 12947)
- Rezistenta la sfasiere trapezoidala (EN ISO 9073-4:2002)
- Rezistenta la perforare (EN ISO 13934-1:2013)
- Rezistenta la stropire cu acid sulfuric 30%, hidroxid de sodiu 10%, o-xylene (EN 368/ EN ISO 6530:2005)
- Rezistenta la penetrare cu acid sulfuric 30%, hidroxid de sodiu 10%, o-xylene (EN 368/ EN ISO 6530:2005)
- Activitate antimicrobiana Staphylococcus aureus (EN2149:2013a)
- Permeabilitatea cu apa (EN ISO 811:2018)

**5. Model: Combinezon de protectie de unica folosinta ZK3B-100 (Raport de incercari "Pielart-AIRIN" nr. 225-20 din 21.04.2020)**

- Sarcina de rupere a mostrei (SM EN ISO 13934-1)
- Alungirea la rupere a mostrei (SM EN ISO 13934-1)

Director



Nicolae FURTUNĂ



**1. Model: Combinezon de protectie de unica folosinta ZC3B-53L**

Examinarea UE de tip (marcaj CE).

Nr. 3545, Organism notificat de certificare (NB 2756) Examinarea UE de tip (marcaj CE).

Nr. 3545, Organism notificat de certificare (NB 2756)

Incerari de laborator:

1. Raport de Incercare nr. 5769/26.05.2020
2. Laborator test Ekoteks nr. 20013726 din 28.04.20
3. Raport de incercare „Pielart-Airin” din 24.04.20
4. Standard de firma DT ZC3B-53L-2020

Metodele de testare folosite la produs sunt:

Testele conform BS EN 14325:2015 (Protective clothing against chemicals)

- Rezistenta la abraziune (EN ISO 12947)
- Rezistenta la sfasiere trapezoidala (EN ISO 9073-4:2002)
- Rezistenta la perforare (EN ISO 13934-1:2013)
- Rezistenta la stropire cu acid sulfuric 30%, hidroxid de sodiu 10%, o-xylene (EN 368/ EN ISO 6530:2005)
- Rezistenta la stropire cu butan 1-ol (EN14325-2004)
- Rezistenta la penetrare cu acid sulfuric 30%, hidroxid de sodiu 10%, o-xylene (EN 368/ EN ISO 6530:2005)
- Rezistenta la penetrare cu butan 1-ol (EN14325-2004)
- Activitate antimicrobiana Staphylococcus aureus (EN2149:2013a)
- Rezistenta la penetrare bacteriana Staphylococcus aureus (BS EN 22610:2006)
- Permeabilitatea cu apa (EN ISO 811:2018)

Testele conform EN ISO 13795-1:2019 (Imbracaminte si metode de testare; partea 1: Campuri si halate chirurgicale)

- Penetrare cu bacterie umeda (EN ISO 22610)
- Penetrare cu lichide (EN ISO 811)

**2. Model: Halat de protectie de unica folosinta ZHO-53L, Botosi de protectie de unica folosinta ZBO-53L, Cagula de protectie de unica folosinta ZCO-53L**

Examinarea UE de tip (marcaj CE).

Nr. 3545/EIP/E1, Organism notificat de certificare (NB 2756)

Incerari de laborator:

1. Raport de Incercare nr. 5769/26.05.2020
2. Laborator test Ekoteks nr. 20013726 din 28.04.20
3. Raport de incercare „Pielart-Airin” din 24.04.20
4. Standard de firma ZHO-53L

Metodele de testare folosite la produs sunt:

Testele conform BS EN 14325:2015 (Protective clothing against chemicals)

- Rezistenta la abraziune (EN ISO 12947)
- Rezistenta la sfasiere trapezoidala (EN ISO 9073-4:2002)
- Rezistenta la perforare (EN ISO 13934-1:2013)
- Rezistenta la stropire cu acid sulfuric 30%, hidroxid de sodiu 10%, o-xylene (EN 368/ EN ISO 6530:2005)
- Rezistenta la stropire cu butan 1-ol (EN14325-2004)
- Rezistenta la penetrare cu acid sulfuric 30%, hidroxid de sodiu 10%, o-xylene (EN 368/ EN ISO 6530:2005)
- Rezistenta la penetrare cu butan 1-ol (EN14325-2004)
- Activitate antimicrobiana Staphylococcus aureus (EN2149:2013a)
- Rezistenta la penetrare bacteriana Staphylococcus aureus (BS EN 22610:2006)
- Permeabilitatea cu apa (EN ISO 811:2018)

Testele conform EN ISO 13795-1:2019 (Imbracaminte si metode de testare; partea 1: Campuri si halate chirurgicale)

- Penetrare cu bacterie umeda (EN ISO 22610)
- Penetrare cu lichide (EN ISO 811)

Director



Nicolae FURTUNĂ