

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1780655302887 din 17 iun 2026, 11:00 - 1 iul 2026, 9:30

Obiectul achiziției: Piese, accesorii și consumabile p/u utilaj medical – 2026 (2)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului i bunului/s erviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100 000-1	1	1. Accesoriu "ErbeCryo2, Erbe Elektromedizin"	20402-200	Germania	Erbe Elektromedizin	1.Comutator de picior cu o singură pedală, inclusiv cablul de interconexiune - *Comutator de picior cu o singură pedală, inclusiv cablul de interconexiune, *Cod de referință: 20402-200; *Mod de curățare și dezinfecție: manual sau rezistent la mașina de spălare și dezinfecție automatizată; *Compatibilitate: AP & IP X8 equipment; Condiții: *Accesoriu însoțit de instrucțiuni de utilizare și curățare; *Accesoriu nou, împachetat și sigilat; *Termen de livrare și instalare după caz - maxim 30 zile de la semnarea contractului; *Garanție produs: cel puțin 12 luni;	20402-200; Comutator de picior cu o singură pedală, inclusiv cablul de interconexiune Erbe Elektromedizin Germania ghid de curățare și dezinfecție. Compatibilitate: AP & IP X8 equipment; Accesoriu însoțit de instrucțiuni de utilizare și curățare; Accesoriu nou, împachetat și sigilat;	CE/ISO
33100 000-1	4	4. Electrode p/u electromiografie	SA15N1+CNU1KP1	Italia	SEIEMG	4.Electrod p/u electromiografie - diametru 20-24mm; - Material:Ag/AgCl; - SET 100 buc; - Cu cablu de interconectare lungimea 60cm cu conector DIN 42802	SA15N1+CNU1KP1, Electrode p/u electromiografie, SEIEMG-Italia diametru 20mm;SET 100 buc; cablu de interconectare lungimea 100cm cu conector DIN.	CE/ISO

33100 000-1	5	5. Căciuliță EEG p/u copii (roz,albastru deschis)	CUEL41S + CUEL44S	Italia	SEIEMG	5.Căciuliță EEG p/u copii (roz, albastru deschis) - Cantitate: set din două căciulițe (roz & albastru deschis); - Căciuliță EEG preasamblată cu 21 electrozi cu grosime redusă a electrodului; - Mărimea 38-42cm & 42-46cm; - Lavabilă - da; - Cu conector conector db25 "tata", compatibil cu EEG-urile Natus; - Cu curelură pentru fixare	CUEL41S + CUEL44S, SEIEMG - Italia, Căciuliță EEG p/u copii (roz, albastru deschis) - Cantitate: set din două căciulițe (roz & albastru deschis); - Căciuliță EEG preasamblată cu 21 electrozi cu grosime redusă a electrodului; - Mărimea 38-42cm & 42-46cm; - Lavabilă; - Cu conector conector db25 "tata", compatibil cu EEG-urile Natus; - Cu curelură pentru fixare.	CE/ISO
33100 000-1	6	6. Cablu conector p/u căciuliță EEG (cod de referință XC-351)	XC-351	Germania	Ant-Neuro	6.Cablu conector p/u căciuliță EEG (cod de referință XC-351) - Pentru a conecta căciulițele EEG preasamblate cu 41 electrozi la sistemul de achiziție	XC-351, Ant-Neuro, Germania, Cablu conector p/u căciuliță EEG, Pentru a conecta căciulițele EEG preasamblate cu 41 electrozi la sistemul de achiziție	CE/ISO
33100 000-1 33100 000-1	8	8. Piese mașină automatizată de spălat endoscoape "Medivators ISA, Cantel Medical"	ISAKTE V12W	Italia	Steris/Cantel	8.1.Solenoid valve V17 - Rebuild Kit for Seisaev 12W 1/2; *Solenoid valve V17; *Valve - ISAKTEV 12W; * Piesă compatibilă cu mașina de spălat automatizată "Medivators ISA, Cantel Medical"	ISAKTEV12W / Rebuild Kit for Seisaev 12W 1/2; *Solenoid valve V17; Piesă compatibilă cu mașina de spălat automat pentru endoscoape, „Medivators ISA, Steris/Cantel".	CE/ISO
33100 000-1	8	8. Piese mașină automatizată de spălat endoscoape "Medivators ISA, Cantel Medical"	SS400594 4	Italia	Steris/Cantel	8.2.Solenoid valve V3 - Valva de drenare; H22*Solenoid valve V3; *SEISAEV12WT; * Piesă compatibilă cu mașina de spălat automatizată "Medivators ISA, Cantel Medical".	SS4005944, Solenoid valve V3 - Valva de drenare; înlocuit la SEISAEV12WT; * Piesă compatibilă cu mașina de spălat automatizată "Medivators ISA, Steris / Cantel".	CE/ISO
33100 000-1	8	8. Piese mașină automatizată de spălat endoscoape "Medivators ISA, Cantel Medical"	ISAKITP M	Italia	Steris/Cantel	8.3.Kit de mentenanță anual - * Înlocuire KIT De mentenanta anula, inclusiv lucrarile de inlocuire si calibrare; Condiții: * Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat; * Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; * Se va prezenta lista cu toate componentele ce intră în setul kitului de mentenanță; *Termen de executare a lucrărilor - maxim 15 zile de la semnarea contractului; * Piesa / piesele să fie compatibile cu masina de spălare și dezinfecție endoscoape "Medivators ISA, Cantel"; Garanție: *Minim 6 luni pentru piesele montate.	ISAKITPM, Kit de mentenanță anual, inclusiv lucrarile de inlocuire si calibrare; Lucrările vor fi efectuate de un specialist instruit și autorizat; Ca rezultat al lucrărilor executate va fi emis un raport / act ce indică starea și funcționalitatea dispozitivului; Se va prezenta lista cu toate componentele ce intră în setul kitului de mentenanță in momentul instalarii; Termen de executare a lucrărilor - maxim 15 zile de la semnarea contractului; Piesa / piesele să fie compatibile cu masina de spălare și dezinfecție endoscoape "Medivators ISA, Steris/Cantel"; Garanție: *Minim 6 luni pentru piesele montate	CE/ISO

33100 000-1	11	11. Consumabile p/u bronhoscop "VL3S, HugeMed"	MAJ-209	Japonia	Olympus	11.Valvă de aspirare - "Suction Button"; * Cuplare / decuplare rapidă - da; * Exemplu de referință: MAJ-209/MAJ-208; * Reutilizabilă sau de unică folosință; * Compatibilă cu bronhoscop "VL3S, HugeMed".	MAJ-209, Valvă de aspirare - "Suction Button"; * Cuplare / decuplare rapidă , de unică folosință; Compatibilă cu bronhoscop "VL3S, HugeMed".	CE/ISO
33100 000-1	14	14. Accesoriu sistem VIDEO endoscopic CV-190	MAJ-1430	Japonia	Olympus	14.Video adaptor Olympus Maj-1430 - compatibil cu sistemul imagistic video endoscopic de model CV-190.	MAJ-1430, Video adaptor Olympus - compatibil cu sistemul imagistic video endoscopic de model CV-190.	CE/ISO
33100 000-1	15	15. Piese & consumabile masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	M239897 2	Japonia	Olympus	15.1.Filtru din față - Filter Front M2398972. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător	Filtru din față - M2398972, Olympus. Inclusiv montarea.	CE/ISO
33100 000-1	15	15. Piese & consumabile masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	UV14177 7	Japonia	Olympus	15.2.Filtru ventilator - Fliter (Fan) UV141777. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător.	Filtru ventilator - Fliter (Fan) UV141777, Oympus, inclusive montarea	CE/ISO
33100 000-1	15	15. Piese & consumabile masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	UV14174 5	Japonia	Olympus	15.3.Filtru - Coarse Filter UV141745. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător.	Coarse Filter UV141745, Olympus, inclusiv montarea	CE/ISO
33100 000-1	15	15. Piese & consumabile masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	UV80143 30	Japonia	Olympus	15.4.Tub spiralat - Spiral coil tube UV8014330. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător.	Spiral coil tube UV8014330, Olympus, inclusiv montarea	CE/ISO
33100 000-1	15	15. Piese & consumabile masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	K36L	Japonia	Olympus	15.5.Lampă ultraviolet - UV Lamp compatibilă cu mașina de spălare și dezinfecare a endoscoapelor ETD4 Basic GA. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător.	UV Lamp, K36L, pentru mașina de spălare și dezinfecare a endoscoapelor ETD4 Basic GA, inclusiv montarea	CE/ISO

33100 000-1	15	15. Piese & consumabile masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	M575584 2	Japonia	Olympus	15.6.Frână antiretur - Brake non ret. Valve M5755842. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător.	Brake non ret. Valve M5755842, Olympus, inclusiv montarea	CE/ISO
33100 000-1	15	15. Piese & consumabile masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	W710878 7	Japonia	Olympus	15.7.Furtun albastru - Leak test furtun albastru. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător.	W7108787, Olympus, Leak test furtun albastru, inclusiv montarea	CE/ISO
33100 000-1	15	15. Piese & consumabile masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	W710878 6	Japonia	Olympus	15.8.Furtun roșu - Leak test furtun rosu. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător.	W7108786, Olympus, Leak test furtun rosu, inclusiv montarea	CE/ISO
33100 000-1	15	15. Piese & consumabile masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	2 Tip I + 1Tip 2	Japonia	Olympus	15.9.Conector endoscop - Conectoare endoscop (2 Tip I + 1Tip 2). Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător.	Conectoare endoscop (2 Tip I + 1Tip 2), inclusiv montarea	CE/ISO
33100 000-1	15	15. Piese & consumabile masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	1x Tip1 + 1x Tip2 + 1x Tip3	Japonia	Olympus	15.10.Set de garnituri - Seturi de garnituri p/u conector (1x Tip1 + 1x Tip2 + 1x Tip3). Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător.	Seturi de garnituri p/u conector (1x Tip1 + 1x Tip2 + 1x Tip3), Olympus, inclusiv montarea	CE/ISO
33100 000-1	15	15. Piese & consumabile masină de spălat endoscoape "ETD4, Olympus"	O-Ring LT	Japonia	Olympus	15.11.Garnituri - O-Ring de la LT. Montare: de către operatorul economic desemnat câștigător.	O-Ring LT, garnituri, Olympus, inclusiv montarea	CE/ISO
33100 000-1	25	25. Piese sursă de lumină optică "CLV-190, Olympus"	MAJ- 1817	Japonia	Olympus	25.Lampă xenon - Piesă - Xenon lamp MAJ-1817; Compatibilitate: piesă sursă compatibilă cu sursa de lumină "CLV-190, Olympus"; Termen efectiv de	MAJ-1817, Olympus Xenon lamp, inclusiv montarea. compatibilă cu sursa de lumină "CLV-190	CE/ISO

						exploatare: minim 500 ore; Construcție: ceramică & metal; Putere: cel puțin 300W; Cod de referință: 159-00-302917500.		
33100 000-1	26	26. Piesă pendant suspendat de tavan "AYM-PEN-C-MI, Mersin AYMED Medikal"	SDA 25x15-S	China	AirTAC	26.Cilindru pneumatic p/u sistemul de blocare a brațului flexibil - Piesă - SDA 25x15-s, AirTAC / exp flex; Compatibilitate: piesă compatibilă cu pendant suspendat de tavan "AYM-PEN-C-MI, Mersin AYMED Medikal"; Presiune de lucru: 0.05-1.0 Mpa; Conexiune: fittinguri de cuplare rapidă, minim 2; Carcasă: aluminiu / metal	26.Cilindru pneumatic p/u sistemul de blocare a brațului flexibil - Piesă - SDA 25x15-s, AirTAC / exp flex; Compatibilitate: piesă compatibilă cu pendant suspendat de tavan "AYM-PEN-C-MI, Mersin AYMED Medikal"; Presiune de lucru: 0.05-1.0 Mpa; Conexiune: fittinguri de cuplare rapidă, minim 2; Carcasă: aluminiu / metal	CE/ISO
33100 000-1	28	28. Piesă fotostimulator EEG "Quantum, Natus Medical"	003771	SUA	Natus	28.Fir de alimentare fotostimulator - fir de alimentare fotostimulator EEG "Quantum, Natus Medical"; *Cod de referință: NTS-003771; *Cu conectori specializați pe ambele părți; *Lungime: minim 2 metri.	003771, Interface Cable for LED Photoc Stimulator, Natus, fir de alimentare fotostimulator EEG "Quantum, Natus Medical	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**