

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației			LP nr.ocds-b3wdp1-MD-1742569531039					Data: „24” 04 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)						Pagina: din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33100 000-1	10	Autoclav 100 l cu încălzire orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum	Autoclav 100 l cu încălzire orizontală (oțel AISI 316L) cu ciclu de vacuum	XG1.UCD-100S (M1)	China	Shinva Medical Instrument co., LTD	Descriere: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încălzitor orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel AISI 316L. Parametri/Specificația Încălzire orizontală Încălzirea și scoaterea cassetelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a cassetelor nesterile și zona sterilă2 uși Possibilitatea de blocarea a unei uși în caz de necesitate Construcția interioară din oțel AISI 316L Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire obligatoriu Alarme acustică, vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Regimuri de sterilizare presetate: 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare doritobligatoriu Control electronicMicroprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată până la scăderea sfârșitul procesului de sterilizare obligatoriu Suprafața exterioară nu se încălzească Imprimantă termicăobligatoriu Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, imprimarea rezultatelor răcire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură diagonală minim 115 - 134 grade C Precizie temperatură: 2°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizareobligatoriu Apă necesară pentru procesul de autoclavare să fie filtrată prin sistem de filtrare automatizat cu auto generarea (curățare) a filtrelorobligatoriu dedurizare a apei cu min. 2 nivele de filtrare, sa se indice modelul oferit să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni Inregistrator date obligatoriu Tip date imprimate pe hârtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	Conform anexei Nr.1 la specificația tehnică	ISO, CE, DoC, Numar de inregistrare RSDM: DM000819146

Semnat: 24 04 2025 Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: Director _____
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: 6, Vasile Lupu, Durlști, Republica Moldova _____