

Specificații tehnice (Anexa nr. 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		Licitatie Deschisa nr. ocds-b3wdp1-MD-1751459577196 / 21442993					Data: 24.07.2025		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată de reagenți de laborator și alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2026					Lot: _____		Pagina: _din_
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7		8
33100000-1	13	IgG-celule acoperite	IgG-celule acoperite	Checkcell (cod: 0002225)	USA	Immucor Inc	<p>Destinație: pentru confirmarea și validarea rezultatelor negative în testul antiglobulinic. Proprietăți: Suspensie eritocitară: a) de grup sanguin 0; b) sensibilizate (acoperite) cu IgG; c) concentrație – cuprinsă între 2% și 5%. d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de până la 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (nume, număr de lot, numărul de serie, termenul de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a flaconului. Termen valabilitate cel puțin 60 de zile de la data producerii. -Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; -prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; -confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 50% (30 zile) din termenul total de valabilitate a acestuia.</p>	<p>Destinație: pentru confirmarea și validarea rezultatelor negative în testul antiglobulinic. Proprietăți: Suspensie eritocitară: a) de grup sanguin 0; b) sensibilizate (acoperite) cu IgG; c) concentrație – cuprinsă între 2% și 5%. d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii. Forma de ambalare: Flacoane de până la 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (nume, număr de lot, numărul de serie, termenul de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a flaconului. Termen valabilitate cel puțin 60 de zile de la data producerii. -Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; -prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; -confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 50% (30 zile) din termenul total de valabilitate a acestuia.</p>	CE/Dec. of Conf. Nr AMDM DM000275215

3310000-1	20	Panel eritrocitar din 3 celule - test (set) (006030)	Panel eritrocitar din 3 celule - test (set) (006030)	Panoscreen Cw III, (cod: 0002377)	USA	Immucor Inc	<p>Destinație: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa scrining a sîngelui donat, prin metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a) soluție stabilizată de grupa O cu cantitate minimă obligatorie de antigeni principali: D, C, E, c, e, Cw, K, k, Kpa, Kpb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb și altele.</p> <p>b) reactivitate și specificitate -reacția clară a reagenților selectați cu antigenele eritrocitare corespunzătoare.</p> <p>c) aspect - lichidul supernatant nu are semne de hemoliză sau opalescență la inspecția vizuală.</p> <p>d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii.</p> <p>Forma de ambalare:</p> <p>Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (nume, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărui component al setului.</p> <p>Termen valabilitate cel puțin 60 de zile de la data producerii.</p> <p>-Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM;</p> <p>-prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>-confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>-confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 50% (30 zile) din termenul total de valabilitate a acestuia.</p>	<p>Destinație: pentru detectarea anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa scrining a sîngelui donat, prin metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a) soluție stabilizată de grupa O cu cantitate minimă obligatorie de antigeni principali: D, C, E, c, e, Cw, K, k, Kpa, Kpb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb și altele.</p> <p>b) reactivitate și specificitate -reacția clară a reagenților selectați cu antigenele eritrocitare corespunzătoare.</p> <p>c) aspect - lichidul supernatant nu are semne de hemoliză sau opalescență la inspecția vizuală.</p> <p>d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii.</p> <p>Forma de ambalare:</p> <p>Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (nume, număr de lot, numărul de serie, termenele de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărui component al setului.</p> <p>Termen valabilitate cel puțin 60 de zile de la data producerii.</p> <p>-Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM;</p> <p>-prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>-confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>-confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 50% (30 zile) din termenul total de valabilitate a acestuia.</p>	CE/Dec. of Conf. Nr AMDM DM000735684□
-----------	----	--	--	-----------------------------------	-----	-------------	--	--	---

33100000-1	21	Panel eritrocitar din 10 celule - test	Panel eritrocitar din 10 celule - test	Panocell 10 (cod: 0003032)	USA	Immucor Inc	<p>Destinație: pentru identificarea anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa screening a singelui donat, prin metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a) soluție stabilizată de grupa O cu cantitate minimă obligatorie de antigeni principali: D, C, E, c, e, Cw, K, k, Kpa, Kpb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb și altele.</p> <p>b) reactivitate și specificitate -reacția clară a reagenților selectați cu antigenele eritrocitare corespunzătoare.</p> <p>c) aspect - lichidul supernatant nu are semne de hemoliză sau opalescență la inspecția vizuală.</p> <p>d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii.</p> <p>Forma de ambalare:</p> <p>Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (nume, număr de lot, numărul de serie, termenul de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărui component al setului.</p> <p>Termen valabilitate cel puțin 60 de zile de la data producerii.</p> <p>-Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM;</p> <p>-prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>-confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>-confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 50% (30 zile) din termenul total de valabilitate a acestuia.</p>	<p>Destinație: pentru identificarea anticorpilor antieritrocitari iregulari la etapa screening a singelui donat, prin metoda în tub.</p> <p>Proprietăți:</p> <p>a) soluție stabilizată de grupa O cu cantitate minimă obligatorie de antigeni principali: D, C, E, c, e, Cw, K, k, Kpa, Kpb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Lea, Leb și altele.</p> <p>b) reactivitate și specificitate -reacția clară a reagenților selectați cu antigenele eritrocitare corespunzătoare.</p> <p>c) aspect - lichidul supernatant nu are semne de hemoliză sau opalescență la inspecția vizuală.</p> <p>d) stabilitate reactivitate și specificitate produs pe o perioadă de cel puțin 60 de zile de la data producerii.</p> <p>Forma de ambalare:</p> <p>Flacoane de 10 ml, livrate în ambalaje sigure, marcate și etichetate de către producător cu informații (nume, număr de lot, numărul de serie, termenul de valabilitate, condiții de depozitare). Datele de identificare afișate pe cutie vor coincide cu eticheta obligatorie a fiecărui component al setului.</p> <p>Termen valabilitate cel puțin 60 de zile de la data producerii.</p> <p>-Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM;</p> <p>-prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;</p> <p>-confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă;</p> <p>-confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 50% (30 zile) din termenul total de valabilitate a acestuia.</p>	CE/Dec. of Conf. Nr AMDM DM000735678 □
------------	----	--	--	--------------------------------------	-----	--------------------	---	---	--

Semnat : _____ Numele, Prenumele: **Andrei Talpis** in calitate de **Administrator**

Ofertantul: S.C. "ZETICON" S.R.L. - Adresa: **Bulevardul Moscova 9/5, of. 49, Chisinau, Rep. Moldova**

