

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741003195812 din 12 mart 2025, 14:10 - 24 mart 2025, 9:00

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanța și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2025

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
		1	2	3	4	5	6	7	
		Bunuri/servicii							
12	5040000 0-9	LOTUL 12 Servicii de mentenanță și deservire tehnică, piese de schimb, consumabile pentru instalația producătoare de oxigen medical OGP 23 PM 4000H	-	-	-	<p>Mentenanța lunară conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Certificat de studii de la producătorii Atlas Copco. Certificat de la producător privind eliberarea cheilor de acces în sistemul electronic de comandă a generatorului de oxigen. Piese:</p> <p>1. Pentru compresorul ZT 30 - Kit service PM (C)– 1 set. Kit service Rurja EWD330M- 1 set. Ulei ROTO-Z (20 L) - 1 buc.</p> <p>2. Pentru uscator FD 140 VSD - Kit 16000 H - 1set</p> <p>3. Pentru linia de filtrare :</p> <p>- Kit service PDp130+ Automatic drain kit – 1 set</p> <p>- Kit service PDp 20+ Automatic drain kit - 1 set</p> <p>- Kit service EWD 50- 1 set</p> <p>4. Pentru Generatorul O23 – Kit 16 000 H – 1 set.</p>	<p>Mentenanța lunară conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Certificat de studii de la producătorii Atlas Copco. Certificat de la producător privind eliberarea cheilor de acces în sistemul electronic de comandă a generatorului de oxigen.</p> <p>Servicii de mentenanța a instalației producătoare de oxigen medical OGP 23 PM 16000H (C)</p> <p>Piese:</p> <p>1. Pentru compresorul ZT 30 (API796522)</p> <p>- Kit service PM (C) – 1 set. – 2901188300.</p> <p>- Kit service Rurja EWD330M- 1 set. - 2901063320.</p> <p>- Ulei ROTO-Z (20 L) - 1 buc. – 2908850101.</p> <p>2. Pentru uscator FD 140 VSD (ITJ36428)</p> <p>- Kit 16000 H -1set – 2200902017.</p> <p>3. Pentru linia de filtrare :</p> <p>- Kit service PDp130+ Automatic drain kit – 1 set – 2901300106.</p> <p>- Kit service PDp 20+ Automatic drain kit - 1 set – 2901300102.</p> <p>- Kit service EWD 50- 1 set – 2901067300.</p> <p>4. Pentru Generatorul O23 (NLY102260)</p> <p>– Kit 16 000 H – 1 set. – 2904500281.</p> <p>Servicii de deservire tehnica a instalației producătoare de oxigen medical OGP 23</p>	-	

17	5040000 0-9	LOTUL 17 Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru autoclavul BKQ-2300H	-	-	-	Profilaxia lunară a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore	Profilaxia lunară a dispozitivului conform manualului de utilizare- Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore	-
----	----------------	--	---	---	---	---	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**