



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,  
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-4003 din "12" 11 2021

**OE participanți la procedura de achiziție  
IMSP SCR „Timofei Moșneaga”**

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1623402250808 privind achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021, Vă comunică decizia din 12.11.2021 cu privire la evaluarea ofertelor, emisă în conformitate cu prevederile pct. 6.1 din FDA (fișa de date a achiziției), după cum urmează:

- ofertele câștigătoare conform Anexei nr. 1;
- ofertele respinse/descalificate conform motivelor din Anexa nr. 2;
- loturile anulate conform temerilor statuate în Legea nr. 131/2015 din Anexa nr. 3.

Pentru loturile neacoperite se va iniția o procedură de achiziție nouă, doar în urma revederii specificațiilor tehnice și a sumelor estimative de către IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 ”privind achizițiile publice” – ”contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare”.

Astfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat pentru ofertele câștigătoare începând cu data de 29.11.2021, iar numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare.

**Cu respect,**

**Director adjunct**

**Ala GOJAN**

Anexa nr. 1

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor/lu crărilor solicitate	Unit. de măsur.	Cant. actuală	Suma din Sistem	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model / Țara de origine/ Producător	Ofertant
1	Termostat de laborator 200 – 300	buc	1	19,700.00	19,700.00	23,640.00	19,700.00	23,640.00	BJPX-H270/ China/ Biobase	DataControl SRL
2	Termostat de laborator 80 – 100 l	buc	2	23,420.00	11,710.00	14,052.00	23,420.00	28,104.00	BJPX-H80/ China/ Biobase	DataControl SRL
3	Spectrofotometru pentru laborator	buc	4	136,000.00	34,000.00	40,800.00	136,000.00	163,200.00	SP880/ Taiwan/ Metertech	DAC-Spectromed SRL
4	Centrifugă de laborator (12 tuburi)	buc	2	74,000.00	37,000.00	44,400.00	74,000.00	88,800.00	DM0636/ China/ Dlab	DAC-Spectromed SRL
8	Frigider pentru reactivi 500-700l	buc	3	143,400.00	47,800.00	57,360.00	143,400.00	172,080.00	YC-525L/ China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Pharmony SRL
11	Cântar de laborator, analitic	buc	1	15,450.00	15,450.00	18,540.00	15,450.00	18,540.00	ALN 220/0.0001g/ Polonia/ Axis	Ecochimie SRL
15	Agitator roller	buc	2	15,400.00	7,700.00	9,240.00	15,400.00	18,480.00	MX-T6-Pro/ China/ Dlab	DAC-Spectromed SRL
16	Microscop de laborator binocular cu 4 obiective	buc	2	51,540.00	25,770.00	30,924.00	51,540.00	61,848.00	iScope IS.1152-Pli/ Olanda/ Euromex	DataControl SRL
17	Microscop de laborator binocular cu 3 obiective	buc	2	51,540.00	25,770.00	30,924.00	51,540.00	61,848.00	iScope IS.1152-Pli/ Olanda/ Euromex	DataControl SRL
18	Sistem agitare plachete (incubator + agitator)	buc	1	93,852.50	93,852.50	112,623.00	93,852.50	112,623.00	PN150 cu PS 54/ Nuve/ Turcia	GBG-MLD SRL
19	Coagulometru semi-automat	buc	2						Coatron X Top (81 101 40) + PT-300teste (A0230-100) + APTT - 20 teste ( A0300-050) + Fbg - 300 teste (A0511-050 + A0590-125 ) + TT 100 teste ( A0401-020 + D-dimer 100 teste (D2020-005) + controale si calibratori (P6001-010 + P6101 - 010 + P8001-010)/ Germania/ TECO Medical Instruments Production and Trading GmbH	Sanmedico SRL
20	Debimetru tip Bobrov	buc	50	12,960.00	6,480.00	7,776.00	12,960.00	15,552.00	FM20.31/ Turcia/ Inspital	Edelmed SRL

21	Sistem de vacuum	buc	17	212,500.00	12,500.00	15,000.00	212,500.00	255,000.00	Aspirator secretii organice VACVAC Tip RVTM3, conex DIN Ref.19026- 1 buc Filtru antibactericid Ref.11813 - 2 buc Vas collector secretii organice 1 litru Tip BO1, Ref.15021 - 2 buc Adaptor bara accesorii Tip TM, Ref. 11949 - 2 buc Vacuum stop (robinet) Ref.16612 - 2 buc Furtun silicon d=7x13mm L=1,5 m, Ref.16916 - 2 buc/ Franta/ Technologie Medicale	DataControl SRL
22	Butelie oxigen 2 litri	buc	2	21,920.00	10,960.00	13,152.00	21,920.00	26,304.00	0808907+021700/ Grecia/ Mbiak	DataControl SRL
23	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	buc	17	202,980.00	11,940.00	14,328.00	202,980.00	243,576.00	03,41140,521+03,42013,621 + 03,42013,651/ K A W E/ Germania	GBG-MLD SRL
24	Butelie de oxigen 5 litri	buc	5	51,600.00	10,320.00	12,384.00	51,600.00	61,920.00	0808909/ Grecia/ Mbiak	DataControl SRL
28	Laringoscop neonatal cu fibra optica, LED	buc	2	20,840.00	10,420.00	12,504.00	20,840.00	25,008.00	0,41140,521+03,49023,591- 03,49023,611/ K A W E/ Germania	GBG-MLD SRL
29	Laringoscop adult pentru intubații dificile	buc	1	19,595.00	19,595.00	23,514.00	19,595.00	23,514.00	0,41140,521+03,49023,591- 03,49023,611/ K A W E/ Germania	GBG-MLD SRL
30	UPS 2 KW tip tower	buc	3	43,500.00	14,500.00	17,400.00	43,500.00	52,200.00	MAC 2000/ Taiwan/ Powercom	Edelmed SRL
32	Troliu ecoendoscopic cu colonoscop 2 buc și duadenoscop 1 buc	buc	1	2,461,750.00	2,461,750.00	2,954,100.00	2,461,750.00	2,954,100.00	Evis X1CV-1500 (EVIS-XI) + CF - EZ1500DL + CF-H1851 + X24-E + TC-C4 + Endostratus Irrigation + Endostratus CO2 + T1F-Q190V/ Japonia/ Olympus	DataControl SRL
33	Dispozitiv pentru reprocessarea automată a sistemelor de endoscopie	buc	2	516,000.00	258,000.00	309,600.00	516,000.00	619,200.00	MED-ISA/ Italia/ Cantel	DataControl SRL
34	Lampă cu fantă, ocular 10x	buc	2	733,444.80	366,722.40	440,066.88	733,444.80	880,133.76	ZEISS Slit Lamp SL 120/ Carl Zeiss/ Germania	Denolga Medical SRL
35	Autorefractokeratometr u	buc	1	362,455.50	362,455.50	434,946.60	362,455.50	434,946.60	VISUREF 150 / Carl Zeiss/ Germania	Denolga Medical SRL
36	Perimetru computerizat	buc	1	672,500.00	672,500.00	807,000.00	672,500.00	807,000.00	Twinfield 2 / Germania/ OCULUS Optikgerate GmbH	AG Medical SRL
37	Set lentile pentru corecție aeriană optică cu Montură	buc	3	48,000.00	16,000.00	19,200.00	48,000.00	57,600.00	BR-260- lentile TF-4- montura/ Polonia/ MDT	DataControl SRL
38	Lentila Goldman	buc	3	24,471.00	8,157.00	9,788.40	24,471.00	29,365.20	VG3/SUA/ Volk Optical Inc.	DataControl SRL

39	Lentila Volk 20D	buc	1	5,800.00	5,800.00	6,960.00	5,800.00	6,960.00	6,960.00	V20LC/SUA/ Volk Optical Inc.	DataControl SRL
40	Lentila Volk 78D	buc	3	16,800.00	5,600.00	6,720.00	16,800.00	6,720.00	20,160.00	V78C/SUA/ Volk Optical Inc.	DataControl SRL
41	Lentila Volk 90D	buc	1	5,800.00	5,800.00	6,960.00	5,800.00	6,960.00	6,960.00	V90C/SUA/ Volk Optical Inc.	DataControl SRL
45	Sistem optic pentru vizualizarea fundului de ochi în operații de vitrectomie compatibil cu microscopul OPMI Lumera i și filtru laser.	buc	1	542,021.40	542,021.40	650,425.68	542,021.40	650,425.68	650,425.68	BIOM (focalizare motorizata) 54320+55403+54176+55420+55180+54580+5363+54889+54885+54881+54898+54905+BG06064/ OCULUS Optikgerate GmbH	Dita EstFarm SRL
46	Criocoaagulator cu accesorii	buc	1	348,000.00	348,000.00	417,600.00	348,000.00	417,600.00	417,600.00	Cryomatic MK II, ref: 2509-P-1010/ Marea Britanie/ keeler	DataControl SRL
48	Sistem compact, automat, computerizat, pentru chirurgia vitreo-retiniană și a polului anterior ocular	buc	1	2,097,998.00	2,097,998.00	2,517,597.60	2,097,998.00	2,517,597.60	2,517,597.60	Sistem compact automat computerizat Constellation LXT CR5/ SUA/ Alcon	Tetis International SRL
49	Rectoscop pentru examinare cu instrumentariu	buc	1	269,500.00	269,500.00	323,400.00	269,500.00	323,400.00	323,400.00	24916k (1buc)/ 24910K (2buc)/ 24911K (1buc)/ 24912K (1 buc)/ 24956K ( 1buc)/ 24954KK (1buc)/ 24931NK (1buc)/ 24920K (1buc)/ 25215 (2buc)/ 40924 (1buc)/ 40924B (1buc)/ 031123-10 (1 set)/ 30804 (1buc)/ 24514 (1buc)/ 25227 (1buc)/ 25214 (1buc)/ 37470DB (1buc)/ 26005M (1buc)/ 34351B (1buc)/ 20161201 (1buc)/ 495NA (1buc)/ 24960 (3buc)/ UG910 (1buc)/ UG821 (1buc)/ UG820 (1buc)/ Karl Storz/ Germania	Denolga Medical SRL
50	Aspirator chirurgical mobil de putere înaltă	buc	5	68,000.00	13,600.00	16,320.00	68,000.00	16,320.00	81,600.00	SA0IHT/ Turcia/ Elmaslar	Dutchmed-M SRL
52	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate	buc	5	1,060,450.00	212,090.00	254,508.00	1,060,450.00	254,508.00	1,272,540.00	ARC-350/ BOWA Medical/ Germania	GBG-MLD SRL
53	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat urologic)	buc	1	212,090.00	212,090.00	254,508.00	212,090.00	254,508.00	254,508.00	ARC-350/ BOWA Medical/ Germania	GBG-MLD SRL

54	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator specializat cardiologic)	buc	1	214,484.00	214,484.00	257,380.80	214,484.00	257,380.80	214,484.00	257,380.80	ARC-350/ BOWA Medical/ Germania	GBG-MLD SRL
55	Coagulator multifunctional pentru sudarea țeșturilor ( cu argon)	buc	1	846,240.00	846,240.00	1,015,488.00	846,240.00	1,015,488.00	846,240.00	1,015,488.00	MAXIUM/ Germania/ KLS Martin	DataControl SRL
56	Ochelari cardiochirurgicali cu lupe prismatice de marire 3,5 (cardio)	buc	4	306,663.64	76,665.91	91,999.09	306,663.64	367,996.36			HDL 3.5 Prism/ SUA/ Orascopic	Biosistem-MLD SRL
57	Sistem de iluminare scialitic mobil	buc	4	292,000.00	73,000.00	87,600.00	292,000.00	350,400.00			Luckystar LE528 / China/ VG Medical Technology	Ancotec-Sistem SRL
60	Defibrilator cu monitorizare ECG	buc	1	80,593.00	80,593.00	96,711.60	80,593.00	96,711.60			BeneHeart D3/ China/ Mindray	Dutchmed-M SRL
61	Microscop chirurgical ORL	buc	1	2,428,767.00	2,428,767.00	2,914,520.40	2,428,767.00	2,914,520.40			TIVATO 700/ Carl Zeiss/ Germania	Denolga Medical SRL
62	Laser chirurgical	buc	1	630,000.00	630,000.00	756,000.00	630,000.00	756,000.00			Leonardo Dual 45 + FUMOVAV 700 + Fiber cooling device Pump DP30 + 503200250 GLC 0180 gas cooled / air cooled fibers for endoscopic procedures: 3x3 hours usage times + 503201921 Bare Fiber 600 micron; Reusable, Flat tip; 10x1 hour usage times + 400100115& 400100130 Stripper and Ceramic cleaver to prepare fiber tip of reusable Bare Fibers : tool set/ Germania (fabrica in Letonia)/ Biolitec (Ceram Optec)	Medpunkt SRL
63	Compresor de aer	buc	1	21,500.00	21,500.00	25,800.00	21,500.00	25,800.00			LMO 50-270/ Polonia/ Airpress	DataControl SRL
64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	buc	2	900,000.00	450,000.00	540,000.00	900,000.00	1,080,000.00			DS610/ISL/ Italia/ Steelco	Pharmony SRL
65	Microscop	buc	5	463,085.15	92,617.03	111,140.44	463,085.15	555,702.20			DM 1000 LED / China/ Leica	Medist Grup SRL
66	Microscop automat	buc	1	393,149.00	393,149.00	471,778.80	393,149.00	471,778.80			DM 3000 / China/ Leica	Medist Grup SRL
67	Stație completă pentru includere în parafina	buc	1	274,981.11	274,981.11	329,977.33	274,981.11	329,977.33			Arcadia / China/ Leica	Medist Grup SRL
68	Histoprosesor automat vertical	buc	1	578,350.00	578,350.00	694,020.00	578,350.00	694,020.00			Histocore Pearl / China/ Leica	Medist Grup SRL

69	Dispozitiv de încălzire a pacientului	buc	2	54,340.00	27,170.00	32,604.00	54,340.00	65,208.00	Warm Touch 5016000/ SUA/ Medtronic	Oxivit-Med SRL
72	Ultrasonograf General performanță înaltă (EXPERT),	buc	1	1,180,000.00	1,180,000.00	1,416,000.00	1,180,000.00	1,416,000.00	Arietta 65 / Japonia/ Fujifilm (Hitachi)	DataControl SRL
74	Autoclav pentru deseuri medicale cu maruntitor incorporat	buc	1	1,830,000.00	1,830,000.00	2,196,000.00	1,830,000.00	2,196,000.00	Steriflash ST200/ Spania/ Equipos e Reciclado Biologico (Comtem)	Ancotec-Sistem SRL
75	Laser	buc								
75	Laser foto coa gula tor oftalmologic 532 nm portabil cu lamă pă cu fantă și	buc	1	1,049,995.00	1,049,995.00	1,259,994.00	1,049,995.00	1,259,994.00	PUREPOINT LASER SYSTEM + SL1000 slit lamp + Slit lamp Advanced Adaptation + PUREPOINT LIO + accesorii/ SUA/ Alcon	Tetis International SRL
75	Laser foto coa gula tor oftalmologic 532 nm portabil cu lamă pă	buc	1	1,049,995.00	1,049,995.00			0.00		Tetis International SRL



Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unit. de măsur.	Cant.	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model / Tara de origine/ Producător	Ofertant	Ofertanții respinși/descalificați
3	Spectrofotometru pentru laborator	buc	4	120000	144000	BK-UV1000/China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	Nu s-au prezentat clarificările solicitate. Este inclus în lista de interdicție.
4	Centrifugă de laborator (12 tuburi)	buc	2	42240	50688	EBA 200/Hettich/ Germania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde. Rotor solicitat: basculant pentru 12 eprubete, oferit fix pentru 8 eprubete
4	Centrifugă de laborator (12 tuburi)	buc	2	43620	52344	BKC-TL6 with angle rotor 12*10ml / China/ Biobase	DataControl SRL	Nu corespunde. Rotor solicitat: basculant, oferit fix. Capac fără cale de acces pentru verificări periodice
5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	buc	2	54000	64800	BKC-TL5VII + 24 x 10mL Angle Rotor / China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	Anulare lot Nu corespunde. Viteză solicitată 1000-6000, oferit max 5000. Capac fără cale de acces pentru verificări periodice. Rotor solicitat basculant, oferit fix.
5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	buc	2	94000	112800	DM0636/ China/ DLAB	Profilabdiagnostic SRL	Nu corespunde. Rotor solicitat: basculant pentru 48 eprubete, oferit fix pentru 30 eprubete.
5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	buc	2	98160	117792	BKC-TL5LII with swing rotor 4*750ml and adapter 4*12*10ml / China/ Biobase	DataControl SRL	Nu corespunde. Viteză solicitată 1000-6000, oferit max 5500. Capac fără cale de acces pentru verificări periodice.
5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	buc	2	231870	278244	Rotina 380/Hettich/ Germania	GBG-MLD SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
6	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	buc	1	9335	11202	MSC-6000/ Biosan/ Lituania	GBG-MLD SRL	Anulare lot: Divergențe: Timer solicitat 10s-60min, oferit 1s-30min.
6	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	buc	1	12810	15372	D2012 Plus / China/ Biobase	DataControl SRL	Nu corespunde.Timer solicitat 10s-60min, oferit 30s-99min
6	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	buc	1	14000	16800	D2012 Plus/ China/ Diab	DAC-Spectromed SRL	Nu corespunde.Timer solicitat 10s-60min, oferit 30s-99min
7	Amplificator PCR	buc	1	177255	212706	VeritiPro/ - / Singapore	GBG-MLD SRL	Anulare lot: Nu corespunde. Temperatura capacului: solicitat 37-110C, oferit 105 C Omogenitate temperatura: solicitat ±0.2C, oferit ±0.25C
7	Amplificator PCR	buc	1	391800	470160	FQD-96C / China/ Biobase	DataControl SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
7	Amplificator PCR	buc	1	543950	652740	LC96/ Eiveția/ Roche Diagnostic	BECOR SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata



8	Frigider pentru reactivi 500-700l	buc	3	32063.49	38476.2	s	InoxPlus SRL	Nu corespunde. Solicitat: mobil, oferit staționar, solicitat cu sertare, oferit cu polițe
8	Frigider pentru reactivi 500-700l	buc	3	113340	136008	Rusia/ Polair	DataControl SRL	Nu corespunde. Solicitat: lățime <80 cm, oferit 120 cm, solicitat cu sertare, oferit cu polițe
8	Frigider pentru reactivi 500-700l	buc	3	140610	168732	China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	Este în lista de interdicție. Nu corespunde. Solicitat: lățime <80 cm, oferit 120 cm, solicitat cu sertare, oferit cu polițe
9	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	buc	2	29925.92	35911.1	BPR-5V588 (220V, 50/60HZ) / China/ Biobase	InoxPlus SRL	Anulare lot: Nu corespunde. Solicitat: mobil, oferit staționar, solicitat cu sertare, oferit cu polițe
9	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	buc	2	134140	160968	Rusia/ Polair	DataControl SRL	Nu corespunde. Solicitat: lățime <160 cm, oferit 180 cm, solicitat cu sertare, oferit cu polițe
9	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	buc	2	142800	171360	BPR-5V1000 (220V, 50/60HZ) / China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	Este în lista de interdicție. Nu corespunde. Solicitat: adâncime <80 cm, oferit 86 cm, solicitat cu sertare, oferit cu polițe
9	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	buc	2	179800	215760	YC-1015L/ China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Pharmony SRL	Nu corespunde. Solicitat: adâncime <80 cm, oferit 90 cm, solicitat cu sertare, oferit cu polițe
9	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	buc	2	278000	333600	YC-1015L/ China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Polisano Prim SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
10	Cântar de laborator	buc	2	17800	21360	ATA520/ Polonia/ Axis	Ecochimie SRL	Anulare lot: Divergențe: Cerut domeniului de masura 0-600g, oferit maxim 520g. Cerut dimensiuni platan: 130 - 150mm, oferit 115mm.
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	buc	1	21435	25722	VT 306/ VESTFROST SOLUTIONS/ Danemarca	GBG-MLD SRL	Anulare lot: Nu corespunde. Cerut configurație vertical, cu încărcare orizontală, oferit orizontal, cu încărcare verticală. Cerut număr de sertare : ≥ 6 buc, oferit 1. Nu are conexiune USB. Cerut alarme pentru ușa deschisă, lipsa curentului electric, Lipsesc. Cerut baterie internă pentru min. 48 ore, Lipssește. Cerut domeniului de temperatură -20 .. -30°C, oferit -25 .. -45°C. Lipssește certificat CE sau declarația de conformitate.

12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	buc	1	33670	40404	BDF-40V228 / China/ Biobase	DataControl SRL	Nu corespunde. Cerut număr sertare: $\geq 6$ buc, oferit 6 polițe. Cerut domeniu de temperatură -20 .. -30°C, oferit -30 .. -40°C. Oferta companiei FCPC "DataControl" SRL nu poate fi acceptată, deoarece reagenții care urmează a fi păstrați în congelator au temperatura de păstrare până la -30°C. Deasemenea, lipsa sertarelor crește timpul de extragere a reagenților din congelator, fapt ce duce la instabilitatea temperaturii în interiorul camerei.
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	buc	1	57240	68688	DW-40L278 / China/ Haier Medical and Laboratory Products	Triumf-Motiv SRL	Este în lista de interdicție. Nu s-au prezentat clarificările solicitate
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	buc	1	65000	78000	DW-FL270 / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Pharmony SRL	Nu corespunde cerintelor 1. S-a solicitat Capacitatea internă a camerei: 280-300 litri s-a oferit 270 litri 2. S-a solicitat Construcție interioară: oțel inoxidabil s-a oferit placă de aluminiu cu pulverizare
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	buc	1	76400	91680	LTFE 290 (DAI 1605)/ Danemarca/ Arctiko A/S	Labromed Laborator SRL	Nu corespunde. Cerut configurație vertical, cu încărcare orizontală, oferit orizontal, cu încărcare verticală. Nu are conexiune USB. Nu are alarme pentru ușa deschisă și lipsa curentului electric. Cerut baterie internă pentru min. 48 ore, Lipsește. Nu este specificat în broșură nivelul de zgomot.
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	buc	1	103000	123600	DW-FW270 / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Polisano Prim SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer)	buc	1	82010	98412	VT 098/ VESTFROST SOLUTIONS/ Danemarca	GBG-MLD SRL	Anulare lot:Divergențe: Cerut volumul camerei 50-80 l, oferit 92 l. Cerut număr polițe fixe $\geq 3$ buc, oferit 2. Cerut domeniu de temperatură -50 .. -86°C, oferit -60 .. -86°C. Temperatura de păstrare a reagenților necesară este de -85°C.
13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer)	buc	1	85000	102000	DW-HL50 / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Pharmony SRL	Nu corespunde. Cerut număr polițe fixe $\geq 3$ buc, oferit 1.
13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer)	buc	1	97650	117180	ULTF 80 (DAI 0200) / Danemarca/ Arctiko A/S	Labromed Laborator SRL	Nu corespunde. Cerut configurație verticală, cu încărcare orizontală, oferit vertical cu încărcare verticală. Nu este specificat în broșură numărul de polițe.
13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer)	buc	1	129000	154800	DW-HL50 / China/ Zhongke Meiling	Polisano Prim SRL	Nu corespunde. Cerut număr polițe fixe $\geq 3$ buc, oferit 1. Nu este specificat nivelul de zgomot.

	laborator 50-80 L(Ultra Freezer)							Cryogenics Company Ltd.			
14	Dulap de uscare	buc	3	39600	47520			BOV-V125F / China/ Biobase	DataControl SRL	Anulare lot: Divergențe: Solicitate: capacitate 80-100l, oferit 125l.	
14	Dulap de uscare	buc	3	57810	69372			FN 500P/ Nuve/ Turcia	GBG-MLD SRL	Divergențe: Solicitate: capacitate 80-100l, oferit 110l.; Nu este specificat timpul încălzire pînă la temperatura setată și circularea forțată a aerului.	
15	Agitator roller	buc	2	8580	10296			MX-T6-S/ China/ Biobase	GBG-MLD SRL	Nu corespunde. Anul producerii cerut 2021, oferit 2018. Cerut mișcare basculantă și rotativă. Oferit rotativă. Cerut viteza 10-80 rpm, oferit 0-70 rpm. Cerut mod de operare cronometric și continuu, oferit continuu.	
16	Microscop de laborator binocular cu 4 obiective	buc	2	39500	47400			Nu-i indicat in F 4.1, este catalog anexat	Echipamed-Plus SRL	2 produse în catalog. Nu este indicat modelul oferit. Oculare solicitate 10x/22, oferit 10x/18, distanța interpupilară solicitată 52-75mm, oferit 53-75mm	
17	Microscop de laborator binocular cu 3 obiective	buc	2	26860	32232			B-292 / Italia/ Optika	BECOR SRL	Nu corespunde. Unitate de alimentare: solicitat încorporată, oferit externă. Condensator: Solicitat prefocusat și precentrat, oferit focusabil și centrabil.	
17	Microscop de laborator binocular cu 3 obiective	buc	2	39500	47400			Nu-i indicat in F 4.1, este catalog anexat	Echipamed-Plus SRL	Nu este indicat modelul oferit. Oculare solicitate 10x/20, oferit 10x/18, distanța interpupilară solicitată 52-75mm, oferit 53-75mm	
18	Sistem agitare plachete (incubator + agitator)	buc	1	65000	78000			BJPX-P20-II / China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	Este în lista de interdicție. Nu corespunde. Solicitat: capacitate min 16 containere doze afereza, oferit 14, cu ecran și diagramă circulară, oferit doar LCD, 1 poliță fixă și minim 7 sertare, oferit total 7 sertare.	
20	Debimetricu tip Bobrov	buc	50	34750	41700			YX-AC-10-1 Debimetricu de oxigen cu umidificator (tip Bobrov)/ NYXEJF/ China	LifeMed Group SRL	Nu a răspuns urmare a clarificării la aspectul „distanța de la priza de O2 până la recipientul umidificator”.	
22	Butelie oxigen 2 litri	buc	2	7400	8880			BO.100.15012 + CO.100.18040/ Italia/ SAN-O-SUB Italia SRL	Labromed Laborator SRL	Nu corespunde. Lipsește conexiunea DIN.	

23	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	buc	17	88910	106692	34481+34471+34472+34473+34474+34450/ Italia/ Gima	DataControl SRL	Nu corespunde. Cerut mîner cu LED, oferit mîner cu Halogen/Xenon. Cerut trusă pentru transportare, păstrare/depozitarea și păstrarea dispozitivului și a lamelor, oferit trusă fără burete. Nu se oferă bec de rezervă solicitat. Nu este indicat încărcătorul în specificație. Nu este specificat autonomia acumulatorului. Oferta companiei FCPC "DataControl" SRL nu corespunde specificației tehnice, deoarece modelul mînerului propus în formularul F4.1 cu codul de referință 34481, conform broșurii, este mîner cu bec Xenon. Indicarea garanției becului LED nu este dovada prezenței acestuia în mînerul oferit, trebuia să indice codul de referință corespunzător. Bec de rezervă este necesar din cauza că acesta poate fi deteriorat în urma anunilor manipulații. La fel în formularul F4.1, în rubrica "modelul articolului", nu este indicat codul de referință al acumulatorului de rezervă și al stației de încărcare.
24	Butelie de oxigen 5 litri	buc	5	24950	29940	BO.100.15015 + CO.100.18041/ Italia/ SAN-O-SUB Italia SRL	Labromed Laborator SRL	Nu corespunde. Lipsește conexiunea DIN.
25	Lampă germicidă (varianta mobilă)	buc	4	12600	15120	Corp de iluminat pe suport inox 3x30/ RM Moldova/ Caravan Express SRL	Caravan Express SRL	Anulare lot: nu a fost prezentat CE
25	Lampă germicidă (varianta mobilă)	buc	4	20880	25056	OBPe-225m/ Zave/ Ucraina	GBG-MLD SRL	Nu a fost prezentat CE
25	Lampă germicidă (varianta mobilă)	buc	4	26400	31680	GL 255SM/ România/ Premium Chem Expert	Polisano Prim SRL	Nu a fost prezentat CE; Nu corespunde. Cerut număr de tuburi 3 de 30W, oferit 2 de 55W. Lipsește broșură.
26	Ultrasonograf General portabil, performanta inalta (EXPERT)	buc	1	405350	486420	DC-60 EXP X- Insight / China/ Mindray	Dutchmed-M SRL	Anulare lot: Nu corespunde. Solicitat numarul de canale digitale $\geq$ 2mil, oferit 131072; solicitat diapazon fercventa 1-18MHz, oferit 1-16MHz; lipseste placheta de analiza musculoschiletal; sistemul nu accepta traductori intra-operationale si sectoriale matriciale. Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
26	Ultrasonograf General portabil, performanta inalta (EXPERT)	buc	1	755130	906156	Logiq P9/ SUA/ Korea și Franta/ GE Healthcare in conlucrare cu GE Ultrasound Korea, GE MEDICAL SYSTEM SCS	Intermed SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
27	Ventilator pulmonar neonatal, pediatic ajustat pentru cardiocirurgia	buc	1	590285	708342	Hamilton C3/ Hamilton Medical Ag/ Elvetia	GBG-MLD SRL	Anulare lot: Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata



32	Troliu ecoendoscopic cu colonoscop 2 buc și duadenoscop 1 buc	buc	1	2400510	2880612	EPK-i7010 + EC- 3890LZI + EC34- i10M + ED34- i10T2/ Pentax Medical/ Japonia	GBG-MLD SRL	Nu corespunde. Cerut procesor imagine cu functie de 4K upscaling, oferit Full HD 1080i. Cerut configurare în limba Română, oferit limba Rusă. Nu se poate determina tehnologia autofluorescenta. Nu se poate determina în broșură reglarea Iris. Cerut ieșire semnal analogic: cel puțin VBS composite, Y/C, oferit RGB, Y/C, Video OUT, VGA. Cerut ieșire semnal digital: cel puțin 12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI, oferit HD-SDI. Nu se poate determina posibilitatea de întărire a conturilor. Videoprocesorul nu este compatibil cu videogastroscopul din instituție. Lipsește broșura videoprocesorului. Videocolonoscop HDTV cu posibilitate de focalizare continuă: Nu se poate determina calitatea imaginii, compatibilitatea cu tehnologiile. Cerut câmp de vedere minim 170 în regim normal și 160 în regim apropiat, oferit 140 în regim normal și apropiat nu este în broșură. Cerut focalizare 3 - 100mm în regim normal și 1.5 - 5.5mm în apropiat, oferit 4 - 100mm normal și apropiat nu este specificat. Nu se poate determina adâncimea câmpului vizual, mărirea în modul de vedere apropiată. Cerut minim 5 butoane pe mînerul de comandă cu funcții variabile setabile, oferit 3. Cerut diametru exterior maxim 12.8mm, oferit 13.2mm. Monitor: Nu se specifică în specificație modelul monitorului, respectiv nu se poate regăsi în broșură parametrul Troliu: Nu se specifică în broșură suportul pentru tastatură. suportul pentru 2 endoscoape. Insuflator: Nu este specificat în broșură fluxul minim de CO2, presiunea de ieșire și valva de protecție. Videoduodenoscop: Cerut direcția de vedere laterală retro 15 grade, oferit 10. Cerut capacitate de flexiune dreapta-stînga 110 - 90, oferit 105 - 90. Cerut diametru exterior 13.5mm, oferit 13.6mm.
34	Lampă cu fantă, ocular 10x	buc	2	149100	178920	BL-66A/ RedsunOptical/ China	GBG-MLD SRL	Nu corespunde. Cerut ajustare dioptrică de la -7D până la +7D, oferit ±5D. Cerut mărirea în minim 5 trepte, oferit în 2. Cerut distanța de lucru ≥60mm, oferit 50 .. 82 mm. Cerut ajustare fantei pe orizontal 0 - 14mm, oferit 0 - 9mm. Cerut ajustare fantei pe vertical 1 - 14mm, oferit 1 - 8mm. Cerut Unghiul de rotire dreapta/stanga a prisme cu fanta (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea initiala 0°, oferit 0-180. Cerut Unghiul de rotire dreapta/stanga a binocularilor (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea initiala 0°, oferit 0-180. Nu este specificat în broșură reglarea fluxului de lumină și suportul + roți.
34	Lampă cu fantă, ocular 10x	buc	2	156000	187200	S360 + AT-20 electric table/ China/ MediWorks	Medpunkt SRL	Nu corespunde. Cerut ocular 10x, oferit 12.5x. Cerut mărirea în 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x, oferit mărirea în 5 trepte: 6.3x, 10x, 16x, 25x, 40x. Nu este specificat în broșură distanța de lucru ≥60mm. Cerut ajustare unghiul de înclinare 0 - 20°, oferit 4 pași, 5°, 10°, 15°, 20°. Cerut Unghiul de rotire dreapta/stanga a prisme cu fanta (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea initiala 0°, oferit 0-180. Cerut Unghiul de rotire dreapta/stanga a binocularilor (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea initiala 0°, oferit 0-90 (Nu este specificat în broșură). Nu este specificat în broșură reglarea fluxului de lumină.

34	Lampă cu fantă, ocular 10x	buc	2	250000	300000	Z-Series, ref: 3020-P-2051/ Marea/ Britanie/ Keeler	DataControl SRL	Nu corespunde. Cerut oculare 10x, oferit 12.5x. Cerut mărire în 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x, oferit mărire în 5 trepte: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x. Nu este specificat în broșură ajustarea unghiului de înclinare, reglarea înălțimii bărbiei, reglarea fluxului de lumină, suportul.
34	Lampă cu fantă, ocular 10x	buc	2	600000	720000	Slit Lamp SL- IC4D/ Germania/ OCULUS Optikgerate GmbH	AG Medical SRL	Nu corespunde. Cerut oculare 10x, oferit 12.5x. Cerut mărire în 5 trepte: 5x, 8x, 12x, 20x, 32x, oferit mărire în 5 trepte: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x. Cerut Unghiuli de rotire dreapta/stanga a prisme cu fanta (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea initiala 0°, oferit 360° continuu. Cerut Unghiuli de rotire dreapta/stanga a binocularilor (diapazonul minim): 0° - 90°, fixarea initiala 0°, nu e specificat în broșură. Nu este specificat în broșură ajustarea unghiului de înclinare, reglarea înălțimii bărbiei, reglarea fluxului de lumină.
35	<i>Autorefractokerat ometru</i>	buc	1	84000	100800	SINGLE LTL with thermal printer/ Korea de Sud G2 Optic	Medpunkt SRL	Nu corespunde: S-a solicitat măsurările keratometrie (diapazoanele minime): putere de refracție 33.00 ~ 67.00 D, cu pasu 0.12D și 0.25D, oferă 67.50 ~ 33.75D; S-a solicitat interfețe pentru inport/export date: USB, LAN, oferă RS-232C (RX/TX), D-sub(Video out); S-a solicitat interfețe pentru inport/export date: USB, LAN, oferă RS-232C (RX/TX), D-sub(Video out); S-a solicitat măsurarea distanței interupulară: manual (20-80mm, pasu 1mm), oferă MANUAL MEASUREMENT, pag.51 (pag.56 din PDF) din "User Manual Single LTL", nu este indicat limitele de măsurări.
35	<i>Autorefractokerat ometru</i>	buc	1	98330	117996	KR-8900 / RedsunOptical/ China	GBG-MLD SRL	Nu corespunde: S-a solicitat masurarea distanței interupulară: manual (20-80mm, pasu 1mm), oferă 45-85mm, pasu 0.5mm; S-a solicitat interfețe pentru inport/export date: USB, LAN, oferă RS-232C
35	<i>Autorefractokerat ometru</i>	buc	1	224260	269112	KR-800/ TOPCON/ Japonia	Imunotehnomed SRL	Nu corespunde: Solicitam: putere de refracție 33.00 ~ 67.00 D; - Oferă: 67.50 ~ 33.75D; În ofertă nu se includ opțiunile solicitate: reglarea înălțimii bărbiei motorizată: ≥50mm; suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile
35	<i>Autorefractokerat ometru</i>	buc	1	242000	290400	ARKM-200/ Japonia/ Takagi	DataControl SRL	Nu corespunde: Solicitam: diametrul minim al pupilei 2 mm; pasul 0.12D și 0.25D; măsurarea distanței interupulară 20-80mm; interfețe pentru inport/export date: USB, LAN. - Oferă: diametrul minim al pupilei 3 / 6 mm; pasul 0.12D; măsurarea distanței interupulară 50-86mm; interfață RS-232C.
36	Perimetru computerizat	buc	1	250000	300000	AP-300 Automated Perimeter/ Polonia/ FREY	Medpunkt SRL	NU CORESPUNDE: DIAPAZONUL PE UN OCHI CERUT ESTE 0-90, OFERIT 0-80 În broșura prezentată nu se găsește: Strategii: TOP, SITA, Dinamică, Normală; Programele: Screening, Disability; Specificația pentru suport cu înălțimea reglabilă electric și 4 roți blocabile (AT-20);

39	Lentila Volk 20D	buc	1	4400	5280	Retina lens 20D/ China/ MediWorks	Medpunkt SRL	Nu corespunde. Cerut cîmp de vedere 46-60, oferit 46. Nu este specificat în broșură spotul laser.
40	Lentila Volk 78D	buc	3	11400	13680	Retina lens 78D/ China/ MediWorks	Medpunkt SRL	Nu corespunde. Cerut cîmp de vedere 81-97, oferit 81.4-97. Nu este specificat în broșură spotul laser.
41	Lentila Volk 90D	buc	1	4000	4800	Retina lens 90D/ China/ MediWorks	Medpunkt SRL	Nu corespunde. Cerut cîmp de vedere 74-89, oferit 74.2-89. Nu este specificat în broșură spotul laser.
42	Lentila Abraham	buc	1	9500	11400	VCAPS/ SUA/ Volk Optical Inc.	DataControl SRL	Anulare lot: Nu corespunde. Cerut planconvex cu marire 1.8x pe centru, oferit 1.57x. Cerut spot laser 0.56x, oferit 0.63x.
43	Optotipe la distanță 3 m	buc	3	25875	31050	44712/ Gima/ Italia	GBG-MLD SRL	Anulare lot: Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
51	Masa chirurgicală pentru pacient	buc	3	570000	684000	Comfort 300 519D/China/ VG Medical Technology	Ancotec-Sistem SRL	Anulare lot: Nu corespunde. 1. CERUT: Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. OFERIT: electrohidraulic. 2. Interval altitudine: Nu corespunde Solicitat: Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, superior minim 110 ± 10cm, OFERIT: limita inferioară 550 +- 50 minim. superioară nu este indicată nici în clarificări. 3. Secțiunea spate: Nu corespunde CERUT Jos: minim -40 °, OFERIT jos 35+-2. 4. Flex / Reflex: nu corespunde solicitat minim 40/90, oferit nu este indicat intervalul. 5. Nu este specificata capacitatea minima articulatie. 6. In ofertă nu sunt specificate accesoriile și codurile de referință.
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	380000	456000	Comfort 300 519/ China/ VG Medical Technology	Ancotec-Sistem SRL	NU CORESPUNDE. 1. CERUT: Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. OFERIT: electrohidraulic. 2. Interval altitudine: Nu corespunde Solicitat: Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, superior minim 110 ± 10cm, OFERIT: limita inferioară 700 +- 50 minim, limita de sus nu este indicata. 3. Nu corespunde Kydney Bridge oferit mecanic, oferit altitudinea 120+- 5 mm. solicitat mecanism electro-mecanic al mesei, solicitat altitudinea la 150 mm, 4. Secțiunea spate: CERUT Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 °, OFERIT jos 35+-2. 5. Flex / Reflex: minim 210 ° / 120 ° nu este specificata. 6. Nu este specificata capacitatea minima articulatie. 7. Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei nu este indicat 8. In ofertă nu sunt specificate accesoriile și codurile de referință.



51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	buc	2	380000	456000	Comfort 300 519/ China/ VG Medical Technology	Ancotec-Sistem SRL	<p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1. CERUT: Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. OFERIT: electrohidraulic.</p> <p>2. Interval altitudine: cerut : Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10, OFERIT: doar limita de jos 700 +- 50 minim, limita de sus nu este indicata.</p> <p>3. Kydney Bridge mecanic, cerut la 150 mm, oferit 120+- 5 mm.</p> <p>4. Secțiunea spate: CERUT Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 °, OFERIT jos 35+-2.</p> <p>5. Flex / Reflex: minim 210 ° / 120 ° nu este specificata.</p> <p>6. Nu este specificata capacitatea minima articulatie.</p> <p>7. Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei nu este indicat</p> <p>8. In brosură cu accesorii nu sunt specificate dupa codul de referinta.</p>
51	Masă chirurgicală standart cu 5 segmente	buc	6	1140000	1368000	Comfort 300 519/ China/ VG Medical Technology	Ancotec-Sistem SRL	<p>1. CERUT: Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic. OFERIT: electrohidraulic.</p> <p>2. Interval altitudine: cerut : Interval de altitudine: minim 65 ±10cm, minim 110 ± 10, OFERIT: doar limita de jos 700 +- 50 minim, limita de sus nu este indicata.</p> <p>3. Secțiunea spate: CERUT Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 °, OFERIT jos 35+-2.</p> <p>4. Flex / Reflex: minim 210 ° / 120 ° nu este specificata.</p> <p>5. Nu este specificata capacitatea minima articulatie.</p> <p>6. In ofertă nu sunt specificate accesoriile și codurile de referință.</p>
51	Masă chirurgicală pentru pacient	buc	3	693840	832608	OT80.25 cu accesorii / Germania/ Turcia/ Inspital	Tetis International SRL	<p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1. Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic+hydraulic, CERUT doar electromecanic.</p> <p>2. Solicitam Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, ofera Sus: +80 °.</p> <p>3. Secțiunea picioarelor: CERUT: Jos: minim -90°, OFERIT -80.</p> <p>4. Secțiunea cap CERUT: minim +35 ° sus, OFERIT +30.</p>
51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	buc	2	462560	555072	OT80.25 cu accesorii / Germania/ Turcia/ Inspital	Tetis International SRL	<p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1. Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic+hydraulic, CERUT doar electromecanic.</p> <p>2. Flex zona toracica: -45 ° +25 °, nu este indicat.</p> <p>3. Flex / Reflex: CERUT reflex minim 120 °, OFERIT reflex-100.</p> <p>4. Secțiunea picioarelor CERUT: Sus: minim +70 °, OFERIT Secțiunea picioarelor: Sus: minim +30 °,</p> <p>4. Secțiunea cap CERUT : minim +35 °, OFERIT +30.</p> <p>5. Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim CERUT 150mm, OFERIT 150°, CONTROL MANUAL.</p> <p>6. Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei, OFERIT mecanism de suport al casetei cu tava.</p>

51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	526540	631848	OT80.25K cu accesorii / Germania/ Turcia/ Inspital	Tetis International SRL	<p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1.Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic+hydraulic, CERUT doar electromecanic.</p> <p>2.Flex / Reflex: CERUT reflex minim 120 °, OFERIT reflex minim 100.</p> <p>3. Secțiunea picioarelor CERUT: Sus: minim +70 °, OFERIT Secțiunea picioarelor: Sus: minim +30 °</p> <p>4. Secțiunea cap CERUT : minim +35 °, OFERIT +30.</p> <p>6. Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim CERUT 150mm, OFERIT 150°, CONTROL mecanic</p> <p>7.Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei, OFERIT mecanism de suport al casetei cu tava.</p>
51	Masă chirurgicală standart cu 5 segmente	buc	6	1387680	1665216	OT80.25 cu accesorii / Germania/ Turcia/ Inspital	Tetis International SRL	<p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1.Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic+hydraulic, CERUT doar electromecanic.</p> <p>2.Flex / Reflex: CERUT reflex minim 120 °, OFERIT reflex-100.</p> <p>3. Secțiunea picioarelor CERUT: Sus: minim +70 °, OFERIT Secțiunea picioarelor: Sus: minim +30 °</p> <p>4. Secțiunea cap CERUT : minim +35 °, OFERIT +30.</p> <p>5. Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim CERUT 150mm, OFERIT 150°, CONTROL MANUAL.</p> <p>6.Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei, OFERIT mecanism de suport al casetei cu tava.</p>
51	Masă chirurgicală pentru pacient	buc	3	4190000	5028000	ETIUDA/ Alvo/ Polonia	Penta Trading SRL	<p>Divergențe: Mecanismul de funcționare: cerut de tip electromecanic, oferit de tip electrohidraulic; Secțiunea spate: cerut: Sus: minim +90 ° , Jos: minim -40 °, oferit +85, -45; Secțiunea cap: CERUT minim +35 ° sus, jos minim -80 °. OFERIT ± 45; Partea superioară a mesei: CERUT :glisarea spre cap: minim 200 mm / până la picioare: minim 330 mm. OFERIT 300mm.</p>
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	0	0	SERENADA/ Alvo/ Polonia	Penta Trading SRL	<p>Divergențe: Mecanismul de funcționare: cerut de tip electromecanic, oferit de tip electrohidraulic; Secțiunea spate: CERUT Sus: minim 70 ° , Jos: minim -40 °, OFERIT: +75, -35; Secțiunea picioarelor: CERUT: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90°, OFERIT: +20, -90; Secțiunea cap: CERUT minim +35 ° sus, jos minim -80 °. OFERIT: ± 45; Glisare până la picioare: CERUT minim 330 mm, OFERIT 300mm; Secțiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila CERUT minim 150mm, OFERIT 120mm.</p>
51	Masă chirurgicală standart cu 5 segmente	buc	6	0	0	ETIUDA/ Alvo/ Polonia	Penta Trading SRL	<p>Divergențe: Mecanismul de funcționare: cerut de tip electromecanic, oferit de tip electrohidraulic; Secțiunea picioarelor: CERUT: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90°, OFERIT: +20, -90; Secțiunea cap: CERUT minim +35 ° sus, jos minim -80 °. OFERIT: ± 45; Partea superioară a mesei: CERUT :glisarea spre cap: minim 200 mm / până la picioare: minim 330 mm. OFERIT 300mm; Secțiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila CERUT minim 150mm, OFERIT 120mm.</p>
51	Masă chirurgicală	buc	2	0	0	ETIUDA/ Alvo/ Polonia	Penta Trading SRL	<p>Divergențe: Mecanismul de funcționare: cerut de tip electromecanic, oferit de tip electromecanic.</p>

51	pentru interventii toracice	buc	3	935919	1123102.8	Polonia	SRL	<p>oferit de tip electrohidraulic; Secțiunea picioarelor: CERUT: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90°, OFERIT: +20, -90; Secțiunea cap: CERUT minim +35 ° sus, jos minim -80 °. OFERIT: ± 45; Partea superioară a mesei: CERUT :glisarea spre cap: minim 200 mm / până la picioare: minim 330 mm. OFERIT 300mm; Secțiune pentru rinichi cu înaltime ajustabila CERUT minim 150mm, OFERIT 120mm.</p> <p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1. Solicitam Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic ofera electro-hidraulic.</p> <p>2. Solicitam Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40° ofera Conform brosurii Secțiunea spate: Sus: minim +85°, Jos: minim -40 °.</p> <p>3. Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° ofera Secțiunea cap: minim +55 ° sus, jos minim -50 °.</p>
51	Masa chirurgicală pentru pacient	buc	3	935919	1123102.8	SUA-03 (cu 5 segmente) + Accesorii/ Optiuni conform caietului de sarcini/ Polonia/ FAMED ZYWIEC SP.Z.O.O.	Imunotehnomed SRL	<p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1. Solicitam Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic ofera electro-hidraulic. 2.Solicitam Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40° ofera Conform brosurii Secțiunea spate: Sus: minim +85°, Jos: minim -40 °.</p> <p>3. Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° ofera Secțiunea cap: minim +55 ° sus, jos minim -50 °.</p>
51	Masă chirurgicala pentru interventii toracice	buc	2	667700	801240	Polonia	SRL	<p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1. Solicitam Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic ofera electro-hidraulic. 2.Solicitam Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40° ofera Conform brosurii Secțiunea spate: Sus: minim +85°, Jos: minim -40 °.</p> <p>3. Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° ofera Secțiunea cap: minim +55 ° sus, jos minim -50 °.</p>
51	Masă chirurgicala universala cu elevator pentru zona lombara.	buc	2	703138	843765.6	SUA-03 (cu 6 segmente) + Accesorii/ Optiuni conform caietului de sarcini/ Polonia/ FAMED ZYWIEC SP.Z.O.O.	Imunotehnomed SRL	<p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1. Solicitam Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic ofera electro-hidraulic. 2. Solicitam Secțiunea picioarelor: Sus: minim +70 °, Jos: minim -90° ofera Secțiunea picioarelor: Sus: minim +40 °, Jos: 90°. 3. Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) ofera Secțiunea cap: minim +55 ° sus, jos minim -50 ° (manual).</p>
51	Masă chirurgicala standart cu 5 segmente	buc	6	2003100	2403720	SUA-03 (cu 5 segmente) + Accesorii/ Optiuni conform caietului de sarcini/ Polonia/ FAMED ZYWIEC SP.Z.O.O.	Imunotehnomed SRL	<p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1.Solicitam Mecanismul de funcționare: de tip electromecanic ofera electro-hidraulic.</p> <p>2. Solicitam Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40° ofera Conform brosurii Secțiunea spate: Sus: minim +85°, Jos: minim -40 °.</p> <p>3.Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° ofera Secțiunea cap: minim +55 ° sus, jos minim -50 °.</p>
51	Masa chirurgicală pentru pacient	buc	3	894099	1072918.8	Vivax OT-02 (4 segmente)/ Polonia/ Infimed	DataControl SRL	<p>NU CORESPUNDE.</p> <p>1.Solicitam Grosime saltea minim 65 mm ofera 50 cm.</p> <p>2.Solicitam Secțiunea spate: Sus: minim +90 °, Jos: minim -40 ° ofera +85...-45grade. Flex / Reflex: minim 40 ° / 90 ° ofera +25...-90grade.</p> <p>3.Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° ofera +45...-45 grade.</p>

51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	buc	2	679230	815076	Vivax OT-02 (5 segmente)/ Polonia/ Infimed	DataControl SRL	NU CORESPUNDE. 1. Solicitam Grosime saltea minim 65 mm ofera 50 cm. 2. Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) ofera +45...-45 grade.
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	719740	863688	Vivax OT-02 (6 segmente)/ Polonia/ Infimed	DataControl SRL	NU CORESPUNDE. 1. Solicitam Grosime saltea minim 65 mm ofera 50 cm. 2. Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) ofera +45...-45 grade.
51	Masă chirurgicală standart cu 5 segmente	buc	6	2037690	2445228	Vivax OT-02 (5 segmente)/ Polonia/ Infimed	DataControl SRL	NU CORESPUNDE. 1. Solicitam Grosime saltea minim 65 mm ofera 50 cm. 2. Solicitam Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) ofera +45...-45 grade.
51	Masă chirurgicală pentru pacient	buc	3	0	0		Endo-Chirurgie SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	0	0		Endo-Chirurgie SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
51	Masă chirurgicală standart cu 5 segmente	buc	6	0	0		Endo-Chirurgie SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	buc	2	0	0		Endo-Chirurgie SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
51	Masă chirurgicală pentru pacient	buc	3	1396800	1676160	Smart Practico/ Merivaara/ Finlanda	GBG-MLD SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	2298500	2758200	Grand Promerix / Merivaara/ Finlanda	GBG-MLD SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	buc	2	2298500	2758200	Grand Promerix / Merivaara/ Finlanda	GBG-MLD SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
51	Masă chirurgicală standart cu 5 segmente	buc	6	6895500	8274600	Grand Promerix / Merivaara/ Finlanda	GBG-MLD SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata
52	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate	buc	5	413350	496020	Excell 350 MCDS/ Italia/ Alsa	DataControl SRL	Nu corespunde. Canale bipolare independente: solicitat 2, oferit 1

52	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) cu accesorii specializate	buc	5	499500	599400	NS04.00+ troliu AB00.30 / Germania/ Turcia/ Inspital	Tetis International SRL	Nu corespunde. Canale bipolare independente: solicitat 2, oferit 1 Putere tăiere bipolară: solicitat 10-150W, oferit 10-120W
53	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) or specializat urologic	buc	1	82670	99204	Excell 350 MCDSe/ Italia/ Alsa	DataControl SRL	Nu corespunde. Canale bipolare independente: solicitat 2, oferit 1
53	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) or specializat urologic	buc	1	99900	119880	NS04.00+ troliu AB00.30 / Germania/ Turcia/ Inspital	Tetis International SRL	Nu corespunde. Canale bipolare independente: solicitat 2, oferit 1 Putere tăiere bipolară: solicitat 10-150W, oferit 10-120W
54	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) or specializat cardiologic	buc	1	83670	100404	Excell 350 MCDSe/ Italia/ Alsa	DataControl SRL	Nu corespunde. Canale bipolare independente: solicitat 2, oferit 1
54	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator) or specializat cardiologic	buc	2	199800	239760	NS04.00+ troliu AB00.30 / Germania/ Turcia/ Inspital	Tetis International SRL	Nu corespunde. Canale bipolare independente: solicitat 2, oferit 1 Putere tăiere bipolară: solicitat 10-150W, oferit 10-120W
55	Coagulator multifunctional pentru sudarea țesuturilor (cu argon)	buc	1	663088.14	795705.77	Optima Argon modul V11A100 (lista accesoriiilor anexata)/ 1	Ericon SRL	Nu corespunde. Nu este indicată posibilitatea conectării 4 instrumente bipolare. Instrument combinat pentru sigilare vase: solicitat 180 mm +/- 20mm, oferit 220. set electrozi pentru comutatoarele de mina solicitat: lungimea 37-39mm, oferit 50mm. Penseta bipolară oferită VPB22B08 nu se regăsește în broșura prezentată. Penseta biopolară oferită V11PB1220 nu se regăsește în broșura prezentată.
55	Coagulator multifunctional pentru sudarea țesuturilor (cu argon)	buc	1	715950	859140	ARC-400+ ARC-Plus / BOWA Medical/ Germania	GBG-MLD SRL	Nu corespunde. Solicitat posibilitatea conectării 4 instrumente bipolare, oferit 3
55	Coagulator multifunctional pentru sudarea țesuturilor (cu argon)	buc	1	800000	960000	HelixAR/ SUA/ Con Med Corporation	Pharmony SRL	Nu corespunde. Solicitat 4 canale independente, oferit 3. Solicitat, posibilitatea conectării 4 instrumente bipolare, oferit 1 canal bipolar.

56	Ochelari cardiochirurgicali cu lupe prismatice de marire 3,5 (cardio)	buc	4	172000	206400	2113-P-2005/ Marea Britanie/ Keeler	DataControl SRL	Nu coresponde.1.Solicitat • Lupele sunt personalizate pentru fiecare utilizator., Oferit Lupe ajustabile. Solicitat: 2. Solicitat distanta de lucru personalizata, oferit fixa 42 cm.
58	Ochelari chirurgicale cu lupe de marire 2,5 (vasculari)	buc	2	70000	84000	2112-P-1011/ Marea Britanie/ Keeler	DataControl SRL	Anulare procedură: Nu coresponde.1.Solicitat • Lupele sunt personalizate pentru fiecare utilizator., Oferit Lupe ajustabile. Solicitat: 2. Solicitat distanta de lucru personalizata, oferit fixa 42 cm.
59	Analizor de coagulare automata	buc	1	287675	345210	HMS Plus/ SUA/ Medtronic	Oxivit-Med SRL	Anulare lot: Nu coresponde. Nu se specifică în broșură detectarea optico-mecanică a fibrinei, utilizarea singelui integral și cantitatea de sînge utilizată pentru test. Nu se specifică testele efectuate pe sistem, testarea cu două godeuri și timpul de efectuare a testului. Cerut capacitate de stocare date pînă la 500 pacienți, oferit pînă la 200 pacienți.
61	Microscop chirurgical ORL	buc	1	1406156	1687387. 2	HS Hi R 700 + accesorii și opțiuni suplementare/ necesare conform cerintelor/ Germania/ HAAG STREIT SURGICAL GmbH & Co. KG,	Imunotehnomed SRL	Nu coresponde. Nu se specifică în broșură magnifierea ocularelor. Cerut diapazon 1.4x - 16.2x, oferit 1.4x - 14.3x. Nu se specifică în broșură schimbarea măririi electromotorii line cu reglare de la mînerul microscopului, focusarea electromotoare prin varioscopul încorporat. Cerut distanța de operare nu mai puțin 200-500, oferit 200-450. Cerut sursă de lumina LED, oferit Xenon. Cerut blocaj centralizat la stativ, oferit separat. Nu este specificat în broșură balanța ghidată pentru echilibrarea sistemului. Cerut camera video 1080p, oferit HD. Cerut monitor 24 inch, oferit 21.5 inch. Nu se specifică în broșură pachetul de rețea wireless WLAN și WiFi, posibilitatea de deservire de la distanță.
64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	buc	2	637000	764400	BK-LW220D/ China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	Este în lista de interdicție. Nu coresponde, lipsesc opțiunile solicitate: Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C // Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului //
64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	buc	2	655200	786240	buc 2	Ericon SRL	Nu este indicat modelul oferit în f4.1 si f4.2. Conform broșurii anexate a fost identificat modelul Automatic washer-disinfector Rapid-M-320. CU TITLU INFORMATIV comunicăm că: În broșură nu se regăsește: Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C // Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului //
64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	buc	2	663334	796000.8	GY 290 / Turcia/ Eryigit Endustriyel	Romedcom SRL	Divergențe: 1. Se cere "Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L", dar in broșură se regăsește Oțel Inoxidabil AISI 316. 2. Tensiunea de alimentare a dispozitivului se cere 380V, dar se oferă - conform f.4.1. și broșurii anexate - 400V +-10V. Divergențele date nu influențează procesul de utilizare.

64	Dispozitiv de spălare și decontaminare	buc	2	754000	904800	Adela-2-200L/ SUMER/ Turcia	Eyecon Medical SRL	<p>În broșură nu se regăsește: Sistem deschis de utilizare a detergentilor și dezinfectanților // Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent // Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere <math>\leq 90^{\circ}\text{C}</math> // Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului // Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului // Brațe rotative pentru jetul de apă <math>\geq 2</math> unități // "Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor" // s-a prezentat răspuns la clarificari pentru un alt model decit cel din ofertă.</p>
67	Stație completă pentru includere în parafina	buc	1	165600	198720	EC 350/ MYR/ Spania	GBG-MLD SRL	<p>Nu corespunde: S-a cerut 10 orificii, s-a oferit 6. Cerut Zona rece cel puțin 70 molduri, oferit 60. Nu se poate determina deplasarea clapetei. Nu se poate determina prezența trimmer-ului. Cerut ecran tactil, oferit LCD. Nu se regăsește în broșură temperatura spot rece <math>5^{\circ}\text{C}</math>. Solicitat temperatură plită rece <math>-12^{\circ}\text{C}</math> - <math>-5^{\circ}\text{C}</math>, oferit <math>-12^{\circ}\text{C}</math> - <math>0^{\circ}\text{C}</math>. Solicitat: Adâncime x Înălțime x Lățime 60cm x 40cm x 65cm - modul includere (dimensiuni +/-5%) -Adâncime x Înălțime x Lățime 60cm x 40cm x 45cm - modul plita rece (dimensiuni +/-5%) -Greutate plita rece: maxim 20kg -Greutate modul: maxim 25kg; Oferit: Adâncime x Înălțime x Lățime 650x430x595 mm - modul includere -Adâncime x Înălțime x Lățime 620x405x 340 - modul plita rece -Greutate plita rece: 24.4 kg -Greutate modul: maxim 27.8kg</p>
67	Stație completă pentru includere în parafina	buc	1	230000	276000	Tissue Tek TEC 6 / Japonia/ SAKURA	Pharmony SRL	<p>Nu corespund următorii parametri solicitați: 1. capacitatea zonei reci este mai mica decît cea solicitată, solicitat pentru 70 molduri - propus pentru 60 molduri. 2. capacitatea zonei calde este mai mica decît cea solicitată, solicitat pentru 300 casete - propus pentru 150 casete.</p>
68	Histoprocessor automat vertical	buc	1	318095	381714	STM 120-3/ MYR/ Spania	GBG-MLD SRL	<p>Nu corespunde. Nu este histoprocessor vertical. Nu se poate determina schimbarea limbii. Nu este touch-screen. Nu are sistem de management al reagentilor. Nu se poate determina sistemele de protecție. Nu se poate determina 3 programe prestabilite. S-a cerut 35-60 grade C, s-a oferit 45-70 grade C. Divergente de pașii de lucru. Nu are conexiune USB. Capacitate bai parafina s-a cerut minim 3.5 l, s-a oferit 1.8l. S-a cerut minim 14 recipiente, s-a oferit 9. Capacitate recipiente s-a cerut minim 3.5l, s-a oferit 1.8l. Nu are tavi de scurgere sub recipiente. Nu se poate determina senzorii de detecție subumplere sau supraumplere. Nu are temperatura de minim 60 grade la reactivi. Nu are posibilitate conectare la internet.</p>

70	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	buc	2	18320	21984	90107102.S.T11. W8/ Turcia/ Dolsan	Vivamed International SRL	Anulare lot: Nu corespunde. Oferă înaltime fixa 91cm, solicitat reglabila 60-90cm.
70	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	buc	2	36300	43560	MYS-950/ Meyosis/ Turcia	GBG-MLD SRL	Divergențe: Cerut reglarea înălțimii – 60-90 cm, ofera 48-75 cm. Solicitam Dimensiuni – 200±5 cm, 60 ± 5 cm, ofera – 215 cm, 75 cm, dimensiuni care sunt net superioare celor solicitate ce asigură confortul sport al pacientului.
70	Brancarda sanitara caracteristideBaza	buc	2	40700	48840	HL-A411A/ China/ HI-Life Technology	Triumf-Motiv SRL	Este în lista de interdicție. Suma ofertei depășește peste 30% suma alocată.
70	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	buc	2	43000	51600	Movee 1.0/ Turcia Meisa	DataControl SRL	Suma ofertei depășește peste 30% suma alocată.
71	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	buc	4	64600	77520	90107208.S.T19. W8/ Turcia/ Dolsan	Vivamed International SRL	Anulare lot: Nu corespunde. Modelul oferit nu s-a regasit în broșură în urma clarificărilor.
71	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	buc	4	113460	136152	Movee 2.0/ Turcia /Meisa	DataControl SRL	Nu corespunde. Solicitam Tredelenburg/antitrendelenburg.reglabil ≥ 20 grade, ofera 14 grade. Solicitam sarcina maximă ≥ 250 kg, ofera 230 kg.
71	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	buc	4	117200	140640	MYS-650/ Meyosis/ Turcia	GBG-MLD SRL	Divergențe: Solicitam reglarea înălțimii – 60-90 cm- ofera 57.5-88.5 cm. Solicitam Dimensiuni – 200±5 cm, 60 ± 5 cm ofera Dimensiuni – 211.5 cm, 80 cm.
71	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	buc	4	156800	188160	HL-A411B/ China/ HI-Life Technology	Triumf-Motiv SRL	Este în lista de interdicție: Nu corespunde. Solicitam Tredelinburg reglabil ≥ 20 grade+ ofera 15 grade. Solicitam Dimensiuni – 200x65 cm ofera L2130mm*W830mm. Solicitam Reglarea înălțimii – 60-90 cm ofera 630mm -950mm.



72	Ultrasonograf General performanță înaltă (EXPERT),	buc	1	325000	390000	E-Cube 8 Diamond/ Coreea/ Alpinoin Medical Systems	Neotec SRL	<p>Nu corespunde:</p> <p>S-a cerut gama dinamică: <math>\geq 270\text{dB}</math>, s-a oferit 250dB ;</p> <p>S-a cerut Memorie CINE <math>\geq 800\text{sec}</math>, s-a oferit 300sec ;</p> <p>S-a cerut garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni, s-a oferit 24 luni conform declarației ;</p> <p>Nu sunt indicați traductorii cu care intră în set.</p> <p>Nu sunt specificat regimurile:</p> <p>Regim ce permite redarea imaginilor cu rezoluție înaltă atât în vasele cu flux mare cât și în acele cu flux mai mic;</p> <p>Regim CW doppler pentru sonda liniară propus, necesar pentru investigările vaselor cu un înalt grad de stenoză;</p> <p>Regim Shear Wave, ce permite aprecierea elasticității ficatului, prin măsurarea vitezei de propagare a undei în zona de interes;</p> <p>Regim ce permite vizualizarea simultană a spectrelor Doppler de pe doua sectoare diferite în timp real pentru măsurările ne-ar permite măsurările directe a coeficientului E/e;</p> <p>Regim ce permite posibilitatea analizei complexe automată a contractării globale și locale a miocardului cu ajutorul urmării automate după structura inimii; Regim ce permite măsurările automate a fatului;</p> <p>Regim ce permite examinarea imaginii cu soluție de contrast;</p> <p>Regim ce permite examinarea unei imagini panoramice;</p> <p>Regim ce ar permite măsurarea automată a translucenta nucala;</p> <p>Parametri dat nu se regasesc în broșura atasata:</p> <p>Traductoarele acceptate de sistem: TEE, intra-operative;</p> <p>Pachete Masuratori , rapoarte si analize:Strain Ratio, Shear Wave;</p> <p>DOPPLER Tip HPRF.</p>
72	Ultrasonograf General performanță înaltă (EXPERT),	buc	1	707000	848400	DC-80 / China/ Mindray	Dutchmed-M SRL	<p>Nu corespunde:</p> <p>S-a cerut gama dinamică: <math>\geq 270\text{dB}</math>, s-a oferit 260dB ;</p> <p>S-a cerut Memorie CINE <math>\geq 800\text{sec}</math>, s-a oferit 480sec ;</p> <p>S-a cerut traductor convex cu frecvențe de lucru 1-5 Mhz, unghiul câmpului vizual minim 70 grade, s-a oferit 60 grade.</p>
72	Ultrasonograf General performanță înaltă (EXPERT),	buc	1	1160000	1392000	APLIO A/ Japonia/ CANON MEDICAL SYSTEMS	Medexcom-Teh SRL	<p>Nu corespunde:</p> <p>S-a cerut traductor convex cu frecvențe de lucru 1-5 Mhz, unghiul câmpului vizual minim 70 grade, s-a oferit 1.5-6.1 Mhz unghiul câmpului vizual nu este indicat.</p>
73	Optotype la distanță 5 m	buc	1	8625	10350	44710/ Gima/ Italia	GBG-MLD SRL	<p>Anulare lot: Suma ofertei depășește peste 30% suma alocata</p>
74	Autoclav pentru deseuri medicale cu marunitor incorporat	buc	1	1398500	1678200	ISS AC-575/ Celitron/ Ungaria	Edelmed SRL	<p>Nu corespunde. Capacitatea solicitata de lucru de <math>\geq 200</math> litri. Se ofera 150 litri.</p>
74	Autoclav pentru deseuri medicale cu marunitor incorporat	buc	1	1400000	1680000	ISS AC-575/ Celitron	Becor SRL	<p>Nu corespunde. Capacitatea solicitata de lucru de <math>\geq 200</math> litri. Se ofera 150 litri.</p>

74	Autoclav pentru deseuri medicale cu maruntitor incorporat	buc	1	1580000	1896000	Termoshred 420/ Republica Moldova/ SRL UISPAC	UISPAC SRL	Nu corespunde. Lipsesc interfața cu utilizatorul. Lipsesc regimurile de lucru programabile și presetate. Lipsesc alarmele acustice.
74	Autoclav pentru deseuri medicale cu maruntitor incorporat	buc	1	1665820	1998984	Newsteer NW15 / Italia/ Newster System	Medist Grup SRL	Nu corespunde. Capacitatea solicitata de lucru de $\geq 200$ litri. Se ofera 175 litri.
74	Autoclav pentru deseuri medicale cu maruntitor incorporat	buc	1	1730000	2076000	DATASHEET ECODAS T100/ Franta/ ECODAS	Romedcom SRL	Nu corespunde. Capacitatea solicitata de lucru de $\geq 200$ litri. Se ofera 100 litri. Nu sunt indicate tip de display și alarmele dispozitivului, regimuri de lucru.
75	Laser fotocoagulator oftalmologic 532nm portabil cu lampă cu fantă și	buc	1	903960	1084752	Classic (diode laser) + PCL5 Slit lamp +SLI1040 Single table + ME06895 Hygiene Protection + FOX (diode laser) Ophtha + LIO - Keeler for A.R.C. art. ZUI1049 with A.R.C. connector FOX 300 $\mu$ m, incl.transportation case + 3 pcs ASO1003 safety goggles + BG06076 ESF ZEISS type + 2 boxes (5 pcs each box ) LL13006s Endo Probe 23G straight sterile (or at choise 23G curved or 25G straight or curved)/ Germania/ A.R.C. Laser GmbH	Medpunkt SRL	Nu corespunde. Lungime undă laser: solicitat 532, oferit 514. Putere laser: solicitat 1500 mW, oferit 1200 mW. Dimensiunea spotului: solicitat 50-1000um, oferit 50-600um

75 Laser fotocoagulator oftalmologic 532nm portabil cu lampă cu fantă și	Lampă cu fantă compatibilă cu filtru laser pentru siguranța chirurgului și laserul fotocoagulator propus	buc	1	903960	1084752	Medpunkt SRL	Nu corespunde. Nu este indicată distanța de lucru. Ajustarea fantei pe vertical: solicitat în trepte și continuu, oferit doar continuu. Reglarea distanței interpupulare: solicitat 50-80mm, oferit 52-78mm
75 Laser fotocoagulator oftalmologic 532nm portabil cu lampă cu fantă și	Ofthalmoscop indirect cu filtru laser pentru siguranța chirurgului și compatibil cu laserul	buc	1	903960	1084752	Medpunkt SRL	corespunde tehnic

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unit. de măs.	Cant.	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model / Tara de origine/ Producător	Ofertant	Temei juridic pentru anularea loturilor
5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	buc	2	54000	64800	BKC-TL5VII + 24 x 10mL Angle Rotor / China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: - sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; - nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire; - depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi;
5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	buc	2	94000	112800	DM0636/ China/ DLAB	Profilabdiagnostic SRL	
5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	buc	2	98160	117792	BKC-TL5LII with swing rotor 4*750ml and adapter 4*12*10ml / China/ Biobase	DataControl SRL	
5	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	buc	2	231870	278244	Rotina 380/ Hettich/ Germania	GBG-MLD SRL	
6	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	buc	1	9335	11202	MSC-6000/ Biosan/ Lituania	GBG-MLD SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: - sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; - nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
6	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	buc	1	12810	15372	D2012 Plus / China/ Biobase	DataControl SRL	
6	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	buc	1	14000	16800	D2012 Plus/ China/ Dlab	DAC-Spectromed SRL	
7	Amplificator PCR	buc	1	177255	212706	VeritiPro/ - / Sigapore	GBG-MLD SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: - sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; - nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire; - depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi;
7	Amplificator PCR	buc	1	391800	470160	FQD-96C / China/ Biobase	DataControl SRL	
7	Amplificator PCR	buc	1	543950	652740	LC96/ Elveția/ Roche Diagnostic s	BECOR SRL	
9	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	buc	2	29925.92	35911.1	IIXΦ-1,0 / Rusia/ Polair	InoxPlus SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: - sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; - nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire; - depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi;
9	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	buc	2	134140	160968	BPR-5V1500 / China/ Biobase	DataControl SRL	
9	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	buc	2	142800	171360	BPR-5V1000 (220V, 50/60HZ) / China/ Biobase	Triumf-Motiv SRL	
9	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	buc	2	179800	215760	YC-1015L/ China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Pharmony SRL	
9	Frigider pentru reactivi 1000-1400l	buc	2	278000	333600	YC-1015L/ China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Polisano Prim SRL	
10	Cântar de laborator	buc	2	17800	21360	ATA520/ Polonia/ Axis	Ecochimie SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: - sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; - nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;

12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	buc	1	21435	25722	VT 306/ VESTFROST SOLUTIONS/ Danemarca	GBG-MLD SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; – nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	buc	1	33670	40404	BDF-40V328 / China/ Biobase	DataControl SRL	
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	buc	1	57240	68688	DW-40L278 / China/ Haier Medical and Laboratory Products	Triumf-Motiv SRL	
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	buc	1	65000	78000	DW-FL270 / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Pharmony SRL	
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	buc	1	76400	91680	LTFE 290 (DAI 1605)/ Danemarca/ Arctiko A/S	Labromed Laborator SRL	
12	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200-300 L	buc	1	103000	123600	DW-FW270 / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Polisano Prim SRL	
13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer)	buc	1	82010	98412	VT 098/ VESTFROST SOLUTIONS/ Danemarca	GBG-MLD SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; – nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer)	buc	1	85000	102000	DW-HL50 / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Pharmony SRL	
13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer)	buc	1	97650	117180	ULTF 80 (DAI 0200) / Danemarca/ Arctiko A/S	Labromed Laborator SRL	
13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L(Ultra Freezer)	buc	1	129000	154800	DW-HL50 / China/ Zhongke Meiling Cryogenics Company Ltd.	Polisano Prim SRL	
14	Dulap de uscare	buc	3	39600	47520	BOV-V125F / China/ Biobase	DataControl SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; – nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
14	Dulap de uscare	buc	3	57810	69372	FN 500P/ Nuve/ Turcia	GBG-MLD SRL	
25	Lampă germicidă (varianta mobilă)	buc	4	12600	15120	Corp de iluminat pe suport inox 3x30/ RM Moldova/ Caravan Express SRL	Caravan Express SRL	art. 71 alin. 1 lit. c) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire pentru acest
25	Lampă germicidă (varianta mobilă)	buc	4	20880	25056	OBPe-225m/ Zaveit/ Ucraina	GBG-MLD SRL	

25	Lampă germicidă (varianta mobilă)	buc	4	26400	31680	GL 255SM/ România/ Premium Chem Expert	Polisano Prim SRL	lot. art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; – nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
26	Ultrasonograf General portabil, performanta inalta (EXPERT)	buc	1	405350	486420	DC-60 EXP X-Insight / China/ Mindray	Dutchmed-M SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; – nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire; – depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi;
26	Ultrasonograf General portabil, performanta inalta (EXPERT)	buc	1	755130	906156	Logiq P9/ SUA/ Korea și Franta/ GE Healthcare in conclucrare cu GE Ultrasound Korea, GE MEDICAL SYSTEM SCS	Intermed SRL	
27	Ventilator pulmonar neonatal, pediatric ajustat pentru cardiochirurgia neonatala.	buc	1	590285	708342	Hamilton C3/ Hamilton Medical Ag/ Elvetia	GBG-MLD SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire; – depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi;
27	Ventilator pulmonar neonatal, pediatric ajustat pentru cardiochirurgia neonatala.	buc	1	864625	1037550	Babylog VN600/ Germania/ Dragerwerk AG & Co. KGaA	Echipamed-Plus SRL	
31	Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu trolie;	buc	2	1562000	1874400	M9/ China/ Mindray	Dutchmed-M SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; – nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
31	Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu trolie;	buc	2	1799998	2159976	HM70/ Korea de sud/ Samsung Medison	Pharmony SRL	
31	Ultrasonograf Cardiovascular (EXPERT), portabil, cu trolie;	buc	2	2442650	2931180	VIVID IQ Premium/ SUA, China, Franta/ GE Healthcare in conclucrare cu GE Medical Systems (China) GE Medical Systems SCS, GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics	Intermed SRL	
42	Lentila Abraham	buc	1	9500	11400	VCAPS/ SUA/ Volk Optical Inc.	DataControl SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; – nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;

43	Optotipe la distanță 3 m	buc	3	25875	31050	44712/ Gima/ Italia	GBG-MLD SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece nu a fost depuse numai oferte care: - depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi;
44	Optotipe pentru apropiere	buc	3	0	0			art. 71 alin. 1 lit. a) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.
47	Videorecorder cu monitor	buc	1	0	0			art. 71 alin. 1 lit. a) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece nu a fost depusă nicio ofertă.
51	Masă chirurgicală pentru pacient	buc	3	570000	684000	Comfort 300 519D/ China/ VG Medical Technology	Ancotec-Sistem SRL	
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	380000	456000	Comifort 300 519/ China/ VG Medical Technology	Ancotec-Sistem SRL	
51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	buc	2	380000	456000	Comifort 300 519/ China/ VG Medical Technology	Ancotec-Sistem SRL	
51	Masă chirurgicală standard cu 5 segmente	buc	6	1140000	1368000	Comifort 300 519/ China/ VG Medical Technology	Ancotec-Sistem SRL	
51	Masă chirurgicală pentru pacient	buc	3	693840	832608	OT80.25 cu accesorii / Germania/ Turcia/ Inospital	Tetis International SRL	
51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	buc	2	462560	555072	OT80.25 cu accesorii / Germania/ Turcia/ Inospital	Tetis International SRL	
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	526540	631848	OT80.25K cu accesorii / Germania/ Turcia/ Inospital	Tetis International SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: - nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
51	Masă chirurgicală standard cu 5 segmente	buc	6	1387680	1665216	OT80.25 cu accesorii / Germania/ Turcia/ Inospital	Tetis International SRL	- depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi;
51	Masă chirurgicală pentru pacient	buc	3	4190000	5028000	ETIUDA/ Alvo/ Polonia	Penta Trading SRL	
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	0	0	SERENADA/ Alvo/ Polonia	Penta Trading SRL	
51	Masă chirurgicală standard cu 5 segmente	buc	6	0	0	ETIUDA/ Alvo/ Polonia	Penta Trading SRL	
51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	buc	2	0	0	ETIUDA/ Alvo/ Polonia	Penta Trading SRL	
51	Masă chirurgicală pentru pacient	buc	3	935919	1123102.8	SUA-03 (cu 5 segmente) + Accesorii/ Optiumi conform caietului de sarcini/ Polonia/ FAMED ZYWIEC SP.Z.O.O.	Imunotehnomed SRL	

51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	buc	2	667700	801240	SUA-03 (cu 5 segmente) + Accesorii/ Optiuni conform caietului de sarcini/ Polonia/ FAMED ZYWIEC SP.Z.O.O.	Imunotehnomed SRL
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	703138	843765.6	SUA-03 (cu 6 segmente) + Accesorii/ Optiuni conform caietului de sarcini/ Polonia/ FAMED ZYWIEC SP.Z.O.O.	Imunotehnomed SRL
51	Masă chirurgicală standard cu 5 segmente	buc	6	2003100	2403720	SUA-03 (cu 5 segmente) + Accesorii/ Optiuni conform caietului de sarcini/ Polonia/ FAMED ZYWIEC SP.Z.O.O.	Imunotehnomed SRL
51	Masă chirurgicală pentru pacient	buc	3	894099	1072918.8	Vivax OT-02 (4 segmente)/ Polonia/ Infimed	DataControl SRL
51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	buc	2	679230	815076	Vivax OT-02 (5 segmente)/ Polonia/ Infimed	DataControl SRL
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	719740	863688	Vivax OT-02 (6 segmente)/ Polonia/ Infimed	DataControl SRL
51	Masă chirurgicală standard cu 5 segmente	buc	6	2037690	2445228	Vivax OT-02 (5 segmente)/ Polonia/ Infimed	DataControl SRL
51	Masă chirurgicală pentru pacient	buc	3	0	0		Endo-Chirurgie SRL
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	0	0		Endo-Chirurgie SRL
51	Masă chirurgicală standard cu 5 segmente	buc	6	0	0		Endo-Chirurgie SRL
51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	buc	2	0	0		Endo-Chirurgie SRL
51	Masă chirurgicală pentru pacient	buc	3	1396800	1676160	Smart Practico/ Merivaara/ Finlanda	GBG-MLD SRL
51	Masă chirurgicală universală cu elevator pentru zona lombara	buc	2	2298500	2758200	Grand Promerix / Merivaara/ Finlanda	GBG-MLD SRL
51	Masă chirurgicală pentru intervenții toracice	buc	2	2298500	2758200	Grand Promerix / Merivaara/ Finlanda	GBG-MLD SRL
51	Masă chirurgicală standard cu 5 segmente	buc	6	6895500	8274600	Grand Promerix / Merivaara/ Finlanda	GBG-MLD SRL



58	Ochelari chirurgicale cu lupe de marire 2,5 (vasculari)	buc	2	70000	84000	2112-P-1011/ Marea Britanie/ Keeler	DataControl SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; – nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
59	Analizor de coagulare automata	buc	1	287675	345210	HMS Plus/ SUA/ Medtronic	Oxivit-Med SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; – nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
70	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	buc	2	18320	21984	90107102.S.T11.W8/ Turcia/ Dolsan	Vivamed International SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; – nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
70	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	buc	2	36300	43560	MYS-950/ Meyosis/ Turcia	GBG-MLD SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; – nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;
70	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	buc	2	40700	48840	HL-A411A/ China/ HI-Life Technology	Triumf-Motiv SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme; – depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi;
70	Brancarda sanitara (caracteristici de baza)	buc	2	43000	51600	Movee 1.0/ Turcia Meisa	DataControl SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;
71	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	buc	4	64600	77520	90107208.S.T19.W8/ Turcia/ Dolsan	Vivamed International SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;
71	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	buc	4	113460	136152	Movee 2.0/ Turcia /Meisa	DataControl SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;
71	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	buc	4	117200	140640	MYS-650/ Meyosis/ Turcia	GBG-MLD SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;
71	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	buc	4	156800	188160	HL-A411B/ China/ HI-Life Technology	Triumf-Motiv SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi;
73	Optoipe la distanță 5 m	buc	1	8625	10350	44710/ Gima/ Italia	GBG-MLD SRL	art. 71 alin. 1 lit. d) a Legii nr. 131/2015: autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică deoarece au fost depuse numai oferte care: – depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi;

