

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740129410605 / 21369518 din: 21.02.2025 conform SIA RSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Teste-indicatoare 2025							

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii							
1	1. Test indicator 134°C - (5 min. universal) în complet cu registru	iPack-bio	Rusia	Intersan	Test indicator 134°C - clasa 4 (5 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000 și autoclavul Sterilmed,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială).Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc..să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	Test indicator 134°C - clasa 4 (5 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000 și autoclavul Sterilmed,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială).Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc..să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	ISO,CE
2	2. Test indicator 121°C - (20 min. universal) în complet cu registru	iPack-bio	Rusia	Intersan	Test indicator 121°C - clas 5 (20 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000 și autoclavul Sterilmed,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială).Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc..să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	Test indicator 121°C - clas 5 (20 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000 și autoclavul Sterilmed,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială).Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc..să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	ISO,CE
3	3. Test indicator 180°C - (60 min. universal) în complet cu registru	iPack-bio	Rusia	Intersan	Test indicator 180°C (60 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului, compatibil cu pupinelul, indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială). Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc..să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	Test indicator 180°C (60 min. Universal),test indicator utilizat atât în interiorul cât și exteriorul ambalajului, compatibil cu pupinelul, indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială). Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc..să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.	ISO,CE
4	4. Test Bowie - Dik	Bowie - Dik	Rusia	Intersan	Test Bowie-Dik 121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	Test Bowie-Dik 121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	ISO,CE
5	5. Test Biotest	Biotest	Rusia	Intersan	Test Biotest 55°C (externe) p-u plazmă	Test Biotest 55°C (externe) p-u plazmă	ISO,CE
6	6. Test indicator 55°C (interne)	UGC10201	China	Ugaiya	Test indicator 55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea.	Test indicator 55°C (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea.	ISO,CE

Semnat: _____
 Numele, Prenumele Jighili Tatiana
 În calitate de: administrator
 Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
 Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4