



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21449277 din 15.07.2025

Obiectul de achizitie: Piese de schimb pentru autoclave și consumabile conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2025

Nr. Lot	Denumirea bunurilor / serviciilor	Modelul	Țara de origine Producator	Specificația tehnică deplină solicitată	Specificația tehnică deplină propusă
1	Lot 1 – Piese de schimb pentru sterilizator cu aburi, model S1008, Matachana Spania				
1	Filtru de aer steril (ST6)	STERILE AIR FILTER	Spania Matachana	Compatibil cu dispozitivul medical existent	Compatibil cu dispozitivul medical existent. Piese originale.
2	Sensor de presiune absoluta pentru camera de sterilizare	WIKA A10 P. TRANSDUCER, 0-4BAR	Spania Matachana		
3	Sensor de presiune absoluta pentru generator de aburi	WIKA PRESSURE TRANSMITTER 0-6 ABS	Spania Matachana		
4	Comutator de presiune de siguranță pentru generator de aburi	SAFETY PRESSURE SWITCH	Spania Matachana		

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

5	Manometru de presiune în camera de sterilizare	MANOMETER CHAMBER TO SCALE -1 +4 BAR	Spania Matachana		
6	Manometru de presiune în generatorul de abur	MANOMETER - 1 SCALE STEAM TO 4 BAR	Spania Matachana		
7	Pompa generatorului de abur	CENTRIFUGE PUMP AUTOASPIRATING	Spania Matachana		
3	Lot 3 – Coș pentru spălare / sterilizare instrumentar medical	DIN Basket	Turcia Sumer	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (sau echivalent superior), lucios sau satinat Dimensiuni: 480 × 250 × 50 mm ; Toleranță: ±5% Tip structură: Fund și părți laterale plasă metalică; structură deschisă pentru circulația eficientă a aburului/ aerului Mânere: Mânere fixe sau rabatabile, rezistente și ergonomice Capacitate termică: Rezistență la temperaturi de până la $\geq 134^{\circ}\text{C}$ Compatibilitate: Potrivite pentru sterilizare în autoclav, sterilizare cu plasmă Igienizare: Ușor de curățat manual sau automat în mașini de spălat	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (sau echivalent superior), lucios sau satinat Dimensiuni: 480 × 250 × 50 mm ; Toleranță: ±5% Tip structură: Fund și părți laterale plasă metalică; structură deschisă pentru circulația eficientă a aburului/ aerului Mânere: Mânere fixe sau rabatabile, rezistente și ergonomice Capacitate termică: Rezistență la temperaturi de până la $\geq 134^{\circ}\text{C}$ Compatibilitate: Potrivite pentru sterilizare în autoclav, sterilizare cu plasmă Igienizare: Ușor de curățat manual sau automat în mașini de spălat

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				instrumentar; fără colțuri închise, care să rețină umezeala; suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat; rezistență la substanțe dezinfectante agresive Durabilitate: Rezistență la min. 1000 cicluri de sterilizare fără deformări, fisuri sau coroziune. Fără elemente din plastic sau cauciuc Standarde de calitate: EN ISO 13485 – Sisteme de management al calității pentru dispozitive medicale ISO 14937 – Sterilizare echipamente medicale – cerințe generale ISO 11134 / ISO 11138 – Cerințe pentru sterilizarea cu abur Marcaj: denumirea producătorului, lotul, anul fabricației; Marcaj CE Garanție și service: Garanție minimă: 12 luni Înlocuirea produselor defecte în perioada de garanție	instrumentar; fără colțuri închise, care să rețină umezeala; suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat; rezistență la substanțe dezinfectante agresive Durabilitate: Rezistență la min. 1000 cicluri de sterilizare fără deformări, fisuri sau coroziune. Fără elemente din plastic sau cauciuc Standarde de calitate: EN ISO 13485 – Sisteme de management al calității pentru dispozitive medicale ISO 14937 – Sterilizare echipamente medicale – cerințe generale ISO 11134 / ISO 11138 – Cerințe pentru sterilizarea cu abur Marcaj: denumirea producătorului, lotul, anul fabricației; Marcaj CE Garanție și service: Garanție minimă: 12 luni Înlocuirea produselor defecte în perioada de garanție
--	--	--	--	---	---

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Ofertantul: ICS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21449277 din 15.07.2025
Obiectul de achizitie: Piese de schimb pentru autoclave și consumabile conform necesităților IMSP SCTO pentru anul 2025

Cod CPV	Nr. d/0	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
50800000-3	Lot 1 – Piese de schimb pentru sterilizator cu aburi, model S1008, Matachana Spania							
	1	Filtru de aer steril (ST6)	Buc	2	-	-	-	-
	2	Sensor de presiune absoluta pentru camera de sterilizare	Buc	3	-	-	-	-
	3	Sensor de presiune absoluta pentru generator de aburi	Buc	2	-	-	-	-
	4	Comutator de presiune de siguranță pentru generator de aburi	Buc	2	-	-	-	-

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Piata D. Cantemir 1, bir. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

5	Manometru de presiune în camera de sterilizare	Buc	4	-	-	-	-
6	Manometru de presiune în generatorul de abur	Buc	2	-	-	-	-
7	Pompa generatorului de abur	Buc	1	-	-	-	-
Total Lot 1						65.500,00	78.600,00
3	Coș pentru spălare/sterilizare instrumentar medical	Buc	25	1.875,00	2.250,00	46.875,00	56.250,00
Total Lot 3						46.875,00	56.250,00
TOTAL						112.375,00	134.850,00

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: Piața Dimitrie Cantemir 1, mun. Chișinău