

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1779346385065 din 21/05/2026
Obiectul achiziției: Servicii de deservire a dispozitivelor medicale

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 13/ Servicii de deservire a dispozitivelor medicale	Sistem de purificare a apei Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B 750 - 1 buc.	Germania	Fresenius Medical Care	Documente obligatorii Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului Da Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Da Lucrările de deservire vor include mentenanța preventivă, corectivă, diagnostică în caz de defecțiuni. Da În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar Da Lucrări minime necesare de a fi efectuate: Inspeții vizuale; Test electric; Testul apei de alimentare: duritate, SDI index; Verificarea opririi de urgență; Verificarea parametrilor de operare; Verificarea funcționalității senzorilor: celula de măsurare a conductivității / temperaturii permeatului LF PERM, debitmetru FLRW, FLKONZ, volumul	Documente obligatorii Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului Da Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării Da Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului Da Lucrările de deservire vor include mentenanța preventivă, corectivă, diagnostică în caz de defecțiuni. Da În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar Da Vizita №1 Mentenanța corectivă Se efectuează în a doua semestrul 2026 Lucrări include vizita profilactică și lucrări de reparații la solicitare. Lucrări planificate: Inspeții vizuale; Test electric; Testul apei de alimentare: duritate, SDI index; Verificarea opririi de urgență;	

				permeatului; Verificarea declanșării alarmelor; Verificarea programelor de operare: alimentare, spălare.	Verificarea parametrilor de operare; Verificarea funcționalității senzorilor: celulă de măsurare a conductivității / temperaturii permeatului LF PERM, debitmetru FLRW, FLKONZ, volumul permeatului; Verificarea declanșării alarmelor; Verificarea programelor de operare: alimentare, spălare. Vizita №2 Verificări tehnice de siguranță (Technical Safety Checks) Se efectuează <i>în a doilea semestru 2026</i> Lucrări include verificări tehnice de siguranță anuală (conform protocolului de producător). Lucrări planificate: Inspeții vizuale; Test electric; Testul apei de alimentare: duritate, SDI index; Verificarea opririi de urgență; Verificarea parametrilor de operare; Verificarea funcționalității senzorilor: celulă de măsurare a conductivității / temperaturii permeatului LF PERM, debitmetru FLRW, FLKONZ, volumul permeatului; Verificarea declanșării alarmelor; Verificarea programelor de operare: alimentare, spălare. Verificări tehnice conform protocol producătorului	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ **Dumitru Babinețchi** în calitate de: **administrator**

Ofertantul: **“PRO-BIODIAGNOSTIC” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Testemițanu 17/6 ap. 153**