

Specificații tehnice

							[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]		
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1648566468763						Data: „14” aprilie 2022	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat)						Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	8	
3310 000-1	1	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP)	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-TP în sânge (test de bază AMP)	First Response HIV 1+2/Syphilis Combo Card Test I20FRC25	India	Premier Medical Corporation Private Limited	Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-Treponema pallidum în sânge capilar/ser/plasma cu accesorii. Principiul testului: Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma) și Treponema pallidum simultan în același test. Testul este destinat utilizării în locuri de îngrijire pentru a facilita diagnosticarea infecției cu HIV1/2 si sifilis. Durata testării – 20 - 40 minute. Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 -50 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 3. Servețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 -50 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Sensibilitatea la HIV > 99 Specificitatea la HIV > 98 Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, și să fie precalificate de OMS; Sensibilitate>99% (HIV), >99% (Sifilis); Specificitate >98% (HIV), >99% (Sifilis)	Test rapid combinat de depistare a anticorpilor anti HIV ½ și a anticorpilor anti-Treponema pallidum în sânge capilar/ser/plasma cu accesorii. Principiul testului: Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma) și Treponema pallidum simultan în același test. Testul este destinat utilizării în locuri de îngrijire pentru a facilita diagnosticarea infecției cu HIV1/2 si sifilis. Durata testării – 20 minute. Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 per cutie. 3. Servețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 tub valabil pentru 25 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Sensibilitatea la HIV > 99 Specificitatea la HIV > 98 Conțin inscripția IVD și sunt precalificate OM Sensibilitate>99% (HIV), >99% (Sifilis); Specificitate >98% (HIV), >99% (Sifilis)	1. ISO 13485; 2. Precalificare OMS; 3. IVD; 4. Declarație de conformitate CE

3310 000-1	2	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază)	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test de bază)	One Step Anti-HIV (1&2) Test ITPW02153-TC40	China	Intec Products	Testul Rapid de Diagnostic HIV ½ cu accesorii. Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma). Durata testării – 20 - 40 minute. Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 25 -50 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 3. Șervețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (1 sau 2 tuburi valabile pentru 25 -50 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 25 -50 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 98% Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, și să fie precalificate de OMS; Specificitate ≥ 99%; Specificitate≥ 98%	Testul Rapid de Diagnostic HIV ½ cu accesorii. Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma). Durata testării – 20 minute. Prezentarea trusei: Trusa include 1. Testele ambalate individual în cutii a câte 40 per cutie. 2. Lanceta sterilă de unic uz pentru fiecare test, a câte 40 per cutie. 3. Șervețele cu alcool pentru fiecare test, a câte 40 per cutie. 4. Buffer pentru utilizarea testului (4 tuburi valabile pentru 40 de teste). 5. Pipeta de unic uz pentru fiecare test, a câte 40 per cutie. 6. Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 98% Testele conțin inscripția IVD, și sunt precalificate de OMS; Specificitate ≥ 99%; Specificitate≥ 98%	1. ISO 13485; 2. Precalificare OMS; 3. IVD; 4. Declarație de conformitate CE
3310 000-1	3	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2)	Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV ½ în sânge (test alternativ 1”alt producător” fata de cel de baza si din alternativa 2)	Rapid Test for Antibody to Human Immunodeficiency Virus (HIV) (Colloidal Gold) WJ-1850	China	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.	Testul Rapid de Diagnostic HIV ½ fără accesorii. Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma). Durata testării – 20 - 40 minute. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, și să fie precalificate de OMS; Sensibilitatea ≥ 99%; Specificitate ≥ 99%	Testul Rapid de Diagnostic HIV ½ fără accesorii. Testul Rapid de Diagnostic, de o singură utilizare, pentru detectarea calitativă a anticorpilor la HIV ½ la virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) și de tip 2 (HIV-2) în sânge integral (capilar), și/sau venos (ser/plasma). Durata testării – 20 minute. Setul conține 50 de teste și 3 flacoane cu buffer pentru utilizarea testului. Sensibilitatea la HIV > 99% Specificitatea la HIV > 99% Instrucțiunea de utilizare în limba română și rusă. Testele trebuie sa conțină inscripția IVD, și să fie precalificate de OMS; Sensibilitatea ≥ 99%; Specificitate ≥ 99%	1. ISO 13485; 2. Precalificare OMS; 3. IVD

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chișinău, str-la Burebista 23