

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1688649243819 / 21084191 din 06.07.2023: conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 21)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
2	Dispozitiv electric chirurgical pentru taierea oaselor	Ruijin RJ- PS(NS-2011)	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument	Dispozitiv electric chirurgical pentru taierea oaselor Tip oscilant Capul rotativ 360 grade Material inox da Tip autoclavabil 135C Boxa pentru autoclavare 1 buc. Baterie reincarcabila da Autonomie in lucru min. 3 ore Baterie min. 2 buc. Lame tip ferestrau de diferite marimi si configuratii min. 6 buc. Lame din inox da Lame autoclavabile da Timp de incarcare a bateriei max. 3 ore Incarcator baterie da	Dispozitiv electric chirurgical pentru taierea oaselor Tip oscilant Capul rotativ 360 grade Material inox da Tip autoclavabil 135C Boxa pentru autoclavare 1 buc. Baterie reincarcabila da Autonomie in lucru min. 3 ore Baterie min. 2 buc. Lame tip ferestrau de diferite marimi si configuratii min. 6 buc. Lame din inox da Lame autoclavabile da Timp de incarcare a bateriei max. 3 ore Incarcator baterie da	CE/ISO
5	Centrifugă de laborator (24 tuburi)	T5-M	China	Hunan Michael Laboratory Instrument	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga single. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicatori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga single. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicatori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da	CE/ISO
22	Dispozitiv de încălzire a pacientului	EVER-I	China	Heathwit Medical Technology	Dispozitiv de încălzire a pacientului Descriere: Dispozitiv de încălzire a pacientului cu trolu pentru a preveni hipotermia în timpul și după intervențiile chirurgicale Specificația: Interfața cu utilizatorul: Panou de control a parametrilor ajustabili-da Modul de încălzire a pacientului: - Cu aer cald - da - Prin intermediul unei plapume/saltei gonflabilă cu aer cald - da Domeniul de temperatură ajustabil: temperatura mediului ambiant - 45°C - da Filtrarea preventivă a aerului atmosferic : Permiabilitatea filtrului ≤ 0,2 μm - da Alimentarea: Rețea electrică (220 V, 50 Hz): da Accesorii: Trolu - da Cablu alimentare detasabil – da Plapuma/salia gonflabilă - da Furtun flexibil interconector între dispozitiv - plapumă/salia pentru transportul aerului încălzit ≥ 1,5m Alarma: Vizuala, sonora - da	Dispozitiv de încălzire a pacientului Descriere: Dispozitiv de încălzire a pacientului cu trolu pentru a preveni hipotermia în timpul și după intervențiile chirurgicale Specificația: Interfața cu utilizatorul: Panou de control a parametrilor ajustabili-da Modul de încălzire a pacientului: - Cu aer cald - da - Prin intermediul unei plapume/saltei gonflabilă cu aer cald - da Domeniul de temperatură ajustabil: temperatura mediului ambiant - 45°C - da Filtrarea preventivă a aerului atmosferic : Permiabilitatea filtrului ≤ 0,2 μm - da Alimentarea: Rețea electrică (220 V, 50 Hz): da Accesorii: Trolu - da Cablu alimentare detasabil – da Plapuma/salia gonflabilă - da Furtun flexibil interconector între dispozitiv - plapumă/salia pentru transportul aerului încălzit ≥ 1.5m	CE/ISO

Semnăt: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
In calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301