

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21062054 din 12.09.2022

Obiectul de achiziție: Piese p/u utilaj medical - 2022 (2)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 30						
30.1.Cablu bipolar p/u pencetă	92023	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	30.1.Cablu bipolar p/u pencetă	Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin fire placate cu argint, de asemenea, cu modelele noastre bipolare Conectarea unității Erbe VIO/ICC/ACC; Storzl - Muflă plată, dreaptă L - 3m	CE
30.2.Cablu monopolar p/u instrumente laparoscopice	92002	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	30.2.Cablu monopolar p/u instrumente laparoscopice	Improved corrosion protection through silver-plated strands of our monopolar pins Unit connecting Erbe VIO/ICC/ACC - Buchse socket 4mm L - 3m	CE
30.3.Electrod neutru - metal, cu sistem rapid de cuplare	F7915	Italia	FIAB SpA	30.3.Electrod neutru - metal, cu sistem rapid de cuplare	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm ² , CONEXIUNE - soclu 4mm.	CE
30.4.Cablu p/u electrod neutru - cu sistem rapid de cuplare	F7924	Italia	FIAB SpA	30.4.Cablu p/u electrod neutru - cu sistem rapid de cuplare	Special 6.3 mm mono Jack for ERBE:ACC, ICC, VIO, T LUNGIME 500 cm	CE
Total lot 30						
Lotul 33						
33.1.Bipolar Cable GN130 5/2mm	92073	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	33.1.Bipolar Cable GN130 5/2mm	Material sintetic de înaltă calitate și biocompatibil permite conexiuni durabile și rezistente Conectarea unității Martin; Berchtold; Integra - Dop plat pentru pense Aesculap L - 5m	CE
Total lot 33						
Lotul 47						
47.1.Reductor de presiune (Oxygen) - DIN 477 No.9, G3/4": Presiune de intrare: 300-10 bar; Presiune de ieșire 4.5 ±0.5 bar; Flux de ieșire: 0-250 L/min; Ieșire cu ajustare de flux pentru mască 0-30 L/min; Ieșire standard DIN 13260-2 pentru conectare ventilator	F30P1DIN + DIN 477 No.9, G3/4"	Spain	HERSILL	47.1.Reductor de presiune (Oxygen) - DIN 477 No.9, G3/4": Presiune de intrare: 300-10 bar; Presiune de ieșire 4.5 ±0.5 bar; Flux de ieșire: 0-250 L/min; Ieșire cu ajustare de flux pentru mască 0-30 L/min; Ieșire standard DIN 13260-2 pentru conectare ventilator	Reductor de presiune (Oxygen) - DIN 477 No.9, G3/4": Presiune de intrare: 300-10 bar; Presiune de ieșire 4.5 ±0.5 bar; Flux de ieșire: 0-250 L/min; Ieșire cu ajustare de flux pentru mască 0-30 L/min; Ieșire standard DIN 13260-2 pentru conectare ventilator	CE
Total lot 47						

Lotul 51						
51.1.Senzor de oxigen - cu conexiunea la iesire de tip MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2), AA829-M10 compatibile cu ventilatoare Mindray SV650	E-77/0S	Germania	Nuova GmbH	51.1.Senzor de oxigen - cu conexiunea la iesire de tip MOX3 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2), AA829-M10 compatibile cu ventilatoare Mindray SV650	Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: < 15 secunde	CE
Total lot 51						
Lotul 54						
54.1.Senzor de oxigen - O2 Cell for Maquet Servo-i/servo-s MAQUET Oxygen Sensor 6640044 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2) compatibil cu ventilatoare Maquet Servo I și Servo u	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	54.1.Senzor de oxigen - O2 Cell for Maquet Servo-i/servo-s MAQUET Oxygen Sensor 6640044 (9 mV to 13 mV in 210 mBar O2) compatibil cu ventilatoare Maquet Servo I și Servo u	66 40 044 Maquet	CE
Total lot 54						
Lotul 55						
55.1.Baterie internă - reîncărcabilă, Li-ion Battery 14,4V,5.Ah,72Wh; Compatibil cu Dispozitivul de respirație artificială Halmilton C6	88890768	Franța	VLAD	55.1.Baterie internă - reîncărcabilă, Li-ion Battery 14,4V,5.Ah,72Wh; Compatibil cu Dispozitivul de respirație artificială Halmilton C6	Tip baterie Tehnologie Li - Ion Model Original Tensiune 14,4 Capacitate 5 Greutate (kg) 0,605 Origine referință 369130 Producator HAMILTON MEDICAL	CE
Total lot 55						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23