

10

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua, pgs@ukrcsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 83E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CH₄ – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	1,01	0,04

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентиля
38290	10	9,0	0,5	-30 + +35	КВ-1М

Срок годности смеси:

08.09.2024

Исполнитель


Шпильный С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона




Якубов О.Е.

стор 1 з 2

15

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4

тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua,

pgs@ukrcsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 88E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

$\text{NO}_2 - \text{N}_2$

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, млн ⁻¹	Абсолютная расширенная неопределенность, млн ⁻¹ *
Диоксид азота	104	10

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь токсичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентиля
81405153	5	9.0	0.5	-30 ÷ +35	ВБМ-1

Срок годности смеси:

08.09.2024

Исполнитель

Шпильный С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua, pgs@ukrcsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 86E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CH₄ – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	0,51	0,02

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентиля
32377	10	9,0	0,5	-30 + +35	КВ-1М

Срок годности смеси: 08.09.2024

Исполнитель


Шпил'ный С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона




Якубов С.Е.

Стр 1 из 2

14

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4

тел. 526-36-67

www.ukrcsm.kiev.ua,

pgs@ukrcsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 87E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CO – N₂

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, млн ⁻¹	Абсолютная расширенная неопределенность, млн ⁻¹ *
Оксид углерода	459	10

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь токсичная, негорючая

№ баллона	Вмести- мость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентиля
26933	10	9,0	0,5	-30 + +35	ВБМ-1

Срок годности смеси:

08.09.2024

Исполнитель


Шпильный С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона



15
12

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua, pgs@ukrcsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 85E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CH_4 – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	2,52	0,04

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм^3	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °C	Тип вентиля
30351	10	9,0	0,5	-30 + +35	ВКМ-95

Срок годности смеси: 08.09.2024

Исполнитель

Шпильный С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона



Якубов С.Е.

стор 1 з 2

6

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4

тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua,

pgs@ukrcsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 79E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CH₄ – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	0,0101	0,0006

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вмести- мость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентиля
44952	10	9,0	0,5	-30 + +35	КВ-1М

Срок годности смеси: 08.09.2024

Исполнитель

Шпильный С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона



Якубов С.Е.

стор 1 з 2

11

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua, pgs@ukrcsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 84E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CH₄ – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	1,01	0,04

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентиля
4481	10	9,0	0,5	-30 + +35	KB-1M

Срок годности смеси: 08.09.2024

Исполнитель


Шпильный С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона




Якубов С.Е.

стр 1 з 2

9

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua, pgs@ukrcsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 82E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CH₄ – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	0,52	0,02

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15. ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вмести- мость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентиля
65201	10	9,0	0,5	-30 + +35	КВ-1П

Срок годности смеси:

08.09.2024

Исполнитель


Шпильный С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона




Якубов С.Е.

стр 1 из 2

2

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua, pgs@ukrcsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 76E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CH_4 – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	2,14	0,04

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм^3	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °C	Тип вентиля
1998	12	9,0	0,5	-30 ÷ +35	КВ-1М

Срок годности смеси:

08.09.2024

Исполнитель

Шпильный С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона



Якубов С.Е.

Стр 1 з 2

3

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4

тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua,

pgs@ukrcsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 75E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CH_4 – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	2,12	0,04

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм^3	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °C	Тип вентиля
1836	12	9,0	0,5	-30 + +35	КВ-1М

Срок годности смеси:

08.09.2024

Исполнитель


Шпильный С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона




Якубов С.Е.

стор 1 з 2

8

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua, pgs@ukrcsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 81E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CH_4 – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	0,53	0,02

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм^3	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °C	Тип вентиля
1416	10	9,0	0,5	-30 + +35	BKM-95

Срок годности смеси: 08.09.2024

Исполнитель


Шпильный С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона



стор 1 з 2

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrscm.kiev.ua, pgs@ukrscm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 77E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CH₄ – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	1,53	0,04

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая


№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентиля
1758	12	9,0	0,5	-30 + +35	КВ-1М

Срок годности смеси: 08.09.2024

Исполнитель


Шпильный С.А.

Учбный хранитель
вторичного эталона




Якубов С.Е.

стр 1 из 2

7

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua, pgs@ukrcsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 80E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CH₄ – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	2,38	0,04

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентиля
10180	12	9,0	0,5	-30 + +35	КВ-1П

Срок годности смеси:

08.09.2024

Исполнитель


Шпильный С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона



5

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrsm.kiev.ua, pgs@ukrsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 78E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CH₄ – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	1,00	0,04

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вместимость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентиля
2372	12	9,0	0,5	-30 + +35	КВ-1М

Срок годности смеси: 08.09.2024

Исполнитель


Шпильный С.А.

Учёный хранитель
вторичного этапа



Якубов С.Е.

стор 1 з 2

1

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ")**

Киев, 03143, ул. Метрологическая, 4 тел. 526-36-87

www.ukrcsm.kiev.ua, pgs@ukrcsm.kiev.ua

Сертификат COOMET QSF-R84 от 30.09.2021 (ISO/IEC 17025)

Сертификат COOMET QSF-R85 от 30.09.2021 (ISO 17034)

СЕРТИФИКАТ

№ 74E -44/23

Выдан: 08.09.2023

Калибровочная газовая смесь

CH_4 – воздух

Выпускается в соответствии с ТУ У 24.1-02568182-001:2005
(Изменение №1 от 10.06.13)

Определяемые компоненты	Объемная доля, %	Абсолютная расширенная неопределенность, % *
Метан	0,050	0,002

Примечание * коэффициент охвата равен 2

Метрологическая прослеживаемость: ДЕТУ 05-01-15, ГП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Смесь нетоксичная, негорючая

№ баллона	Вмести- мость баллона, дм ³	Давление в баллоне, МПа	Минимальное рабочее давление, МПа	Температура хранения, °С	Тип вентиля
25251	12	9,0	0,5	-30 + +35	КВ-1П

Срок годности смеси: 08.09.2024

Исполнитель


Шпильный С.А.

Учёный хранитель
вторичного эталона



Якубов С.Е.

стор 1 з 2