

		Specificații tehnice									
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		LP nr. 21479700						Data: „05” noiembrie 2025		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (suplimentar 3)							Pagina: __ din __		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință		
1	2			3	4	5	6		8		
33100000-1	5	Analizator ion-selectiv Na, K	Analizator ion-selectiv Na, K	el	Austria	EXIAS					
							Analizator ion-selectiv Na, K	Analizator ion-selectiv Na, K			
							Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi iono-selectivi.	Analizor de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi iono-selectivi. (Vezi manualul utilizatorului anexat)			
							Tip probă				

			ser	Ser da (vezi p.37 manualul anexat)		
			Urina	Urină da - nediluata (vezi p.37 manualul anexat)		
			Plasma	Plasmă da (vezi p.37 manualul anexat)		
			Sange integru	Sînge integru da (vezi p.37 manualul anexat)		
			Urina	Tip analize Na da (vezi p.37 manualul anexat)		
			Tip Analize			
			Na	Na da (vezi p.37 manualul anexat)		
			K	K da (vezi p.37 manualul anexat)		
			Spălare automată	Spălare automată da (vezi p.27 manualul anexat)		
			Display LCD sau LED	da Ecranul tactil color LCD 7'' (vezi p.25 manualul anexat)		
			Imprimanta termica	da imprimanta termica incorporata (vezi p.25 manualul anexat)		
			Data management obligatoriu	Da, (vezi p.10 ; 94 din manualul anexat)		

							Interfața PC	Interfața PC da (vezi p.116 manualul anexat)		
							Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor si buna functionare ≥ 50 analize (pentru instruire / testare)	Analizorul va fi insotit cu un cartus de masurare pentru 300 de teste, care include toti reagentii, calibratorii si material de control. (vezi pag. 7 din manualul anexat)		
							Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării	valabilitatea > de 8 luni din momentul livrării		
								Nota		
								Ofertantul asiguraasigura conectarea analizorului		
		Ofertantul: SRL "PeciTest Com"								
		Adresa: Lech Kaczisky 6/2 ap 36								