

		Specificații tehnice							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
		Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1763970113846 din 24 noiembrie 2025						Data: „ ” 20	
		Denumirea licitației: CARDIOSTIMULATOR BICAMERAL EXTERN						Alternativa nr.:	
								Pagina: din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2		3		4	5	6		8
33100 000-1	1	CARDIOSTIMULATOR BICAMERAL EXTERN	CARDIOSTIMULATOR BICAMERAL EXTERN	Reocor 365 529	Germania	Biotronik	Moduri de ritm DDD, DOO, DDI, AAI, AAO, VVI, VOO Rata (de baza) (30 ... 200 ppm) ± 1 ppm Rata inalta (80 ... 230 ppm) ± 1 ppm Rata atriala rapida (80 ... 800 ppm) ± 1 ppm Amplitudine (A): 0.1-20 mA Amplitudine (V): 0.1-25 mA Sensibilitate (A) 0.4 ... 10 mV ± 15% Sensibilitate (V) 0.8 ... 20 mV ± 15% Durata impulsului 1-1,5 ms Indicator de alarma Acustic Alimentare Baterii (minim 7 zile pentru 1.5V alcaline Dimensiuni nu mai mult de 21 x 9 x 4.5 cm Greutatea: nu mai mult de 700 g	Moduri de ritm DDD, DOO, DDI, AAI, AAO, VVI, VOO Rata (de baza) (30 ... 200 ppm) ± 1 ppm Rata inalta (80 ... 230 ppm) ± 1 ppm Rata atriala rapida (80 ... 800 ppm) ± 1 ppm Amplitudine (A): 0.1-20 mA Amplitudine (V): 0.1-25 mA Sensibilitate (A) 0.4 ... 10 mV ± 15% Sensibilitate (V) 0.8 ... 20 mV ± 15% Durata impulsului 1-1,5 ms Indicator de alarma Acustic Alimentare Baterii (minim 500 ore cu baterie 9V alcaline) minim 30 sec pu schimbul bateriei Dimensiuni nu mai mult de 16 x 8 x 3.5 cm Greutatea: nu mai mult de 260 g	
		Semnat : electronic		Nume,Prenume: Ion Vlas In calitate de : Expert Achizitii publice					
		Ofertantul: Life Med SRL		Adresa : : RM, Mun. Chisinau, str. Tudor Strisca 30					