

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1614860925549	Data: 16.03.2021	
Denumirea licitației: Achiziționarea sticlăriei și consumabilelor de laborator pentru necesitățile proiectului		Pagina 1 din 2

Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lot 2 Alonja Spider, cu 6 tuburi, șlif 14/23						
2.1	Alonja Spider, cu 6 tuburi, șlif 14/23 pentru rotovapor Heidolph Platinum	14/23	Germania	Heidolph	Diametru șlif: 14/23 mm; Capacitatea tub: 20mL ;Numărul tuburi: 6 tuburi RU – 4 tuburi	Diametru șlif: 14/23 mm; Capacitatea tub: 20mL ;Numărul tuburi: 6 tuburi RU – 4 tuburi	
	Lot 3 Balon pentru distilarea în vid, șlif 14/23						
3.1	Balon pentru distilarea în vid pentru rotovapor Heidolph Platinum	29/32	Germania	Heidolph	Diametru șlif: 29/32 mm Capacitatea balon: 500 mL	Diametru șlif: 29/32 mm Capacitatea balon: 500 mL	
	Lot 4 Kit pentru Fotometru portabil WTW PhotoLab S12:-Fe (0,005-5 mg/L), pentru 1000 probe						
4.1	Kit pentru Fotometru portabil WTW PhotoLab S12:-Fe (0,005-5 mg/L), pentru 1000 probe	S12:-Fe	Germania	WTW Xylem Analytics Germany GmbH	Pentru utilizare cu Fotometru portabil WTW PhotoLab S12; Kit de testare fier, 1000 probe	Pentru utilizare cu Fotometru portabil WTW PhotoLab S12; Kit de testare fier, 1000 probe	
	Lot 5 Kit pentru Fotometru portabil WTW PhotoLab S12: -Cu (0,02-6 mg/L), 250 probe						
5.1	Kit pentru Fotometru portabil WTW PhotoLab S12: -Cu (0,02-6 mg/L), pentru 250 probe	S12:-Cu	Germania	WTW Xylem Analytics Germany GmbH	Pentru utilizare cu Fotometru portabil WTW PhotoLab S12; Kit de testare cupru, 250 probe	Pentru utilizare cu Fotometru portabil WTW PhotoLab S12; Kit de testare cupru, 250 probe	

	Lot 6 Kit pentru Fotometru portabil WTW PhotoLab S12: -Ca (5-160 mg/L), pentru 250 probe						
6.1	Kit pentru Fotometru portabil WTW PhotoLab S12: -Ca (5-160 mg/L), pentru 250 probe	S12:-Ca	Germania	WTW Xylem Analytics Germany GmbH	Pentru utilizare cu Fotometru portabil WTW PhotoLab S12; Kit de testare calciu, 250 probe	Pentru utilizare cu Fotometru portabil WTW PhotoLab S12; Kit de testare calciu, 250 probe	
	Lot 7 Coloană cromatografică						
7.1	Coloană cromatografică pentru HPLC	C18; C30	Germania	Macherey Nagel	<p>1. HPLC, RP, pentru determinarea vitaminelor hidrosolubile, peptidelor, proteinelor, acizilor organici, aminoacizilor în vinuri. 25 cm, ID 0,46 mm, dimensiunile sorbentului-medii (5-10 µm) ;pH 2-10; cu 4 coloane de protecție (guard columns)</p> <p>2. HPLC, RP, C30. Pentru studiul uleiurilor și lipidelor, carotenoidelor liposolubile. 25 cm, ID 0,46 mm, dimensiunile sorbentului-medii (5-10 µm) cu 4 coloane de protecție (guard columns).</p>	<p>1. NUCLEOSIL 100-10 C18, 5/10 µm, 250x4.6 mm + EC HPLC guard column (analytical), NUCLEOSIL 100-5 C18, 5 µm, 4x3 mm (Macherey Nagel, Germany) - set 1 coloana + 4 precoloane</p> <p>2. HPLC Column YMC Carotenoid, 4.6 mm ID, S-5µm, 250 x 4.6 mm (C30) + HPLC Guard Cartridge YMC Carotenoid, 4.0 mm ID, S-5 µm, 10 x 4.0 mm, 5 pc/PAK - set 1 coloana + 5 precoloane</p>	

Valabilitatea ofertei - 30 zile

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Marcel**

In calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «PARAMED GRUP»**

Adresa: **mun. Chişinău, or. Cricova, str. Nucarilor, 2**