

Numărul procedurii de achiziție:

21021465 din 01 aprilie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Articole Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2020.								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33600000-6	7	Emplastru hipotalergic din material netesut 10m*10cm	32230	IHT	Spania	1.Adeziv2.Material nețesut3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 10cmx100cm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului)	1.Adeziv2.Material nețesut3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 10cmx100cm. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Codul Produsului: 32230 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	8	Folie de incizie 40 cm x 42 cm	31037	IHT	Spania	Folie de incizie - o peliculă superioară de peliculă și cu adeziv acrilic, transparent , rezistent la apă și fluide ale corpului, steril. Dimensiuni 40 cm x 42 cm	Folie de incizie - o peliculă superioară de peliculă și cu adeziv acrilic, transparent , rezistent la apă și fluide ale corpului, steril. Dimensiuni 40 cm x 42 cm Codul Produsului 31037 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	13	Set pentru cateterizarea venei subclaviculare nr.6 prin metoda Seldinger	332 208H	Intra	Germania	Set monolumen pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldinger (cateter 6 Fr L-20 cm din Polyuretana X-RAY gradat, ac 18G L-60 mm, dilatator 7 Fr., ghid metalic tip tip „J” 0,038”/60cm, bisturiu, seringă 10,0 ml, fixatoare). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).	Set monolumen pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldinger (cateter 6 Fr L-20 cm din Polyuretana X-RAY gradat, ac 18G L-60 mm, dilatator 7 Fr., ghid metalic tip tip „J” 0,038”/60cm, bisturiu, seringă 10,0 ml, fixatoare). Codul Produsului 332 208H Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	13	Set pentru cateterizarea venei subclaviculare nr.7 prin metoda Seldinger	333 206H	Intra	Germania	Set monolumen pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldinger (cateter 7 Fr L-20 cm din Polyuretana X-RAY gradat, ac 18G L-60 mm, dilatator 7 Fr., ghid metalic tip tip „J” 0,038”/60cm, bisturiu, seringă 10,0 ml, fixatoare). Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului).	Set monolumen pentru cateterizarea vaselor magistrale prin metoda Seldinger (cateter 7 Fr L-20 cm din Polyuretana X-RAY gradat, ac 18G L-60 mm, dilatator 7 Fr., ghid metalic tip tip „J” 0,038”/60cm, bisturiu, seringă 10,0 ml, fixatoare). Codul Produsului 333 206H Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	14	Spinocan spinal G-22	SQ22092-19	Akus	China	Ace spinele cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-22, lungimea 90mm.-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, aprotogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE.	Ace spinele cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-22, lungimea 90mm.-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, aprotogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE. Produsul:SQ22092-19 Codul Produsului:SQ22092-19 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	14	Spinocan spinal G-23	SQ23092-19	Akus	China	Ace spinele cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-23, lungimea 90mm.-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, aprotogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE.	Ace spinele cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-23, lungimea 90mm.-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, aprotogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE. Produsul:SQ23092-19 Codul Produsului:SQ23092-19 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33600000-6	14	Spinocan spinal G-24	SQ24092-19	Akus	China	Ace spinele cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-24, lungimea 90mm.-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, aprotogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE.	Ace spinele cu vârf Quinke din oțel de înaltă calitate, dimensiuni G-24, lungimea 90mm.-Oțelul de cea mai mare calitate, ce permite o traumă minimală a țesuturilor, -vârful este tăiat în trei pliuri și are mandren din același material,-ambou transparent pentru vizualizarea rapidă a LCR(lichidului cefalorahidian) sau sânge,-ambou cu dising ergonomic, steril EO, aprotogen, fara silicon cu conector transparent pentru vizualizarea LCR, -respectarea codului internațional al culorilor,, ambalat individual, marcat număr lot, data fabricării, data expirării, producator, marca CE. Produsul:SQ24092-19 Codul Produsului:SQ24092-19 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8

Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7