

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752663582787							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.18)							
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE							
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
5	33100000-1	Instrument chirurgical, forceps (Cronțang înconvoiat)	J-18-048	Pakistan	Surgicon	Descriere: Instrument medicinal destinat furnizării materialului de pansament, instrumente, introducerea tamponelor în rană, drenaj, îndepărtarea corpurilor străine, prelucrarea câmpului chirurgical. Lungime - 256 mm ± 10 mm Material - oțel inoxidabil	Descriere: Instrument medicinal destinat furnizării materialului de pansament, instrumente, introducerea tamponelor în rană, drenaj, îndepărtarea corpurilor străine, prelucrarea câmpului chirurgical. Lungime - 250 mm Material - oțel inoxidabil, drept
10		Termometre pentru frigidere	TS-7M1	Ucraina	Steclopribor	Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare (-30.0/+30.0°C) Cu verificare metrologica	Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare (-30.0/+30.0°C) Cu verificare metrologica
11		Cadru de mers	JL913L	China	Jianlian Homecare	Cadru de mers Material : inox Înălțime ajustabila la fiecare 2,5 cm de la 80.5 la 98 cm Forma trapez: 61÷62cm x 47÷50 cm h x 59÷61cm Mecanism de pliere frontal	Cadru de mers Material : inox Înălțime ajustabila la fiecare 2,5 cm de la 78cm la 98 cm Forma trapez: 61cm x 47 cm, h-61 cm Mecanism de pliere frontal.
17		Ceas pentru proceduri	DSZ-II	China	Taixing Huke Glass Products	Ceas pentru proceduri fizioterapeutice pentru determinarea timpului	Ceas pentru proceduri fizioterapeutice pentru determinarea timpului
18		Termometru pentru frigider (-30/+100°C)	TS-7M1	Ucraina	Steclopribor	Termometru pentru frigider (-30/+100°C), cu verificare metrologică. Interval de temperatură: -30 pina la +100C. Lichid termometric fără mercur. Dotat cu cîrlig pentru fixare	Termometru pentru frigider (-30/+100°C), cu verificare metrologică. Interval de temperatură: -30 pina la +100C. Lichid termometric fără mercur. Dotat cu cîrlig pentru fixare
29	33100000-1	Recirculator Bactericid pentru 20m2	ORBB 30x1 orizontal	Ucraina	LLC BACTOSFERA	Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 20m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare ≥ 120 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Numărul lămpilor 1 Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda da Modul de cronometrie a timpului de lucru Modul Timer Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Nivelul maximal de zgomot ≤ 35 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1. Consum de energie ≤ 50 W/oră. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare) . Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Cablu de alimentare min 3m Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz.	Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 20m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare 200 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. da Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului.da Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) Numărul lămpilor 1 da Puterea tubului UVC-30W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. da Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. da Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. da Telecomanda da Modul de cronometrie a timpului de lucru da Modul Timer da Carcasa dispozitivului carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Nivelul maximal de zgomot 18 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer 2 buc. Consum de energie 50 W/oră. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare) da Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. da Cablu de alimentare min 3m da Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. da

Declaratia de conformitate, CE **DM000624649**

30	33100000-1	Recirculator Bactericid pentru 40m2	ORBB 30x2 orizontal	Ucraina	LLC BACTOSFERA	Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 40m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare ≥ 170 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) / plasmă rece sau tehnologii cu efect similar. Numărul lămpilor 2, dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2 Puterea tubului UVC-/38-42/W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. Telecomanda da Modul de cronometrie a timpului de lucru Modul Timer Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Nivelul maximal de zgomot ≤ 45 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer minim 1. Consum de energie ≤ 90 W/oră. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare). Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. Cablu de alimentare min 3m	Descriere: Recirculator Bactericid (pentru 40m2) - destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C pentru dezinfectarea aerului în sala proceduri, pansamente, saloane pacienți în prezența, pacienților și personalului. Parametru Specificație: Volum efectiv de prelucrare 200 m3/oră, Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de microorganisme. da Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului. da Tehnologia de baza raze UV de tip C (UVC) Numărul lămpilor 2, dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2 da Puterea tubului UVC-30W Termenul efectiv de lucru al lămpilor UV minim 9 000 ore. da Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții. da Prezența de produse secundare, ca rezultat al funcționării dispozitivului Fără emisie de ozon sau a produselor secundare. da Telecomanda da Modul de cronometrie a timpului de lucru da Modul Timer da Carcasa dispozitivului carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Nivelul maximal de zgomot 18 dB. Număr ventilatoare pentru recirculare aer 2 buc. Consum de energie 80 W/oră. Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz. da Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare). da Dispozitivul să dispună de protecție de la supratensiune sau scurt circuit. Dotat cu orificiu placate cu sticlă, plastic sau indicatoare pentru vizualizarea funcționării. da Cablu de alimentare min 3m da	Declaratia de conformitate, CE, ISO DM000624650
Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator								
Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								