

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”
Numărul procedurii de achizitie	ocds-b3wdp1-MD-1637761078234
Obiectul achiziției	Echipamente medicale

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
48	Lot 48: Ace de unica folosință pentru seringi 21G 1 1/2	SN03	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x40mm	Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x40mm	CE, ISO
59	Lot 59: Aleze 60x90cm	Selped Under Pad 60x90cm 10/35 PCS	Turcia	Paksel Kimya Sanayi Ve Ticares AS	60x90cm O parte impermeabilă, cealaltă parte absorbantă.	60x90cm O parte impermeabilă, cealaltă parte absorbantă. 10buc/ambalaj sau 35buc/ambalaj în dependența de valabilitate în stoc	CE, ISO
61	Lot 61: Aparat de ras de unica folosință	DERBY Samurai 2	Turcia	Azmusebat Celik Sanayi Ve Ticaret A.S.	cu 2 lame, de unică folosință	cu 2 lame, de unică folosință	Aviz sanitar
174	Lot 174: Mănuși din polietilenă	SS0301	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosință, nesterile. Pentru protejarea mâinilor de microbi, detergenți, substanțe chimice, destinate pentru activități miniminvasive. Cu margini bine sigilate.	Material polietilenă, culoare transparentă, mărime universală, de unică folosință, nesterile. Pentru protejarea mâinilor de microbi, detergenți, substanțe chimice, destinate pentru activități miniminvasive. Cu margini bine sigilate. Material HDPE	CE, ISO
225	Lot 225: Scutece-adulți L	"Zollina L" brand privat, produs după cerințele noastre	Turcia	Paksel Kimya Sanayi Ve Ticares AS	>75 kg 100cm-150cm	>75 kg 100cm-150cm, hipoalergice, cu indicator de umiditate. Produs după cerințele noastre și de aceea nu are catalog. Producătorii nu includ fiecare model privat în cataloguri, includ doar brandurile lor.	CE, ISO
226	Lot 226: Scutece-adulți M	"Zollina M" brand privat, produs după cerințele noastre	Turcia	Paksel Kimya Sanayi Ve Ticares AS	55-80kg 55cm-110cm	55-80kg 55cm-110cm, hipoalergice, cu indicator de umiditate. Produs după cerințele noastre și de aceea nu are catalog. Producătorii nu includ fiecare model privat în cataloguri, includ doar brandurile lor.	CE, ISO
227	Lot 227: Scutece-adulți XL	"Zollina XL" brand privat, produs după cerințele noastre	Turcia	Paksel Kimya Sanayi Ve Ticares AS	> 95kg 130cm-170cm	> 95kg 130cm-170cm, hipoalergice, cu indicator de umiditate. Produs după cerințele noastre și de aceea nu are catalog. Producătorii nu includ fiecare model privat în cataloguri, includ doar brandurile lor.	CE, ISO

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1637761078234
Obiectul achiziției	Echipamente medicale

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
238	Lot 238: Servetele umede pentru igienă personală	GOOD BABY WET WIPES PLASTIC CLOSURE 120 PC	Turcia	Paksel Kimya Sanayi Ve Ticares AS	Set in ambalaj de 120 servetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenice. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea.	Set in ambalaj de 120 servetele umede. Să nu conțină parfumuri alergenice. Să fie testate dermatologic pentru o compatibilitate optimă cu pielea. Cu capac din plastic.	CE, ISO
375	Lot 375: Tub pentru intubație endotraheală cu manjetă 6.0	SP0501	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	6.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	6.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid	CE, ISO
384	Lot 384: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 6.5	SP0501	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	6.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	6.5, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rő-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasa, presiunea admisibila in manjeta: Pina la 40 mmHg, Marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care sa nu se detaseze cu usurinta;Balonasul sa fie mobil pentru scaderea riscului de detubare accidentala, sa prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapa, sa fie cat mai aproape de capatul distal al sondei, sa aiba o forma cilindrica si o lungime cat mai mica pentru a scadea riscul de microaspiratie, sa permita un contact cat mai bun cu traheea. Steril	CE, ISO

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conform anexei nr. 22 la OMF115/2021 din 15.09.2021

Autoritatea contractanta	IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga”
Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1637761078234
Obiectul achiziției	Echipamente medicale

Lot Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
385	Lot 385: Tub pentru intubare endotraheală cu manjetă 7.0	SP0501	China	Anji SPENQ Industrial Co. Ltd.	7.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	7.0, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rô-contrastă, termoplastic la 37C, baloneta de presiune joasă, presiunea admisibilă în manjetă: Pina la 40 mmHg, Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid;conector care să nu se detașeze cu ușurință;Balonasul să fie mobil pentru scăderea riscului de detubare accidentală, să prezinte balonas adiacent cu dispozitiv pentru umflarea balonasului cu supapă, să fie cât mai aproape de capatul distal al sondei, să aibă o formă cilindrică și o lungime cât mai mică pentru a scădea riscul de microaspirație, să permită un contact cât mai bun cu traheea. Steril	CE, ISO

Numele, Prenumele

Vlad Chitic

În calitate de

Director executiv

Ofertantul

"Lismedfarm" SRL

Adresa

sos. Muncești 167/B, Chișinău

Contact

022-56-94-91, 022-55-64-38

Reprezentantul solicitantului

Țurcanu Natalia

Telefonul solicitantului

+37322403697

E-mailul solicitantului

achizitiipublicescr@gmail.com

Semnatura

(electronica) ofertantului
