

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21054107/ [ocds-b3wdp1-MD-1648556792594](#) din 06.05.2022

Obiectul achiziției: Consumabile și seturi jetabile pentru a.2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul-1. Scutec din articole netesute de unica folosință steril SMS ,(90*90cm)	Plain SMS Drape	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	Scutec din material nețesut, SMS stratificat densitatea 29/35g/m.p. (90*90cm) (+/-10cm), nr.1, steril	Scutec din material nețesut, SMS stratificat densitatea 29/35g/m.p. (90*90cm) (+/-10cm), nr.1, steril	CE/ISO
Lotul-2. Ciarsaf jetabil steril	Disposable, sterile bed sheet	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	material netesut (160mm 200mm) (+/-10cm)	material netesut (160mm 200mm) (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-3. Halat p/u vizită getabile L	Disposable gown, for visitors Size L	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	Halat de unica folosinta nesteril cu maneta, sms +/- 115x137 cm, cu legaturi, {≥40 mg}. Mărimrea L	Halat de unica folosinta nesteril cu maneta, sms +/- 115x137 cm, cu legaturi, {≥40 mg}. Mărimrea L	CE/ISO
Lotul-4. Halat p/u vizită getabile XL	Disposable gown, for visitors Size XL	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	Halat de unica folosinta nesteril cu manseta, sms +/- 115x137 cm, cu legaturi, {≥40 mg}. Mărimrea XL	Halat de unica folosinta nesteril cu manseta, sms +/- 115x137 cm, cu legaturi, {≥40 mg}. Mărimrea XL	CE/ISO
Lotul-6. Husa pentru masa de operatii.	Cover for the operating table	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil	Husă sterilă din material transparent pentru masa de operații (200cm x300cm) (+/- 10cm)	Husă sterilă din material transparent pentru masa de operații (200cm x300cm) (+/- 10cm)	CE/ISO

			San.Ve Tic. A.Ş.			
Lotul-7. Scutec de unica folosință protecție pat (60x90)	Dr.Comfort 60x90	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	protecție pat (60x90)(+/-10cm)	protecție pat (60x90)(+/-10cm)	Aviz sanitar/ CE/ISO
Lotul-8. Scutec de unica folosință L,M	Dr.Comfort Large/Medium	Turcia	Sevincler Saglik Urunleri San. Ve Tic. A.S.	De tip pampers, L,M, pt maturi	De tip pampers, L,M, pt maturi	Aviz sanitar/ CE/ISO
Lotul-9. Scutec de unica folosință material netesut steril (60x90)	Disposable diaper Bed protection	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	material nețesut, steril (60x90) (+/-10cm)	material nețesut, steril (60x90) (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-10. Set steril Mayo standart Cover	Sterile Mayo Standard Cover Set	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	(80x145cm) (+/-10cm)	(80x145cm) (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-12. Set Husa intarita pentru suport Mayo sterila Sandart Cover	Reinforced Mayo Stand Cover Set	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	(La-32in/80cm L-56in/144cm) (+/-10cm)	(La-32in/80cm L-56in/144cm) (+/-10cm)	CE/ISO
Lotul-13. Set din articole nețesute sterile (pentru adenom)	Sterile nonwoven set (for adenoma)	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	Set din articole ne.esute sterile (pentru adenom) Componenta minima : - cear.af impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cear.af SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cear.af TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - husa protec.ie aparat min. 250x30 cm – min. 1 buc, - scutece absorbante min. 50x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	Set din articole ne.esute sterile (pentru adenom) Componenta minima : - cear.af impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cear.af SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cear.af TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - husa protec.ie aparat min. 250x30 cm – min. 1 buc, - scutece absorbante min. 50x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	CE/ISO
Lotul-14. Set din articole nețesute sterile (pentru urologie)	Sterile nonwoven set (for urology)	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	- Set din articole nețesute sterile (pentru urologie) Componenta minimă: - Cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc,	- Set din articole nețesute sterile (pentru urologie) Componenta minimă: - Cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc,	CE/ISO

				<ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	
Lotul-15. Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie)	Sterile nonwoven set (for laparotomy)	Turcia	<p>BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.</p>	<p>Set din articole ne.esute sterile (pentru laparotomie) Componenta minima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cear.af combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	<p>Set din articole ne.esute sterile (pentru laparotomie) Componenta minima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cear.af combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	CE/ISO
Lotul-16. Set din articole neșesute sterile pentru intervenții spinale	Set of sterile nonwovens for spinal interventions	Turcia	<p>BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.</p>	<p>Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmp de sterilizare min.90x90 cm din SMS - min. 1 buc. - Câmp pentru masă de instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 150x230 cm – min. 1 buc. - Câmp de Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x140 cm – min. 1 buc. - Șervețel pentru absorbție să nu lase scame – min 40x60 cm – min . 1 buc. - Pungă pentru sutură, celuloză cu adeziv pentru fixare – min. 1 buc. - Câmp spinal în formă de U min 190x300 cm – 1 min. 1 buc. - Zona de incizie min.10x100. 	<p>Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmp de sterilizare min.90x90 cm din SMS - min. 1 buc. - Câmp pentru masă de instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 150x230 cm – min. 1 buc. - Câmp de Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x140 cm – min. 1 buc. - Șervețel pentru absorbție să nu lase scame – min 40x60 cm – min . 1 buc. - Pungă pentru sutură, celuloză cu adeziv pentru fixare – min. 1 buc. - Câmp spinal în formă de U min 190x300 cm – 1 min. 1 buc. - Zona de incizie min.10x100. 	CE/ISO

				<ul style="list-style-type: none"> - Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățime min. de 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 145 cm de H₂O/cm². - Fixatoare pentru tuburi min. – 4 buc. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 60 cm. H₂O/cm² - Câmp parte superioară min. 160x270 cm – min. 1 buc. - Zona de absorbție Brațelor - Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea min. 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H₂O/cm² - Fixatore pentru tuburi – min. 2 buc.. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 55 cm H₂O/cm² - Fixator pentru tuburi – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățime min. de 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 145 cm de H₂O/cm². - Fixatoare pentru tuburi min. – 4 buc. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 60 cm. H₂O/cm² - Câmp parte superioară min. 160x270 cm – min. 1 buc. - Zona de absorbție Brațelor - Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea min. 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H₂O/cm² - Fixatore pentru tuburi – min. 2 buc.. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 55 cm H₂O/cm² - Fixator pentru tuburi – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	
Lotul-17. Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții proctologie)	Set of sterile nonwovens (for proctology interventions)	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru proctologie) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cear.af impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min. 1 buc, - cear.af SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adezivă, min. 160x150 cm – min.1 buc, - cear.af câmp pentru pacient min. 300x150 cm cu câmp min.13x13 cm, - săculeț p/u lichide – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru proctologie) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cear.af impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min. 1 buc, - cear.af SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adezivă, min. 160x150 cm – min.1 buc, - cear.af câmp pentru pacient min. 300x150 cm cu câmp min.13x13 cm, - săculeț p/u lichide – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	CE/ISO
Lotul-18. Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la membrul superior)	Sterile nonwoven set (for upper limb interventions)	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru interven.ii la membrul superior) Componenta minima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cear.af SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cear.af SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 2 buc, 	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru interven.ii la membrul superior) Componenta minima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cear.af SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cear.af SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 2 buc, 	CE/ISO

				<ul style="list-style-type: none"> - cear.af câmp pentru pacient min. 290x250x160cm cu câmp adeziv si abs.incizia diam. min. 25 cm – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva 40 cm – 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - cear.af câmp pentru pacient min. 290x250x160cm cu câmp adeziv si abs.incizia diam. min. 25 cm – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva 40 cm – 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	
Lotul-19. Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la femur)	Sterile nonwoven set (for femoral interventions)	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru interven.ii la femur) Componenta minima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cear.af SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cear.af SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 2 buc, - cear.af câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min.1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min.2 buc, - husa protec.ie picior min.120x40 cm – min. 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru interven.ii la femur) Componenta minima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cear.af SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cear.af SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 2 buc, - cear.af câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min.1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min.2 buc, - husa protec.ie picior min.120x40 cm – min. 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	CE/ISO
Lotul-20. Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la gamba)	Sterile nonwoven set (for leg interventions)	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la gamba) Componenta minimă :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min. 1buc, - scutece absorbante min.50x50 cm – min.2 buc, , - bahile „cizmulițe” H min. 50cm – min 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru intervenții la gamba) Componenta minimă :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min. 1buc, - scutece absorbante min.50x50 cm – min.2 buc, , - bahile „cizmulițe” H min. 50cm – min 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	CE/ISO
Lotul-21. Set din articole neșesute sterile (pentru craniotomie)	Sterile nonwoven set (for craniotomy)	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	<p>Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide. Componenta minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmp pentru Craniotomie min. 310x190x340 cm – min. 1 buc. - Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni min. 20x30 cm, fenestrare ovală. 	<p>Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide. Componenta minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmp pentru Craniotomie min. 310x190x340 cm – min. 1 buc. - Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni min. 20x30 cm, fenestrare ovală. 	CE/ISO

				<ul style="list-style-type: none"> - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H₂O/cm² - Fixator pentru tuburi cu bandă velcro – min. 2 buc. - Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separare a deșeurilor, integrat în câmpul chirurgical min. 60x115 cm - Material SMS pe toată suprafața câmpului cu rezistență lichide min.60 cm H₂O/cm² - Câmp de sterilizare min. 90x90x cm din SMS – min. 1 buc. - Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente câmp pentru masa instrumente cu zona reînforșată cu SMS min. 160x280 cm – min. 1 buc. - Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x150x – min. 1 buc. - Șervețele sterile pentru absorbție de lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm – min. 2 buc. - Pungă pentru suturi din Celuloză – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H₂O/cm² - Fixator pentru tuburi cu bandă velcro – min. 2 buc. - Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare și nivel de separare a deșeurilor, integrat în câmpul chirurgical min. 60x115 cm - Material SMS pe toată suprafața câmpului cu rezistență lichide min.60 cm H₂O/cm² - Câmp de sterilizare min. 90x90x cm din SMS – min. 1 buc. - Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente câmp pentru masa instrumente cu zona reînforșată cu SMS min. 160x280 cm – min. 1 buc. - Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x150x – min. 1 buc. - Șervețele sterile pentru absorbție de lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm – min. 2 buc. - Pungă pentru suturi din Celuloză – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	
Lotul-22. Set din articole neșesute sterile (pentru ORL)	Set of sterile nonwovens (for ENT)	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru ORL) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cear.af câmp pentru pacient min. 200x160 cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru - min. 1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 1 buc, - șorț impermeabil lung. min.140 cm – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru ORL) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min.1 buc, - cear.af SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 200x160 cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru - min. 1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 1 buc, - șorț impermeabil lung. min.140 cm – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	CE/ISO
Lotul-23. Set din articole neșesute sterile (pentru urologia generala)	Sterile nonwoven set (for general urology)	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ş.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru urologia generala) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS min. 200x160 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv și abs.incizia min. 30x15 cm-1 buc, 	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru urologia generala) Componenta minimă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf SMS min. 200x160 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv și abs.incizia min. 30x15 cm-1 buc, 	CE/ISO

				<ul style="list-style-type: none"> - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min.30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min.30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	
Lotul-24. Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie)	sterile nonwovens (for laparoscopy)	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minimă :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	<p>Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minimă :</p> <ul style="list-style-type: none"> - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	CE/ISO
Lotul-25. Set din articole neșesute sterile (pentru masă mare de instrumente)	Set of sterile nonwovens (for large table of tools)	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	<p>Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componen.a minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cear.af min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material neșesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorb.ie minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorb.ie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	<p>Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componen.a minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cear.af min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material neșesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorb.ie minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorb.ie nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	CE/ISO
Lotul-26. Set chirurgical universal de câmpuri sterile.	Universal surgical set of sterile fields	Turcia	BAYTEKS Teknik Tekstil San.Ve Tic. A.Ș.	<p>Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componența minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc - .erve.ele pentru absorb.ie sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc 	<p>Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componența minimă a setului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc - .erve.ele pentru absorb.ie sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc 	CE/ISO

			<ul style="list-style-type: none"> - Punga pentru sutura, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în forma de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de pozi.ionare pe toata suprafa.a zonei de incizie, impregnate in țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistenta la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; - Banda de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafa.a câmpului, cu rezisten.a lichide min.55 cm H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc.din SMS - Material SMS pe toata suprafa.a câmpului, cu rezisten.a lichide min 55 cm H2O/cm2. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Punga pentru sutura, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în forma de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de pozi.ionare pe toata suprafa.a zonei de incizie, impregnate in țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistenta la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; - Banda de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate in țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistenta la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafa.a câmpului, cu rezisten.a lichide min.55 cm H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc.din SMS - Material SMS pe toata suprafa.a câmpului, cu rezisten.a lichide min 55 cm H2O/cm2. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm) 	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71 Tel/Fax: +373 22 52-30-90 Email: medglobalfarm@mail.ru Site: www.medglobalfarm.com