

Specificații tehnice

mărul procedurii de achiziție LP nr. 21520928/ ocds-b3wdp1-MD-1765360593354 din 22.12.2025						
Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru dispozitivul Centurion Vision System și mașina de anestezie Aespire 9100 a. 2025 REPETAT						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Kit de mentenanță compatibil cu mașina de anestezie GE Aespire 9100	Kit de mentenanță compatibil cu mașina de anestezie GE Aespire 9100	SUA	GE HEALTHCARE	Kit de mentenanță compatibil cu mașina de anestezie GE Aespire 9100 Cu piesele enumerate (1102-3016-000, 1407-3104-000, M1168795-S, 0211-1454-100, 1102-3016-000, 1504-3708-000, 2100454-001 Cu senzor de oxigen, valabilitatea de cel puțin 10 luni de la livrare Cu senzori de flux autoclavabil pentru inspir, expir(2087640-001-S), (inspir-1 buc., expir -1 buc.) Cu instalarea și calibrarea sistemului, garanție de funcționare 12 luni după instalare	Kit de mentenanță compatibil cu mașina de anestezie GE Aespire 9100 Cu piesele enumerate (1102-3016-000, 1407-3104-000, M1168795-S, 0211-1454-100, 1102-3016-000, 1504-3708-000, 2100454-001 Cu senzor de oxigen, valabilitatea de cel puțin 10 luni de la livrare Cu senzori de flux autoclavabil pentru inspir, expir(2087640-001-S), (inspir-1 buc., expir -1 buc.) „Instalarea kitului de mentenanță și calibrarea sistemului sunt incluse, pentru lucrările efectuate se acordă o garanție de bună funcționare pe o perioadă de 12 luni de la data instalării.”	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Natalia Chicu În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Intermed” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2