

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21622959 din 29.05.2026**Obiectul de achiziție: Utilaj medical**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4						
Transductor/sonda convexă compatibil cu ecograf Honda HS 2200	HCS-536M	Japan	HONDA ELECTRONICS Co., LTD	Frequency -5.0/3.5/2.MHz Radius (sensor part) 60R Cable length - 2.2 m	Frequency -5.0/3.5/2.8MHz Radius (sensor part) 60R Cable length - 2.2 m Number of channels: 128ch	CE, ISO 13485
Total lot 4						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23