

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1755520613146						din 18.08.2025	
Denumirea licitației: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 ((Banca de Țesuturi și Celule Umane)						Pagina 1 din 1	
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
27	Filtre pentru seringi din PES de 0,2 μm	SFPE-22E-050	Spania	LabBox	Filtre pentru seringi, diametrul de 25-28 mm, cu membrana din PES (polietersulfonă) și porii de 0,2 μm în diametru. Sterile, apirogene, împachetate individuală. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului.	Filtre pentru seringi, diametrul de 25 mm, cu membrana din PES și porii de 0,2 μm în diametru. Sterile, apirogene, împachetate individuală. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide cu cele de pe eticheta produsului.	ISO
42	Membrană grilată diametru	MCNE-447-100	Spania	LabBox	Membrană grilată din hirtie de watman/nitrat de celuloză/ceuloză, diametru 40-47 mm, porii 0.45μm, sterilă, împachetate individuală, a câte 100 bucăți per cutie	Membrană grilată din hirtie de nitrat de celuloză/ceuloză, diametru 47 mm, porii 0.45μm, sterilă, împachetate individuală, a câte 100 bucăți per cutie	ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**

Valabilitatea ofertei - 160 zile

01.01.2025